



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-31PN/2020

Olsztyn, dnia 01-05-2020r.

Dotyczy postępowania przetargowego: Medyczne pompy infuzyjne

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. nr 1843 z p. zm.) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Pytanie nr 1.

Dotyczy parametru „Pamięć pompy- program komputerowy wymaganego przez Zamawiającego CareLink System jest bezpłatnym programem online, działającym jako bezpieczna strona internetowa. Program ten wspomaga leczenie pacjentów ponieważ umożliwia uzyskanie raportów z przebiegu leczenia pacjenta w oparciu o dane z pomp insulinowych i systemów CGM, co umożliwia podjęcie decyzji terapeutycznych przez zespół diabetologiczny. Mając na uwadze ustawę, o ochronie danych osobowych z RODO, prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie stosownej umowy, dotyczącej implementacji systemu CareLink System oraz obejmującej kwestie powierzenia przetwarzania danych osobowych pacjentów, które są przesyłane do programu CareLink System w celu uzyskania raportów z pompy insulinowej i systemów CGM? Wzór takiej umowy wykonawca dostarczy razem z ofertą. W razie wątpliwości skonsultujemy się jeszcze przed wystaniem.

Odpowiedź ad. 1. Tak, w takim przypadku zostanie zawarta stosowna umowa, której projekt przedłoży Zamawiającemu Wykonawca po zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści zapis „ W przypadku braku możliwości przedmiotu umowy w określonym terminie, Sprzedający zgłosi niezwłocznie ten fakt Kupującemu i przedstawi możliwość dostawy innych produktów o parametrach co najmniej takich, jak określono w załączniku nr.1 do niniejszej umowy, na warunkach w nim określonych”

Odpowiedź ad. 2. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ. W treści projektu umowy oraz ustawie PZP i KC znajdują stosowne przepisy, które regulują takie przypadki, o ile będą one zasadne.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015

