



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-63PN/2020

Olsztyn, dnia 08-10-2020r.

Dotyczy postępowania przetargowego: **Odczynniki laboratoryjne do wykonywania testów w kierunku RT-PCR SARS-CoV-2 i do izolacji kwasów nukleinowych.**

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. nr 1843 z p. zm.) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Pytanie nr 1.

I. Dotyczy: Zał. nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 2, punkt 4 z tabeli Parametr wymagany

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu 2-genowego, który wykrywa geny ORF1b oraz RdRP?

II. Dotyczy: Zał. nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 2, punkt 4 z tabeli Parametr wymagany

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykrywane genów wirusa w jednym kanale?

III. Dotyczy: Zał. nr 2 do SIWZ, Zad. nr 2, punkt 6 z tabeli Parametr wymagany

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawów zawierający kontrolę pozytywną? Jako kontrolę negatywną producent proponuje użycie próbki zdrowego zweryfikowanego pacjenta.

Odpowiedź: ad. 1 I, II, III – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące pakietu 2:

1 - czy zamawiający dopuszcza test wykrywający dwa geny: gen ORF1ab i gen N

2 - czy zamawiający dopuszcza zestaw multiplex o strategii dual target – wykrywający geny w jednym kanale

3 - czy zamawiający dopuszcza zestaw kompatybilny z termocyklerem CFX96N BioRad

Odpowiedź: ad. 2 – 1, 2 Podtrzymuje się zapisy w SIWZ

Odpowiedź: ad. 2 - 2 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu, który będzie jest i w pełni kompatybilny z termocyklerem CFX96N BioRad i dedykowany do urządzenia przez jego producenta.

Pytanie nr 3.

Dotyczy Wzór umowy – zał. nr 5 do SIWZ:

§3 ust. 9

Czy Zamawiający pod pojęciem „Wymagane jest dołączenie polskojęzycznych techniki wykonywanych badań” na ma myśli ulotkę odczynnikową (IFU, ang. *Instruction for use*) przetłumaczoną na język polski, która zawiera dokładny opis oferowanego produktu wraz z opisem sposobu wykonania badania?

Odpowiedź: ad. 3. Tak.

Pytanie nr 4.

Dotyczy Wzór umowy – zał. nr 5 do SIWZ:

§4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 24 godzin w dni robocze) zamienną partię towaru zgodną z zamówieniem.”

Odpowiedź: ad. 4 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015



Pytanie nr 5.

Dotyczy Wzór umowy – zał. nr 5 do SIWZ:

§ 8 ust. 1

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź: ad. 5 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W DUUE

Ulega sprostowaniu błędnie podany okres, na jaki zostanie udzielone zamówienie zad. nr 1, 2, 3. Zamiast 12 dni powinno być 12 miesięcy. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłano do publikacji w dniu 08-10-2020r.

*(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl