



# WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-73PN/2020

Olsztyn, dnia 23-11-2020r.

**Dotyczy postępowania przetargowego: *Meble medyczne i biurowe, łóżka szpitalne, pompy infuzyjne, lampa medyczna, chłodziarki, kardiomonitor, wagi medyczne, koce i poduszki, stanowiska do pielęgnacji noworodków, kosze, ssaki, podajniki na papier, dozowniki płynów i inne.***

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. nr 1843 z p. zm.) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

**Pytanie nr 1. Dotyczy zadania nr 11.**

W wyniku braku dostępności lodówek o wskazanych parametrach, czy poniższe sprzęty o zbliżonych parametrach mogłyby się zakwalifikować?

Pozycja 2: proponowany model BEKO TSE128N

Pozycja 3: proponowany model MPM-112-CJ-15/AA

**Odpowiedź ad. pytanie nr 1 - zad. 11 poz. 2 i 3 – Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie dot. opisu przedmiotu zamówienia, która polega na dopuszczeniu do zaferowania lodówek model BEKO TSE128N i MPM-112-CJ-15/AA lub równoważnych.**

**Pytanie nr 2. Dotyczy zadania nr 1 – fotel do pobierania krwi.**

Czy Zamawiający dopuści Fotel do pobierania krwi o głębokości 80cm i szerokości 80 cm (siedzisko 45 cm) ?

**Odpowiedź ad. pytanie nr 2 - zad. 1 – Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie dot. opisu przedmiotu zamówienia, która polega na dopuszczeniu do zaferowania fotela o opisanych w pytaniu parametrach.**

**Pytanie nr 3. Zadanie 2 - Kozetka lekarska**

Czy Zamawiający dopuści Kozetkę lekarską z regulowanym podgłówkiem w zakresie: od - 60 ° do +45 ° ? Parametr ten jest z korzyścią dla Zamawiającego

**Odpowiedź ad. pytanie nr 3 - zad. 2 – Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie dot. opisu przedmiotu zamówienia, która polega na dopuszczeniu do zaferowania kozetki o opisanych w pytaniu parametrach.**

**Pytanie nr 4. Zadanie 19 - Lampa ZABIEGOWA**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową z temperaturą barwową każdej czaszy lampy w zakresie 4500°K / 5000°K ? Oferowany parametr jest z korzyścią dla Zamawiającego.

**Odpowiedź ad. pytanie nr 4 - zad. 19 – Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie dot. opisu przedmiotu zamówienia, która polega na zmianie wartości tolerancji barwy temperaturowej. Pkt 7 w tabeli zad. nr 19 otrzymuje brzmienie:**

7	Temperatura barwowa każdej czaszy lampy 4100 [K] (+/- 10%)
---	--

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski

Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)



Certyfikat Jakości  
PN-EN ISO 9001:2015

