



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-73PN/2020

Olsztyn, dnia 25-11-2020r.

Dotyczy postępowania przetargowego: *Meble medyczne i biurowe, łóżka szpitalne, pompy infuzyjne, lampa medyczna, chłodziarki, kardiomonitor, wagi medyczne, koce i poduszki, stanowiska do pielęgnacji noworodków, kosze, ssaki, podajniki na papier, dozowniki płynów i inne.*

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. nr 1843 z p. zm.) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Pytania część I.

Pakiet 25 – pulsoksymetr

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia Pulsoksymeru wykonanego w technologii Masimo SET różniącego się:
Pytanie 1 dotyczy punktu 2 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru o wadze: Moduł transportowy wyciągany panel przedni 0,59 kg stacja dokująca 1,14 kg?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytanie 2 dotyczy punktu 3 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru o wymiarach: Moduł transportowy panel przedni 22,3 cm x 8,9 cm x 4,3 cm, stacja dokująca 26,7 cm x 8,9 cm x 19,5 cm?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytanie 3 dotyczy punktu 5 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru o zasilaniu awaryjnym z wewnętrznego akumulatora minimum 4 godzin?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytanie 4 dotyczy punktu 9 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru o pomiarach tętna w zakresie 5-240 bpm?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytanie 5 dotyczy punktu 12 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru z regulacją jasności wyświetlacza 4 poziomów oraz funkcja automatyczna rozjaśnianie i ściemnianie w zależności od panującego oświetlenia w pomieszczeniu?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytanie 6 dotyczy punktu 13 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru posiadającego 4 tryby wyświetlania w każdej płaszczyźnie poziomej i pionowej niezależnie od położenia?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję, z zachowaniem punktacji o następującej treści: „TAK, 4 trybów wyświetlania - 0 pkt. Więcej niż 4 trybów wyświetlania - 5 pkt. podać”

Pytanie 7 dotyczy punktu 16 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru z możliwością stopniowego zawieszania alarmów na max 120 sekund regulowane przez użytkownika?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015



Pytanie 8 dotyczy punktu 18 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru o płynnej regulacji ustawienie głośności za pomocą suwaka od 0 do 100 % głośność do 70db?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję z zachowaniem punktacji.

Pytanie 9 dotyczy II parametry wyświetlane punktu 7 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru z pamięcią trendów Maks. 96 godz. z rozdzielczością wynoszącą 2 s?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytanie 10 dotyczy III pozostałe parametry punktu 5 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru z możliwością wyprowadzenie danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do komputera za pośrednictwem specjalnego kabla w formie cyfrowej?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytanie 11 dotyczy III pozostałe parametry punktu 6 tabeli specyfikacji obsługa za pośrednictwem łatwych piktogramów komunikaty w j.angielskim?

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pytanie 12 dotyczy punktu 1 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru stacjonarno-przenośny bez odłączanego modułem transportowego. Posiadającym niezależne zasilanie akumulatorowe?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytanie 13 dotyczy punktu 3 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru posiadający wymiary 22,9 cm x 16,5 cm x 10,2 cm?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytanie 14 dotyczy punktu 7 tabeli specyfikacji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru z jednym przyciskiem funkcyjnym na przednim płycie aparatu, panel dotykowy?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytanie 15 dotyczy III pozostałe parametry punktu 3 tabeli specyfikacji

Aby precyzyjnie dobrać pulsoksymetr czy Zamawiający wymaga Systemu eliminacji wpływu efektów ruchowych oraz możliwości pomiaru przy niskiej perfuzji przez eliminacje wzbudzonego ruchem puls żylnego prowadzącego do fałszywego zaniżania pomiaru?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję, ale nie jest ona wymagana

Pytanie 16

Czy ze względu na najczęściej występujące problemy z pomiarem pacjentów z niską perfuzją, obrzękiem kończyn, zimnymi kończynami a przede wszystkim pacjentem pobudzonym i w ruchu

Czy Zamawiający oczekuje od pulsoksymetru aby przedstawiał precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta, tzn. eliminuje wzbudzony ruchem puls żylny prowadzący do fałszywego zaniżania pomiaru czego nie potrafi większość dostępnych urządzeń na świecie. Zbiera sygnał Indeksu Perfuzji od co najmniej 0,02% (pacjenci z krytycznymi parametrami, z obrzękiem lub wychłodzeniem kończyn). Pokazuje pomiar w czasie rzeczywistym – czas uśredniania pomiaru w przypadku pacjentów resuscytowanych co 2-4 sec a pacjentów stabilnych co 8 sec.

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję, ale nie jest ona wymagana.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 17

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §6 ust. c) do 0,5%?

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Dotyczy zadania nr 24

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 3,5" (format 16:9)?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, której samodzielna praca bez zasilania sieciowego jest możliwa 10h przy przepływie 5ml/h?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, w której czas pełnego naładowania akumulatora po rozładowaniu to ok. 6h?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy o ochronie przed zalaniem IP23?
Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, której waga z akumulatorem <2,5kg?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na 8 poziomach?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, w której transmisja danych odbywa się przy pomocy portu RS232?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
8. Czy Zamawiający wyrazi z możliwością regulacji głośności na 8 poziomach?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z automatyczną blokadą ekranu bez możliwości wyboru jej czasu?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z demontowalnym uchwytem do przenoszenia?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp, w których stan naładowania akumulatora

- wyświetlany jest w formie piktogramu na kolorowym wyświetlaczu?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu: min, h, 24 h?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, której obsługa odbywa się przy pomocy klawiatury symbolicznej?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z rejestrem 2000 zdarzeń?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy wyposażonej w bibliotekę leków - możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku, kategorii leku- lek oznaczony kolorem; koncentracji; parametrów infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną, parametrami bolusa z limitami podaży (sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, poziomem okluzji; pojemność biblioteki do 2000 leków?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z wyświetlaczem umożliwiającym wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w formie graficznej, stan naładowania akumulatora, nazwa oraz objętość używanej strzykawki, limit ciśnienia okluzji?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pompy bez alarmu przypominającego o przerwaniu procesie programowania infuzji?
Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Dotyczy zadania nr 26

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pompy bez alarmu przypominającego o przerwaniu procesie programowania infuzji?
Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, w której czas pełnego naładowania akumulatora po rozładowaniu to ok. 6h?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy o ochronie przed zalaniem IP23?
Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, której waga z akumulatorem <2,5kg?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na 8 poziomach?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, w której transmisja danych odbywa się przy pomocy portu RS232?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
7. Czy Zamawiający wyrazi z możliwością regulacji głośności na 8 poziomach?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z automatyczną blokadą ekranu bez możliwości wyboru jej czasu?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z demontowalnym uchwytem do przenoszenia?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp, w których stan naładowania akumulatora wyświetlany jest w formie piktogramu na kolorowym wyświetlaczu?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, która ma skalibrowane i zapisane w pamięci dedykowane, kompatybilne zestawy infuzyjne?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu: min, h, 24 h?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
13. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z regulowanymi progami ciśnienia okluzji w zakresie 150-975mmHg, 11 poziomów?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, której obsługa odbywa się przy pomocy klawiatury symbolicznej?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z rejestrem 2000 zdarzeń?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy wyposażonej w bibliotekę leków - możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku, kategorii leku- lek oznaczony kolorem; koncentracji; parametrów infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną, parametrami bolusa z limitami podaży (sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, poziomem okluzji; pojemność biblioteki do 2000 leków?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z wyświetlaczem umożliwiającym wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w drenie w formie graficznej, stan naładowania akumulatora, oznaczenie używanego aparatu, limit ciśnienia okluzji?
Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pompy bez alarmu przypominającego o przerwaniu procesie programowania infuzji?
Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, która posiada jeden czujnik wykrywania powietrza w drenie?
Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pytania Część II.

1. dot. SIWZ, termin wykonania zamówienia, zadanie 22.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania umowy. Zważając na aktualną sytuację pandemiczną i związane z nią wydłużone terminy oczekiwania na półprodukty nie ma możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w określonym przez Zamawiającego terminie.

Odpowiedź ad. 1. Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na wydłużeniu terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w zad. nr 22 do 60 dni od daty zwarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

2. dot. UMOWA

dot. § 4 Dostawa, prezentacja i odbiór przedmiotu umowy, ust. 2 list. c)

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że szkolenie z zasad użytkowania i obsługi zostanie wykonane w dniu montażu, lub odbędzie się zdalnie w terminie ustalonym między stronami.

Odpowiedź ad. 2: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną formę przeprowadzenia szkolenia.

3. dot. § 5 Warunki gwarancji i serwisu, ust. 1- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów w zakresie zadania nr 22, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta Stanowiska modułowe do pielęgnacji noworodków nie wymagają przeglądów.

Odpowiedź ad. 3: Zamawiający odstępuje od wymogu.

4. Zadanie 19 - Lampa ZABIEGOWA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową o poborze mocy przez czasę wynoszącą 55 VA ?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytania Część III.

Dotyczy: zadanie 17 – Łóżko IT z wagą – 1 szt.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź ad. 1. Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na wydłużeniu terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w zad. nr 17 do 56 dni od daty zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści podstawę łóżka pantografową, konstrukcję posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującą stabilność leża?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

3. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści szyny stalowe lakierowane proszkowo mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

4. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści leże w sekcji oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione łatwo odejmowanymi płytami HPL (bez konieczności użycia narzędzi), płyta HPL w segmencie miednicy zamocowana na stałe w celu zapewnienia stabilności leża?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

5. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone pilota i nie posiadające tworzywowej kieszeni zabezpieczającej pilota w czasie transportu?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

6. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami łóżka:

Panele w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiające czytelne zastosowanie funkcji tj. regulacja segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, funkcji autokontur. Panele wyposażone w diody LED informujące o zablokowanej funkcji, posiadające zaprogramowaną „pozycję wyjściową” dostępną za pomocą jednego przycisku oraz diodę LED informującą o uzyskaniu kąta 30° podczas regulacji segmentu oparcia pleców

Panele sterujące dla personelu od strony zewnętrznej posiadające sterowanie funkcjami: regulacja segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, funkcji autokontur (możliwość selektywnej blokady), wyposażone w diody LED informujące o zablokowanej funkcji, posiadające zaprogramowane funkcje dostępne za pomocą jednego przycisku: pozycja wyjściowa, kardiologiczna, reanimacyjna (CPR), funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Panele wyposażone w diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka oraz uzyskaniu kąta 30° podczas regulacji segmentu oparcia pleców oraz diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora

Panel sterowniczy dla personelu posiadający dotykowy ekran LCD służący do zarządzania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka, zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta posiadający

możliwość ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu. Możliwość regulacji funkcji: segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, funkcji autokontur, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, antyszokowej, egzaminacyjnej, kardiologicznej, reanimacyjnej (CPR)?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję z zachowaniem punktacji.

7. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie od 415 mm do 830 mm?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję z zachowaniem punktacji.

8. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia pleców od 0° do 65°?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję z zachowaniem punktacji.

9. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego, łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowane UV; możliwość wyboru wypełnień wklejek kolorystycznych na szczytach łóżka – 6 kolorów do wyboru?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

10. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści możliwość podwieszenia drenażu lub worków urologicznych na haczykach znajdujących się po obu stronach ramy leża?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

11. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści wysuwaną półkę na pościel na prowadnicach teleskopowych bez miejsca na panel centralny, z uwagi na to, że w oferowanym łóżku panel centralny będzie zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta bez konieczności odkładania go w półce na pościel?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

12. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści koła o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym, system obsługiwany jedną dźwignią od strony nóg pacjenta zlokalizowaną przy kołach (dostępna na całej szerokości podstawy)?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

13. Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko było wyposażone w zintegrowany system ważenia obsługiwany z panelu sterowniczego dla personelu posiadającego dotykowy ekran LCD zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Łóżko ma posiadać dotykowy ekran LCD który jest zintegrowany np. ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta, ale Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zapis w SIWZ jest obowiązujący.

Dotyczy: zadanie 28 – Łóżko szpitalne – 10 szt.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź ad. 14. Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na wydłużeniu terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w zad. nr 28 do 56 dni od daty zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

15. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści szczyty łóżka z tworzywa bez użycia nanotechnologii srebra?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

16. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści dopuszczalne obciążenie 230 kg?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

17. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości, z niewielką wolną przestrzenią pomiędzy szczytem, a barierką, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52; barierki nie posiadające elastycznych listew?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytania Część IV.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące części nr 15.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z obudową wykonaną ze stali elektrolizowanej i komorą wewnętrzną wykonaną ze stali nierdzewnej? Obydwa rozwiązania skutecznie zabezpieczają przed korozją.

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych: szerokość 357 mm x głębokość 443 mm x wysokości 307 mm?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia wynoszącą 8 tygodni?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania urządzenia posiadającego opisany w pytaniu parametr/funkcję.

Pytania Część V.

Pytanie 1 dot. pakietu 7 i 10

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji w zakresie pakietu 7 i 10 do 30 stycznia 2021r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, fabryki mebli i krzesel nie przyjmują zamówień z realizacją na ten rok.

Odpowiedź ad. 1. Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na wydłużeniu terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w zad. nr 7 i 10 do 30 stycznia 2021r.

Pytanie 2 dot. pakietu 7 poz. 2,7,9

Czy Zamawiający dopuści kosz ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym, pozostałe parametry pozostają bez zmian,

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania w zad. nr 7 poz. 2, 7, 9 koszy w kolorze srebrnym z zachowaniem pozostałych wymogów..

I. Sprostowanie do wprowadzonych modyfikacji treści SIWZ z dnia 24 listopada 2020r.

1. Dotyczy kryterium oceny ofert w zad. 20 i 21.

Poprawnie powinno być:

Dot. zad. 20, 21 - TG - ilość przyznanych punktów do przyznania za termin gwarancji: 24 miesiące = 0 pkt; 36 miesięcy =5 pkt; 60 miesięcy i więcej = 40 pkt. Termin nie może być krótszy niż 24 miesiące.

2. Dotyczy kryterium oceny ofert w zad. 27 i 28.

Poprawnie powinno być:

TG - ilość przyznanych punktów do przyznania za termin gwarancji: 24 miesiące = 0 pkt; 36 miesięcy =20 pkt; 48 miesięcy i więcej = 30 pkt. Termin nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SIWZ, wyłącznie w zakresie dot. wprowadzonych ww. modyfikacji.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl