WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO
ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01
www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl
Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-82KO/2020 **Olsztyn, dnia 31-12-2020r.**

Dotyczy postępowania przetargowego: **Meble medyczne, łóżka szpitalne**

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *(Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. nr 1843 z p. zm.*) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Pytania część I.

Dotyczy: SIWZ pkt. 4 – Forma złożenia oferty, termin składania i otwarcia ofert

1. Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail lub wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13.01.2021 r. Nasza prośba podyktowana jest czasem potrzebnym na przygotowanie i złożenie oferty, a także dniem wolnym od pracy, który wypada 6 stycznia. W przypadku konieczności złożenia oferty w formie pisemnej Wykonawca musi odpowiednio wcześniej przygotować i wysłać ofertę pocztą lub kurierem, aby dotarła ona do Zamawiającego w odpowiednim czasie.
   Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Dotyczy: zadanie 1 – Szafka przyłóżkowa – 10 szt.

2. Czy Zamawiający dopuści blat szafki oraz półkę boczną w kolorze białym wykonane z płyty HPL?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
3. Czy Zamawiający dopuści wymiary blatu głównego szafki 51,5 x 40,5 cm oraz wymiary blatu bocznego szafki 59 x 34 cm?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
4. Prosimy o możliwość zaoferowania na zasadzie równoważności szafki przyłóżkowej (10 szt.) o poniższych parametrach:
   Szafka przyłóżkowa dwustronna z możliwością postawienia po obu stronach łóżka. Szkielet szafki wykonany ze stopów nierdzewnych, korpus szafki wykonany w całości z profilowanego tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Wszystkie elementy szafki zaokrąglone, ergonomiczne (bez rogów i kątów prostych). Blaty szafki (główny oraz dodatkowy) wyprofilowane, odporne na zarysowania, posiadające wszystkie krawędzie zabezpieczone przed ściekaniem rozlanych płynów oraz przed spadaniem drobnych przedmiotów. Dodatkowy blat boczny zintegrowany z korpusem szafki, posiadający możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Blat boczny z możliwością obrotu w celu zastosowania go jako dodatkowa półka nad blatem głównym lub stolik/tablet nad łóżkiem bez konieczności obracania szafki. Blat boczny z możliwością dodatkowego wysunięcia w poziomie w celu wypozycjonowania nad łóżkiem lub wózkiem. Regulacja wysokości blatu bocznego za pomocą jednej dźwigni. Drzwi i czoła szuflady wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odlewane w całości wraz z wyprofilowanymi uchwytami. Szuflada wyposażona w ogranicznik zapobiegający przed przypadkowym wypadnięciem. Drzwi szafki wyposażone w magnesy domykające. Wewnątrz szafki dwie półki. Korpus szafki wyposażony w aluminiowy reling z wyprofilowanym miejscem na ręczniki po jednej stronie szafki oraz miejsce butelki z drugiej strony szafki. Podstawa szafki wyposażona w krążki odbojowe zabezpieczające szafkę i ściany przed uszkodzeniami oraz cztery koła jezdne z podwójnym bieżnikiem o średnicy 60 mm, min. dwa koła z blokadą indywidualną. Wymiary szafki: szerokość: 680 mm (+/- 30 mm), głębokość: 470 mm (+/- 30 mm), wysokość do blatu głównego: 765 mm (+/- 30 mm)
   Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Dotyczy: zadanie 1 – Szafka przyłóżkowa – 3 szt.

5. Prosimy o możliwość zaoferowania na zasadzie równoważności szafki przyłóżkowej (3 szt.) o poniższych parametrach:

Szafka przyłóżkowa dwustronna z możliwością postawienia po obu stronach łóżka. Szkielet szafki wykonany ze stopów nierdzewnych, korpus szafki wykonany w całości z profilowanego tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Wszystkie elementy szafki zaokrąglone, ergonomiczne (bez rogów i kątów prostych). Blat szafki wyprofilowany, odporny na zarysowania, posiadający wszystkie krawędzie zabezpieczone przed ściekaniem rozlanych płynów oraz przed spadaniem drobnych przedmiotów. Drzwi i czoła szuflady wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odlewane w całości wraz z wyprofilowanymi uchwytami. Szuflada wyposażona w ogranicznik zapobiegający przed przypadkowym wypadnięciem. Drzwi szafki wyposażone w magnesy domykające. Wewnątrz szafki dwie półki. Korpus szafki wyposażony w aluminiowy reling z wyprofilowanym miejscem na ręczniki po jednej stronie szafki oraz miejsce butelki z drugiej strony szafki. Podstawa szafki wyposażona w krążki odbojowe zabezpieczające szafkę i ściany przed uszkodzeniami oraz cztery koła jezdne z podwójnym bieżnikiem o średnicy 60 mm, min. dwa koła z blokadą indywidualną. Wymiary szafki: szerokość: 540 mm (+/- 30 mm), głębokość: 470 mm (+/- 30 mm), wysokość do blatu głównego: 765 mm (+/- 30 mm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy: zadanie 2 – Łóżko ortopedyczne z podwójną ramą wyciągową – 1 szt.

6. Prosimy o możliwość zaoferowania na zasadzie równoważności łóżka ortopedycznego z podwójną ramą wyciągową o poniższych parametrach:
   - Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
   - Leże łóżka dwusegmentowe, segmenty leża wypełnione płytami z tworzywa sztucznego ABS, ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 72°, łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie
   - Poręcze boczne o wysokości 700 mm, które można regulować na wysokości tj. barierka opuszczona / barierka podniesiona
   - Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga, regulacja leża systemem zaczepowym
   - Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm z centralną blokadą
   - Szerokość całkowita 860 mm, długość całkowita 1660 mm, regulacja wysokości 740 – 990 mm, kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 12°, kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 12°
   - Kolorystyka do wyboru zgodnie z paletą kolorów wykonawcy
   - WYPOSAŻENIE
     - Materac

   Podwójna rama wyciągowa z wieszakiem kroplówki oraz dwoma uchwytami do ręki

   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy: zadanie 2 – Łóżko ortopedyczne z podwójną ramą wyciągową – 1 szt.

7. Prosimy o możliwość zaoferowania na zasadzie równoważności łóżka ortopedycznego z podwójną ramą wyciągową o poniższych parametrach:
   - Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
   - Leże łóżka czterosegmentowe (w tym trzy segmenty ruchome), ruchome segmenty leża wypełnione płytami HPL, elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 65°, łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie
   - Poręcze boczne dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, które można regulować na wysokości tj. barierka opuszczona / barierka podniesiona
   - Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga, regulacja leża elektryczna
   - Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą
   - Szerokość całkowita 980 mm, długość całkowita 1920 mm, regulacja wysokości 440 – 800 mm, kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 13°, kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 15°
   - Kolorystyka do wyboru zgodnie z paletą kolorów wykonawcy
   - WYPOSAŻENIE
     - Materac
     - Podwójna rama wyciągowa z wieszakiem kroplówki oraz dwoma uchwytami do ręki

   Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Dotyczy: zadanie 3 – Łóżko szpitalne dziecięce – 2 szt.

8. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami łóżka elektryczne?
9. **Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.**
10. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża?

    Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.
11. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści podwozie od strony głowy i nóg zaopatrzone w osłony z tworzywa sztucznego (wykonane bez zastosowania nanotechnologii srebra), zakrywające mechanizm centralnej blokady kół?

    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

12. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe, bez użycia nanotechnologii srebra, szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
13. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości, z niewielką wolną przestrzenią pomiędzy szczytem, a barierką, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52; barierki nie posiadające elastycznych listew odbojowych, ale łóżko posiadające w czterech narożnikach ramy leża krążki odbojowe w narożnikach chroniące łóżko przed uderzeniami?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy: zadanie 4 – Łóżko szpitalne – 10 szt.

14. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści minimalną wysokość leża od podłogi 500 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka, wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
15. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści maksymalną wysokość leża od podłogi 900 mm, wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
16. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 11?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
17. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe, bez użycia nanotechnologii srebra, szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
18. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści dopuszczalne obciążenie 230 kg?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
19. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości, z niewielką wolną przestrzenią pomiędzy szczytem, a barierką, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52; barierki nie posiadające elastycznych listew odbojowych, ale łóżko posiadające w czterech narożnikach ramy leża krążki odbojowe w narożnikach chroniące łóżko przed uderzeniami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy: zadanie 5 – Łóżko ortopedyczne – 2 szt.

20. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści leże łóżka dwusegmentowe?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
21. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści segmenty leża wypełnione płytami z tworzywa sztucznego ABS?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
22. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści ręczną regulację oparcia pleców w zakresie do 72^{o}?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
23. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne o wysokości 700 mm, które można regulować na wysokości tj. barierka opuszczona / barierka podniesiona?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
24. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm z centralną blokadą?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
25. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści szerokość całkowitą 860 mm?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
26. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści długość całkowitą 1660 mm?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
27. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści regulację wysokości 740 – 990 mm?
28. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

Pytania część II.

Dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający w pkt. 2 opisu dopuści wymiary blatu 41,3 x 45 cm, gdzie szerokość to 41,3 cm ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
2. Czy Zamawiający w pkt. 2 opisu dopuści głębokość 45 cm ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
3. Czy Zamawiający w pkt. 3 opisu dopuści szafkę bez wkładu na butelki z boku zamiast tego w szafce jest miejsce na postawienie pionowe butelki ?

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

4. Czy Zamawiający w pkt. 3 opisu dopuści koła o średnicy 65 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
5. Czy Zamawiający w pkt. 3 opisu dopuści wymiary 420x450x880 mm ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy zadania nr 2

1. Czy Zamawiający w pkt. 2 opisu dopuści leże dwusegmentowe wykonane z metalowych lameli z regulacją oparcia pleców w zakresie do 36° ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie z zastrzeżeniem że wymaga regulacji segmentu oparci apleców do 60^0.
2. Czy Zamawiający w pkt. 3 opisu dopuści regulację 770 – 1570 mm ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
3. Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu dopuści koła o średnicy 100 mm w tym 3 koła z blokadą a jedną z blokadą kierunkową ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
4. Zamawiający w pkt. 6 opisu dopuści szerokość 820 mm, długość całkowitą 1670 mm oraz regulację wysokości 740-1060 mm ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy zadania nr 3

1. Czy Zamawiający w pkt. 6 opisu dopuści sterowanie elektryczne co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
   Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.
2. Czy Zamawiający w pkt. 8 opisu dopuści sterowanie elektryczne co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
   Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.
3. Czy Zamawiający w pkt. 11 opisu dopuści koła o średnicy 125 mm?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
4. Czy Zamawiający w pkt. 13 opisu dopuści osłonę bez opisanej nanotechnologii ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
5. Czy Zamawiający w pkt. 14 opisu dopuści szczyty bez opisanej nanotechnologii ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
6. Czy Zamawiający w pkt. 19 opisu uzna za spełniony warunek w opisie dla poręczy bocznych na ¾ długości leża oraz dodatkowy protektor uzupełniający ¼ długości leża oraz bez listew odbojowych ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy zadania nr 4.

1. Czy Zamawiający w pkt. 6 opisu dopuści sterowanie elektryczne co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
   Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.
2. Czy Zamawiający w pkt. 11 opisu dopuści osłonę bez opisanej nanotechnologii ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
3. Czy Zamawiający w pkt. 12 opisu dopuści szczyty bez opisanej nanotechnologii ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
4. Czy Zamawiający w pkt. 17 opisu uzna za spełniony warunek w opisie dla poręczy bocznych na ¾ długości leża oraz dodatkowy protektor uzupełniający ¼ długości leża oraz bez listew odbojowych ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy zadania nr 5

1. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści leże dwusegmentowe ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
2. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści leże wykonane z metalowych lameli po kilka w każdym segmencie ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
3. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści regulację do 36 stopni ?
   Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.
4. Czy Zamawiający w pkt. 6 opisu dopuści regulację 770 – 1570 mm ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
5. Czy Zamawiający w pkt. 8 opisu dopuści koła o średnicy 100 mm w tym 3 koła z blokadą a jedną z blokadą kierunkową
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
6. Czy Zamawiający w pkt. 10 opisu dopuści 820 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

7. Czy Zamawiający w pkt. 11 opisu dopuści 1670 mm ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
8. Czy Zamawiający w pkt. 12 opisu dopuści regulację 740 – 1060 mm ?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytania część III.

Zad. nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową poz. nr 2 wykonaną z blachy nieocynkowanej malowanej proszkowo?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową poz. nr 2 wyposażoną w blat boczny z możliwością regulacji kąta nachylenia blatu tylko o 30^{o}?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową poz. nr 2 wyposażoną w blat boczny o wymiarach 55x34cm +/- 1cm?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową poz. nr 2 o szerokości całkowitej wraz ze złożonym blatem 57cm +/- 1cm?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową poz. nr 2 o wysokości 82 cm +/- 1cm?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
6. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową poz. nr 3 z półką na butelki z boku szafki metalową bez wkładu ABS?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
7. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową poz. nr 3 wyposażona w podwójne koła jezdne o średnicy 50mm?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową poz. nr 3 o długości całkowitej 54cm +/- 1cm?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
9. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową poz. nr 3 o wysokości całkowitej 80cm +/- 1cm?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zad. nr 2 – Łóżko ortopedyczne z podwójną ramą wyciągową – 1 szt.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem łóżka dwusegmentowym?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją poręczy bocznych w zakresie 915-1400mm +/- 10mm?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
12. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 1665mm +/- 10mm?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zad. nr 3 – Łóżko szpitalne dziecięce – 2 szt.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko o stałej wysokości leża?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
14. Czy Zamawiający dopuści łóżko o stałej wysokości leża 550mm od poziomu podłogi?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
15. Czy Zamawiający dopuści łóżko o stałej wysokości leża 500mm od poziomu podłogi?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
16. Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe z dwoma segmentami ruchomymi, możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia segmentu pleców w zakresie $0\text{-}70^{o}$ +/- 5^{o}, możliwość regulacji kąta nachylenia nóg w zakresie $0\text{-}16^{o}$ +/- 5^{o}?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
17. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 125mm?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
18. Czy Zamawiający dopuści łózko niewyposażone w osłony z tworzywa zakrywającego mechanizm centralnej blokady?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
19. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty tworzywowe wytworzone z tworzywa bez nanotechnologii srebra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne składane poniżej poziomu materaca zabezpieczające pacjenta na 75% jego długości i dodatkowy protektor zabezpieczający pozostałe 25% ciała pacjenta, łatwo demontowalny i uchylny?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
21. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki bez listw odbojowych na całej ich długości? Barierki nie wystają poza krążki odbojowe więc nie potrzebują dodatkowego zabezpieczenia przed obiciami czy też otarciami.
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
22. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w statyw kroplówki przyłóżkowy prosty, niewygięty w kierunku łóżka?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zad. nr 4 – Łóżko szpitalne – 10 szt.

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 125mm?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
24. Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w osłony z tworzywa zakrywającego mechanizm centralnej blokady?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
25. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty tworzywowe wytworzone z tworzywa bez nanotechnologii srebra?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
26. Czy Zamawiający dopuści łóżko o maksymalny obciążeniu roboczym 200kg?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
27. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne składane poniżej poziomu materaca zabezpieczające pacjenta na 75% jego długości i dodatkowy protektor zabezpieczający pozostałe 25% ciała pacjenta, łatwo demontowalny i uchylny
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
28. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki bez listw odbojowych na całej ich długości? Barierki nie wystają poza krążki odbojowe więc nie potrzebują dodatkowego zabezpieczenia przed obiciami czy też otarciami.
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
29. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w statyw kroplówki przyłóżkowy prosty, niewygięty w kierunku łóżka?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zad. nr 5 – Łóżko ortopedyczne – 2 szt.

30. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem łóżka dwusegmentowym?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
31. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją poręczy bocznych w zakresie 915-1400mm +/- 10mm?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
32. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 1665mm +/- 10mm?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zamawiający informuje, że użyte zwroty w odpowiedziach „DOPUSZCZA" oznacza, że w tym zakresie ulega modyfikacji treść SIWZ i opisów przedmiotów zamówienia.

Upoważnia się wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zamian w treści SIWZ wyłącznie w zakresie dot. wprowadzonych ww modyfikacji treści SIWZ.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl