



# WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-78PN/2020

Olsztyn, dnia 31-12-2020r.

Dotyczy postępowania przetargowego: **Jednorazowe wyroby medyczne i laboratoryjne**

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. nr 1843 z p. zm.) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

## **Pytanie nr 1. Zadanie nr 1.**

Zadanie 1 – Ostrza

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 1, 2, i utworzenie oddzielnego pakietu. Pragniemy zaznaczyć iż w poz. 3 ostrza tego typu nie są stosowane w rutynowej pracy w zakładzie patomorfologii, gdyż ostrza te są przeznaczone przede wszystkim do skrawania materiałów zatopionych w żywicach a nie w parafinie. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie jaki materiał jest zatapiający u Państwa w zakładzie w żywicy. Podkreślamy że jako kryterium oceny użytkowej (40%) wskazali Państwo ostrość cięcia materiału zatopionego w parafinie co jest nie spójne z przeznaczeniem noży w poz. 3.

**Odpowiedź ad. 1. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ. Ocenie użytkowej podlegają ostrza w poz. 1 i poz. 2. Ostrza w poz. 3 mają odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.**

*(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*

Piotr Wichowski  
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)



Certyfikat Jakości  
PN-EN ISO 9001:2015

