



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-05PN/2021

Olsztyn, dnia 15-02-2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego: Implanty słuchowe, implanty ortopedyczne

Na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych *Dz. U. z 2019r. poz. nr 2019*)
Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Pytanie 1 – SWZ, punkt IV, podpunkt 2:

Dotyczy: „sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawy sukcesywne od zad. nr 2 mają być realizowane do 6 dni od daty przesłania zamówienia do wykonawcy. Zamawiający wymaga dostarczenia przy pierwszej realizacji dostawy zamówionych implantów - na zasadzie użyczenia na czas trwania przedmiotowego zamówienia, niezbędnego instrumentarium i wyposażenia technicznego wraz z przeprowadzeniem niezbędnego szkolenia personelu Zamawiającego z techniki wszczepiania implantu.”

Czy Zamawiający dopuści: „sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawy sukcesywne od zad. nr 2 mają być realizowane do 6 dni od daty przesłania zamówienia do wykonawcy. Zamawiający wymaga dostarczenia przy pierwszej realizacji dostawy zamówionych procesorów dźwięku - na zasadzie użyczenia na czas trwania przedmiotowego zamówienia, niezbędnego instrumentarium i wyposażenia technicznego wraz z przeprowadzeniem niezbędnego szkolenia personelu Zamawiającego z techniki *ustawień procesorów dźwięku*”?

Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor dźwięku”.

Odpowiedź ad. 1. W tym postępowaniu Zamawiający użył uniwersalnego określenia dla procesora dźwięku jako „Implant”.

Pytanie 2 – załącznik nr 2, zadanie nr 2, punkt 1:

Dotyczy: „Implanty w pełni kompatybilne i współpracujące z implantami ślimakowymi, CI24M, CI24R, CI24E, CI422, CI512, CI522, CI532, CI612,, CI622, CI632”

Czy Zamawiający dopuści: „procesory dźwięku w pełni kompatybilne i współpracujące z implantami ślimakowymi: CI24M, CI24R, CI24E, CI422, CI512, CI522, CI532, CI612,, CI622, CI632”?

Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor dźwięku”.

Odpowiedź ad. 2. Patrz odpowiedź ad. 1.

Pytanie 3 – załącznik nr 2, zadanie nr 2, punkt 5:

Dotyczy: „W ramach zamówienia Zamawiający wymaga dodatkowego przewodu dla każdego implantu łączącego procesor z transmittersem lub przewodu zintegrowanego z transmittersem”

Czy Zamawiający dopuści: „użyczenie na czas trwania umowy niezbędnego instrumentarium (transmitter wraz z dedykowanym przewodem, kompatybilne z oferowanymi procesorami dźwięku), potrzebne do przeprowadzenia ustawień procesora dźwięku”?

Odpowiedź ad. 3. Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu rozwiązania opisanego przez Wykonawcę w pytaniu.

Pytanie 4 – załącznik nr 2, zadanie nr 2, punkt 7:

Dotyczy: „Implanty mają być odporne na wnikanie pyłu i zachłapanie wodą: stopień ochrony minimum IP54”.



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015



Czy Zamawiający dopuści: „Procesory dźwięku mają być odporne na wnikanie pyłu i zachłapanie wodą: stopień ochrony minimum IP54”?

Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor dźwięku”.

Odpowiedź ad. 4. Patrz odpowiedź ad. 1.

Pytanie 5 – załącznik nr 2, zadanie nr 2, punkt 8:

Dotyczy: „Implant ma posiadać możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku pomiędzy procesorem, a kompatybilnymi urządzeniami wyposażonymi w system operacyjny iOS lub Android”
Czy Zamawiający dopuści: „procesor dźwięku ma posiadać możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku pomiędzy procesorem, a kompatybilnymi urządzeniami wyposażonymi w system operacyjny iOS lub Android”

Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor dźwięku”.

Odpowiedź ad. 5. Patrz odpowiedź ad. 1.

Pytanie 6 – załącznik nr 2, zadanie nr 2, punkt 13:

Czy Zamawiający dopuści „Gwarancja producenta udzielana na procesor dźwięku – minimum 36 miesięcy (parametr oceniany).”

Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor dźwięku”. Gwarancja producenta na procesor dźwięku wynosząca 36 miesięcy jest standardowym oferowanym okresem gwarancji.

Odpowiedź ad. 6. Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega zmianie okresu gwarancji opisanego w SWZ i zał. nr 2. W rozdziale XVIII SWZ i zał. nr 2 poz. 13 w tabeli odn. zad. nr 2 otrzymują brzmienie:

Zadanie nr 2

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60%
2	Okres gwarancji	40%

TG – ilość punktów przyznanych za kryterium okres gdzie 36 miesięcy = 0pkt; 48 miesięcy = 20pkt; 60 miesięcy i więcej = 40 pkt. Termin podać w zał. nr 1 do SWZ pkt 4 ppkt 4.4

13	Gwarancja producenta udzielana na implant- minimum 36 miesięcy.(parametr oceniany)	Tak podać ilość miesięcy
----	--	--------------------------

Pytanie 7 – załącznik nr 2, zadanie nr 2, punkt 13:

Dotyczy:

„Objaśnienia do zad. nr 2 - tabela.

W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia – zadanie nr 2 – jeżeli w kolumnach nr 2 „Wymagalne” jest słowo „TAK” lub „TAK/podać lub opisać itp.” wykonawca ma obowiązek w kolumnie nr 3 /odpowiednio w wierszach/ wpisać słowo „TAK” lub „TAK” i zamieścić wymagany opis, dane itp. jeśli oferuje urządzenie, które dany parametr lub funkcję posiada.

W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru implantu, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany/ dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie, jako niezgodna opisem przedmiotu zamówienia. Za nie odpowiadającą treści SIWZ uznana będzie również taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabeli oświadczeń „TAK” lub opisów, zaoferuje implant, który danego parametru technicznego, funkcji itd. nie będzie w rzeczywistości posiadał, i nie będzie jej opisanej w dokumentach ww załączonych do oferty tj. katalogach, instrukcjach itp.

Dotyczy wymogów innych niż parametry techniczne implantów - Za nie odpowiadającą treści SIWZ uznana będzie również taka oferta, w której wykonawca w odniesieniu do wymogów nie podaje wymaganych informacji lub nie potwierdzi spełnienia postawionego warunku/wymogu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia.

INNE. Oferowany przedmiot zamówienia opisany w ma być fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2020 lub 2021 kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji dokonywanych przez Zamawiającego.

Dotyczy okresu gwarancji, który stanowi kryterium oceny ofert. Niezadeklarowanie przez Wykonawcę żadnego z okresów gwarancji, lub nie wpisanie „TAK” w wierszu tabeli przy ilości miesięcy bez podania deklarowanej ilości, uznane będzie za deklarację udzielenia gwarancji na minimalny, Czy Zamawiający dopuści:

„Objaśnienia do zad. nr 2 - tabela.

W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia – zadanie nr 2 – jeżeli w kolumnach nr 2 „Wymagalne” jest słowo „TAK” lub „TAK/podać lub opisać itp.” wykonawca ma obowiązek w kolumnie nr 3 /odpowiednio w wierszach/ wpisać słowo „TAK” lub „TAK” i zamieścić wymagany opis, dane itp. jeśli oferuje urządzenie, które dany parametr lub funkcję posiada.

W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru *procesora dźwięku*, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany/ dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie, jako niezgodna opisem przedmiotu zamówienia. Za nie odpowiadającą treści SIWZ uznana będzie również taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabeli oświadczeń „TAK” lub opisów, zaoferuje *procesor dźwięku*, który danego parametru technicznego, funkcji itd. nie będzie w rzeczywistości posiadał, i nie będzie jej opisanej w dokumentach ww załączonych do oferty tj. katalogach, instrukcjach itp.

Dotyczy wymogów innych niż parametry techniczne implantów - Za nie odpowiadającą treści SIWZ uznana będzie również taka oferta, w której wykonawca w odniesieniu do wymogów nie podaje wymaganych informacji lub nie potwierdzi spełnienia postawionego warunku/wymogu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia.

INNE. Oferowany przedmiot zamówienia opisany w ma być fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2020 lub 2021 kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji dokonywanych przez Zamawiającego.

Dotyczy okresu gwarancji, który stanowi kryterium oceny ofert. Niezadeklarowanie przez Wykonawcę żadnego z okresów gwarancji, lub nie wpisanie „TAK” w wierszu tabeli przy ilości miesięcy bez podania deklarowanej ilości, uznane będzie za deklarację udzielenia gwarancji na minimalny, dopuszczalny okres = 0 pkt. „

Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor dźwięku”.

Odpowiedź ad. 7. Patrz odpowiedź ad. 1.

**Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SIWZ, wyłącznie w zakresie dot. wprowadzonych ww. modyfikacji.
Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl