



# WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-06PN/2021

Olsztyn, dnia 26-02-2021r.

## Dotyczy postępowania przetargowego: Różne urządzenia laboratoryjne

Na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych *Dz. U. z 2019r. poz. nr 2019*) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

### **Pytanie 1. Zadanie nr 7 Chłodziarka laboratoryjna**

Czy Zamawiający dopuści inny model chłodziarki niż LTR40SD, spełniający w 100% specyfikację Zamawiającego?

**Odpowiedź ad. 1. Zamawiający nie określił konkretnego modelu chłodziarki, a Wykonawca w pytaniu nie wskazuje o jakie parametry oferowanego urządzenia chodzi. Podtrzymuje się zapisy w SWZ.**

### **Pytanie 2. Zadanie nr 8 Zamrażarka laboratoryjna**

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności użytkowej 240l, wymiarach zewnętrznych [SzxGxW] 76x64x140 cm i wym. wewnętrznych 66x54x68 cm?

**Odpowiedź ad. 2. Dopuszcza się parametr dot. pojemności użytkowej 240l oraz wymiarów zewnętrznych [SzxGxW] 76x64x140 cm.**

**W odniesieniu do wymiarów wewnętrznych 66x54x68 cm podtrzymuje się zapisy w SWZ.**

### **Pytanie 3. Zadanie Nr 8**

Czy dopuszczają Państwo pojemność zamrażarki 264 litry, wagę 80 kg, wymiary zewnętrzne (SxGxW): 60 x 65,5 x 163,5 cm i wymiary wewnętrzne (SxGxW): 50 x 49 x 107,5 cm przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań ?

**Odpowiedź ad. 3. Dopuszcza się, aby urządzenie posiadało opisane w pytaniu parametry.**

### **Pytanie 4. Zadanie Nr 6**

1. Czy Zamawiający dopuści płytę grzewczą, która nie nadaje się do kąpeli olejowej lub piaskowej? Urządzeń elektrycznych/elektronicznych nie poddaje się takim kąpielom.

2. Czy Zamawiający dopuści płytę grzewczą bez cyfrowego wyświetlacza, bez wyświetlacza temperatury, bez timera, bez funkcji rampy, bez interfejsu, bez możliwości programowania temperatury bezpieczeństwa, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź ad. 4. Zamawiający modyfikuje treść opisu przedmiotu zamówienia w zad. nr 6, która polega na odstąpieniu od parametrów urządzenia opisanych w pytaniu poz. 1 i 2 ww.**

### **Pytanie 5. Zadanie Nr 5.**

Czy zamawiający dopuści zamiast opisanej komory PCR komorę, która zamiast recyrkulatora UV posiada filtr wstępny i absolutny HEPA.

**Odpowiedź ad. 5. Dopuszcza się parametr opisany w pytaniu.**

### **Pytanie nr 6. Pakiet 7.**

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy chłodniczej o pojemności użytkowej 480L ? Chłodziarka jaką chcemy zaproponować jest urządzeniem laboratoryjnym wykonanym ze stali kwasoodpornej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**



Certyfikat Jakości  
PN-EN ISO 9001:2015



2 .Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zakres temperatury +2 do +10 C

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

3 .Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zakres temperatury +2 do +15 C?

Odpowiedź: Parametr niedopuszczony.

4 .Czy Zamawiający wyrazi zgodę na półki metalowe plastyfikowane zamiast perforowanych? Półki plastyfikowane są korzystniejsze cenowo niż perforowane, co wpłynie na koszt zakupu chłodziarek.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga półek metalowych, które mogą być nieperforowane.

5.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oświetlenia LED w chłodziarce. Chłodziarka jaką chcemy zaproponować jest wyposażona w system prowadnic, które umożliwiają maksymalne wysunięcie półki. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalną widoczność i komfort wyjmowania produktów z chłodziarki laboratoryjnej.

Odpowiedź; Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

6.Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych:

( Sz xG xW) 640 x 872x 1995 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary.

7.Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie chłodziarki o wymiarach wewnętrznych:

( Sz xG xW) 500 x 659x 1502 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary.

8.Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia? Czy jest winda towarowa w budynku? Czy będzie konieczność przemieszczenia chłodziarki po schodach ? Jakiej wielkości są otwory drzwiowe? Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?

Ma to znaczenie dla wyceny transportu

Odpowiedź: Do miejsca docelowego umieszczenia urządzenia są dostarczane większe gabarytowo i cięższe urządzenia bez żadnych przeszkód.

9 .Prosimy o zgodę na wagę urządzenia 127 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną wagę.

10.Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności zaferowanego sprzętu zgodnego z dyrektywą medyczną. Produkt jaki chcemy zaferować jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, posiada deklarację zgodności i Certyfikat i jest oznaczony znakiem CE, ale nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Chłodziarki jakie są oferowane na rynku polskim przez innych Wykonawców, również nie są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SWZ i odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu w zakresie wymaganych dokumentów przedmiotowych, która polega na odstąpieniu od wymogu posiadania Deklaracji CE dla wyrobu medycznego w zakresie zadania nr 7.

#### **Pytanie nr 8. Dotyczy zadania nr 7**

1. Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 roku (z póź.zm.)

Zamawiający ma obowiązek opisywać przedmiot zamówienia bez używania nazw handlowych.

Mając na względzie powyższe oraz zasady uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że Zamawiający nie wymaga urządzenia o nazwie handlowej podanej w OPZ, tj. LTR40SD firmy Infrico, lecz urządzenia równoważnego o zbliżonych parametrach.

Odpowiedź: Wykreśla się zapis LTR40SD, który został umieszczony omyłkowo przez Zamawiającego podczas sporządzania POZ, który był tworzony w oparciu o zebrane różne oferty dostępne w sieci internetowej. Przedmiotem zamówienia nie jest ten konkretny model urządzenia.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 450 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną pojemność.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 437 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną pojemność.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z półkami pełnymi, niewysuwanymi?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z półkami drucianymi, powlekanymi, niewysuwanymi?  
Odpowiedź; Podtrzymuje się zapisy w SWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 93 kg?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną wagę.
7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 121 kg?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną wagę.
8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (SxGxW): 70x80 x184 cm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary.
9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (SxGxW): 60x70x186,5 cm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary.
10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych (SxGxW): 475x500/341x 1723 mm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary.
11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych (SxGxW): 580x670x1200 mm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary.

**Dotyczy zadania nr 2-nr 8. (Pytania wskazują na zad. nr 8)**

12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 5 wysuwanymi szufladami ze stali nierdzewnej oraz frontem szuflady wykonanym z grubej warstwy pleksy, pełniącej rolę drzwi wewnętrznych?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wewnętrznego oświetlenia?  
W zamrażarkach laboratoryjnych nie stosuje się oświetlenia wewnętrznego.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 103 kg?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną wagę.
15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (SxGxW): 640x620x1800 mm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary.
16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (SxGxW): 480x465x1120 mm?  
Odpowiedź; Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

**Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SIWZ, wyłącznie w zakresie dot. wprowadzonych ww. modyfikacji.**

*(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*

Piotr Wichowski  
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)