

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SWZ)

### Nazwa zamówieniu publicznego:

Różny sprzęt i meble medyczne

### I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP : [/wssdOlsztyn/SkrytkaESP](#)

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Adres: ul. Żołnierska 18a , 10 – 561 Olsztyn

NIP 739-29-54-843 Regon 000295580

Tel. 089-5393455

Str. internetowa [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)

### II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający przeprowadzi w **trybie podstawowym**, na podstawie **art. 275 pkt 1.** ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:  
- wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

### **Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego:**

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), dalej jako „ustawa”.

### III. Opis przedmiotu zamówienia:

**Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z dostarczeniem so siedziby Zamawiającego (loco Magazyn Ogólny Szpitala):**

Zadanie nr 1 – Kozetka lekarska 1 szt.

Zadanie nr 2 – Fotel do pobierania krwi – 5 szt

Zadanie nr 3 – Wózek zabiegowy – 2 szt; taboret obrotowy – 5 szt; stojak na kroplówki – 36 szt

Zadanie nr 4 – Waga niemowlęca – 1 szt

Zadanie nr 5 – Łóżko szpitalne – 12 szt.

Zadanie nr 6 – Łóżko dziecięce – 4 szt.

Zadanie nr 7 – Szafka przyłóżkowa – 13 szt.

Zadanie nr 8 – Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów – 1 szt

Zadanie nr 9 – Waga lekarska krzeselkowa – 1 szt.

Zadanie nr 10 – Wózek do transportu osób siedzących – 1 szt.

Zadanie nr 11 – Stolik chirurgiczny – 1 szt; Stolik zabiegowy – 1 szt.; wózek zabiegowy – 1 szt.; wózek do przewożenia leków – 2 szt.

**Zamówienie jest podzielone na części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość części – 11.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

**Kod CPV:** 33191000-5, 33192000-2, 38310000-1, 33192100-3; 33191000-5

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 274 Ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

### IV. Termin wykonania zamówienia:

SZP-332-10PN-2021 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

1. **Zadanie nr od nr 1 do nr 11** – dostawa w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego postępowania o zamówienie.

#### **V. Warunki udziału w postępowaniu.**

**Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.**

#### **VI. Podstawy wykluczenia.**

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli nie wykaże braku podstaw do jego wykluczenia.
2. **Weryfikacja podstaw wykluczenia oparta jest o art. 108 ust. 1 ustawy jako obligatoryjne przesłanki.**
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
    - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    - f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
    - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
    - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
  - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
  - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
  - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
  - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
    - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
    - b) zreorganizował personel,
    - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
    - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
    - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
6. Zamawiający ocenia czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
7. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 (zał. nr 3 do ZWS) *oraz wymaganych środków dowodowych ( o ile przewidziano w ogłoszeniu i SWZ żądanie podmiotowych środków dowodowych).*

## **VII. Podmiotowe środki dowodowe**

**Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ**

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

## **VIII. Przedmiotowe środki dowodowe**

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, zamawiający żąda:

1. Dotyczy zadania nr 5, 6, 7, 8, Folderu/katalogu/ lub kart charakterystyki/ kart technicznych, zawierającego opis - specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z numerami katalogowymi, który potwierdza spełnianie podstawowych wymagań opisanych w formularzu cenowym ( załącznik nr 2 do SWZ ).
2. Dotyczy zadania od nr 1 do nr 11. Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego , Zamawiający wymaga dołączenia do oferty odpowiedniej Deklaracji zgodności CE lub Certyfikatu zgodności CE
3. Dotyczy zadania nr 8 – dokumentacja techniczno-rozruchowa (DTR)

Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, w przypadku stwierdzenia braku w ofercie żądanych dokumentów, analogicznie do dyspozycji art. 107 ust 2 ustawy pzp.

## **IX. Oferta ma zawierać:**

1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy,**
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 do SWZ, Formularz opisu przedmiotu zamówienia ,**
3. **Oświadczenie** o którym mowa w rozdziale VI pkt 7 SWZ

4. **Folder/katalog**, zawierający opis - specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z numerami katalogowymi, który potwierdza spełnianie wymagań opisanych w formularzu cenowym
5. Deklaracji zgodności CE lub Certyfikat zgodności CE

#### **X. Wymagania dotyczące dokumentów:**

1. Numer katalogowy podany w formularzu cenowym powinien być wyraźnie oznaczony w załączonych do oferty dokumentach. Ponadto dokumenty należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało jakiej pozycji (w tym numeru katalogowego) i jakiej części dotyczą.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

#### **XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
  - 1.1. miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal/wssdOlsztyn/SkrytkaESP> w zakresie składania ofert, zmiany i wycofania oferty,
  - 1.2. miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal/WSSDolsztyn/SkrytkaESP> **lub poczty elektronicznej na adres: [przetargi@wssdOlsztyn.pl](mailto:przetargi@wssdOlsztyn.pl) w zakresie zadawania pytań, wezwań, uzupełnień, składania wyjaśnień, oświadczeń.**
  - 1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do **formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.**
  - 1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  - 1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na skrzynkę ePUAP Zamawiającego lub poczty e-mail Zamawiającego.
  - 1.6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu.
  - 1.7. Zamawiający wymaga aby dokumenty **składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej:**
    - 1.7.1. podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) lub
    - 1.7.2. podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
    - 1.7.3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
    - 1.7.4. Pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony podpisem zaufanym ( e-Puap) bądź osobistym ( przy użyciu e-dowodu ).
  - 1.8. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/ musi być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.

2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415)
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż **4 dni** przed terminem składania ofert (art. 284 ust 1 i 2 ustawy pzp ).

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski; adres e-mail:  
[przetargi@wssd.olsztyn.pl](mailto:przetargi@wssd.olsztyn.pl) tel. 602 81 65 46.

**Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania.**

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia.

**XII. informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w art. 65 ust 1 ustawy pzp.**

Nie przewiduje się innego sposobu komunikowania się.

**XIII. Wymagania dotyczące wadium:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**XIV. Termin związania ofertą:**

Wykonawcy pozostają związani ofertą do dnia 23-03-2021r , zgodnie z brzmieniem art. 307 ustawy pzp.

**XV. Opis sposobu przygotowania oferty:**

**A. Przygotowanie oferty**

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy komunikacji.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl)
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie ePUAP i na miniPortalu. Każda oferta musi być zaszyfrowana. Sposób szyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie ePUAP i na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
11. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
11.1. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną Część skompresowane do jednego pliku ( ZIP ).
12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## **B. Oferta wspólna**

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ lidera.
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

## **XVI. Sposób i termin składania ofert:**

1. **Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego / wssdOlsztyn/SkrytkaESP**

do dnia **25-02-2021r r.** do godz. **10:00**

Oznakowane: **SZP-332-10PN-2021** - Oferta intubacja.

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie otwarta przez Zamawiającego.

2. Termin otwarcia ofert

Otwarcie nastąpi dnia **25-02-2021 r.** o godz. **12:00**

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte lub oferty w całości;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

### **XVII. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Cena lub koszt oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cena lub koszt może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

### **XVIII. Opis kryteriów oceny ofert:**

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:

Zadanie nr 5, 6, 7, 9, 10

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60%
2	Parametry techniczno-użytkowe	10%
3	Okres gwarancji	30%

**OU- Ocena parametrów dokonana będzie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w zał. nr 2 pod tabelą cenową.**

**TG – ilość punktów przyznanych za kryterium okres gdzie 24 miesiące = 0pkt; 36 miesięcy = 20pkt; 48 miesięcy i więcej = 30pkt. Termin podać w tabelach zadań w zał. nr 2 do SWZ**

Zadanie nr 8

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60%
2	Parametry techniczno-użytkowe	20%
3	Okres gwarancji	20%

**TG – ilość punktów przyznanych za kryterium okres gdzie 60 miesięcy = 0pkt; 72 miesiące i więcej = 20pkt; Termin podać w tabeli zadania nr 8 zał. nr 2 do SWZ**

Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 11

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60%
2	Okres gwarancji	40%

**TG – ilość punktów przyznanych za kryterium okres gdzie 24 miesiące = 0pkt; 36 miesięcy i więcej = 40pkt; Termin podać w tabelach zadań w zał. nr 2 do SWZ**

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Zad. nr 5, 6, 7, 9, 10

Cena oferty badanej x 60 % + ocena parametrów technicznych OU ( do 10%) + termin gwarancji TG (do 30%)

**Szczegóły dot. oceny parametrów technicznych i terminu gwarancji zawiera OPZ zał. nr 2 do SWZ.**

Zad. nr 1, 2, 3, 4, 11.

Cena oferty badanej x 60 % + termin gwarancji TG (do 40%)

**Szczegóły dot. terminu gwarancji zawiera OPZ zał. nr 2 do SWZ.**

Zad. nr 8

Cena oferty badanej x 60 % + ocena parametrów technicznych OU ( do 20%) + termin gwarancji TG (do 20%)

**Szczegóły dot. oceny parametrów technicznych i terminu gwarancji zawiera OPZ zał. nr 2 do SWZ.**

3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu *zamówienia* lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu *zamówienia* zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach *zamówienia* lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

4. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
- 1). wartości *zamówienia* powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
  - 2). wartości *zamówienia* powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

5. Wynik - za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert .

**XIX. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:**

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 308 ust. 2). W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niż 5 dni (art. 308 ust. 3 pkt 1a ).
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 59 ).
4. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy.

**XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

**XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz zmian umowy.**

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, które stanowią załączniki numer 4 do SWZ.



2. Zamawiający posiada konto przeznaczone do elektronicznego fakturowania. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), Wykonawca może przysłać fakturę w formie elektronicznej. Fakturę należy przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem ogólnodostępnej platformy elektronicznego fakturowania zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. O elektronicznym fakturowaniu na PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania, które umożliwia Wykonawcy złożenie faktury elektronicznej

3. Zamiana umowy

3.1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się w art. 455 ustawy, oraz w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SWZ.

3.2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) w zamówieniach publicznych (...), ( Dz. U. z 2018r poz. 2191.) Rodzaj – NIP, numer adresu 7392954843

4. Termin płatności faktur z przedmiot zamówienia do 60 dni.

## **XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Środki ochrony prawnej:

– Odwołanie

– Skarga

Odwołanie

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w art. 513-516 art. Ustawy pzp, w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Skarga

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu na zasadach określonych w art. 579-580 ustawy.

**Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX - Środki ochrony prawnej.**

## **XXIII. Opis części zamówienia:**

**Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienia na 2 części.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia

## **XXIV. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną.**

1. Adres poczty elektronicznej: [przetargi@wssd.olsztyn.pl](mailto:przetargi@wssd.olsztyn.pl)

2. Adres strony internetowej: [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)

3. **Adres poczty elektronicznej / skrzynki podawczej ePUAP na który należy przesłać ofertę : / [wssdOlsztyn/SkrytkaESP](mailto:wssdOlsztyn/SkrytkaESP)**

## **XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.**

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

## **XXVI. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2**

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 96 ust 2 pkt 2.

#### **XXVII. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 94**

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 94.

#### **XXVIII. Informacje dotyczące podwykonawcy**

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

#### **XXIX. Postanowienia końcowe:**

##### Zasada ogłoszenia wyników przetargu

O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami art. 253 ust 1 ustawy.

##### Zasady udostępniania dokumentów

1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
2. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że:
  - 1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,
  - 2) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.

**Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:**

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie jest Pan Zbigniew Łupina tel. 89- 5393458
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *SZP-332-10PN-2021* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z 2019r), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

SZP-332-10PN-2021      Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

**XXX. Załączniki:**

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – formularz opisu przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 4 – projekt umowy
4. Załącznik nr 3 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

SIWZ opracował: **Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski**

*/podpis nieczytelny/*

Sprawdzono pod względem merytorycznym: **Z-ca Dyr. ds. lecznictwa mgr Barbara Chwała**

*/podpis nieczytelny*

Zatwierdzam SIWZ do przetargu

---

**dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek**

**DYREKTOR SZPITALA**

*/podpis nieczytelny/*

Olsztyn, dnia 15-02-2021r

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY****1. Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Adres poczty elektronicznej: .....

Strona internetowa: .....

Numer telefonu: 0 ( .. ) ..... tel. kom. ....\*

Numer faksu: 0 ( ... ) .....

Numer REGON: .....

Numer NIP: .....

Nr rachunku rozliczeniowego .....

Godziny urzędowania .....

**Jestem: mikro / małym / średnim / dużym - przedsiębiorstwem (skreślić niewłaściwe)****2. Dane dotyczące Zamawiającego****Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie**

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn

NIP 739-29-54-843

Regon 000295580

**3. Zobowiązania wykonawcy**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-10PN-2021, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

**3.1 Cena oferty**

Zadanie nr	Cena netto zł.	Podatek VAT w zł.	Stawka VAT %	Cena brutto zł
1				
2 itd				

*/wpisać kwotę łączną za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/***4. Oświadczam, że:**

4.1 Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SWZ okresie.

4.2 Akceptuję termin płatności faktur określony w SIWZ.

4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów i reklamacji pisemnie - nr faksu i adres .....

**5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym**▶ Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :  
.....tel. kontaktowy..... mail: .....▶ Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:  
.....tel. kontaktowy.....mail, : .....**6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej\* /skreślić jeśli nie dotyczy/**

Nazwisko, imię .....

Stanowisko .....

Telefon.....Fax.....

SZP-332-10PN-2021 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy

### **7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

- 7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- 7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 7.3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 7.4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu
- 7.5 Oświadczam/ly, że wybór mojej/naszej oferty **nie\*\*** będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr zadania i pozycje w zadaniu)
- 7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

### **8. Dokumenty**

Informujemy, że :

▶ **dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) :** .....

**dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej) :** .....

▶ **dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) :** .....

**dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania) :** .....

**9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam nw. dokumenty i oświadczenia:** .....

.....itd.

### **10. Zastrzeżenie wykonawcy**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione\*:

.....  
.....  
.....

### **11. Inne informacje wykonawcy:**

.....

**12. Oferta zawiera, łącznie z załącznikami .....stron.**

### **13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału\* n.w podwykonawców .**

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli dotyczy).....

\_\_\_\_\_  
Imiona i nazwiska osób  
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

\_\_\_\_\_  
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy

\_\_\_\_\_ miejscowość i data .....

\* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.

**\*\*Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązkowo podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:**

- potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),
- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku

**Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2****Do oferty załączyć tylko ofertowany zakres z załącznika nr 2.****Zadanie 1. kozetka – 1 szt.**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. M.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy typ
1	KOZETKA - Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV Szerokość całkowita 550 mm (+/- 50 mm) Długość całkowita: 1880 mm(+/- 50 mm) Wysokość całkowita 510 mm (+/- 50 mm) Regulowany podglówek w zakresie: 0 - 40° (+/-5°) Leże tapicerowane bezszwowo Dopuszczalne obciążenie do 180 kg Możliwość wyboru koloru tapicerki. Wyposażona w uchwyt na rolkę prześcieradła jednorazowego. Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.	Szt.	1					
Razem								

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE dla wyrobu medycznego

Gwarancja min. 24 miesiące

**Zadanie 2.**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Fotel do pobierania krwi tapicerka odporna na środki dezynfekcyjne Dane techniczne : gł. 60-85 cm; szer. 85 cm; dopuszczalne obciążenie do 120 kg; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja metalowa</li> <li>• Siedzisko wraz z oparciem wykonane ze skaju lub eko-skóra</li> </ul>	Szt.	5					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dwa podłokietniki obite skajem lub eko skórą/ kolor szary</li> <li>• możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta</li> <li>• Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.</li> </ul>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE dla wyrobu medycznego  
Gwarancja min. 24 miesiące

### ZADANIE 3.

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	<p>Wózek zabiegowy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,</li> <li><input type="checkbox"/> blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy,</li> <li><input type="checkbox"/> kuwety z tworzywa sztucznego,</li> <li><input type="checkbox"/> koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo,</li> <li><input type="checkbox"/> uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa sztucznego</li> </ul> <p><b>Wymiary całkowite [mm]:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 68 x 43 x 89 [długość x szerokość x wysokość] (+/- 3cm)</li> <li>• Gwarancja 24 miesiące</li> </ul>	Szt.	2					
2	<p>Taboret obrotowy tapicerowany materiałem zmywalnym z regulowaną wysokością pneumatycznie DANE</p> <p>TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wysokość: 57-69 cm</li> <li>- Średnica podstawy: 55 cm</li> <li>- Średnica siedziska: 35 cm</li> </ul> <p>Gwarancja 24 miesiące</p>	Szt,	5					
3	<p>Stojak na kroplówkę - Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stalowy stelaż, podstawa z tworzywa sztucznego</li> <li>• Regulacja wysokości 110 do 230 cm</li> </ul>	Szt,	36					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podstawa z 5 kółkami obrotowymi umożliwia łatwe przemieszczanie</li> <li>• 4 zaczepy z wykonane z metalu o max. obciążeniu 2,5 kg / 1 hak</li> <li>• stelaż chromowany</li> <li>• Kolor podstawy: czarny</li> </ul>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE dla wyrobu medycznego

Gwarancja min. 24 miesiące

#### Zadanie 4.

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. masy	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Waga niemowlęca, medyczna; Wyposażona w szalkę z polistyrenu oraz podświetlany wyświetlacz typu LCD - Obciążenie maksymalne [Max]) 20 kg - Dokładność odczytu [d] 10 g -Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator -Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym minimum 35 h. Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.	Szt.	1					

#### Zadanie 5

##### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ŁÓŻKO SZPITALNE – SZT 12 SZT

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Łóżko szpitalne	Szt.	12				

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	WARTOŚĆ	PARAMETR	OCENA
-----	-------------------	---------	----------	-------



		GRANICZNA	OFEROWANY	PUNKTOWA
	Nazwa i typ :.....			
	Producent :.....			
	Przeznaczenie :			
	Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.			
<b>I</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE ŁÓŻKA</b>			
1	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo, łatwa w utrzymaniu czystości.	Tak		
2	Podstawa łóżka podpierająca leże gwarantującą stabilność leża.	Tak		
3	Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 980 mm +/-15%	Tak opis		
4	Całkowita długość łóżka min. 2000 mm, max. 2300 mm	Tak opis		
5	Dostępne funkcje łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego	Tak		
6	Mechaniczne sterowanie funkcjami łóżka	Tak		
7	Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi	Tak		
8	Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 430 mm +/-15% w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac	Tak opis		
9	Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 830 mm +/-20%. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.	Tak opis		
10	4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm blokady. Piasty kół z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik)	Tak opis		
12	Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża	Tak		
13	Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie)	Tak		
14	Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża	Tak		

15	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża	Tak		
16	Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka minimum 200 kg	<p style="color: red;">Podać Obciążenie &gt; 200 kg – 10 pkt. Obciążenie = 200 kg – 0 pkt.</p>		
17	Łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta. Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52, o długości około 75% długości leża	Tak		
18	Wyposażenie dodatkowe: - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża, - materac o grubości min. 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicjnej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt., - wysięgnik z tworzywowym uchwytem ręki, - wieszak kroplówki wygięty w kierunku łóżka	Tak opis		
19	Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta	Tak		
20	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne	Tak		
II	Pozostałe	-		
1	Pełna 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.	<p style="color: red;">Podać Pełna 2 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 20 pkt; 4 lata = 30 pkt.</p>		
2	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.	Tak		
3	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii	tak		
4	Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	Tak		
5	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	dać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu		
6	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego	Tak		

(dołączony do oferty)			
-----------------------	--	--	--

**Zadanie 6****PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ŁÓŻKO DZIECIĘCE – SZT 4**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Łóżko dziecięce	Szt.	4				

p.	PARAMETR WYMAGANY	WARTOŚĆ GRANICZNA	PARAMETR OFEROWANY	NA PUNKTOWA
	Nazwa i typ :.....			
	Producent :.....			
	Przeznaczenie :			
	Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.			
	<b>WYMAGANIA OGÓLNE ŁÓŻKA</b>			
1	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym	Tak		
2	Leże łóżka dwusegmentowe	Leże trzysegmentowe – 10 pkt. Leże dwusegmentowe – 0 pkt.		
3	Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym	Tak		
4	Regulacja oparcia pleców w zakresie do 60°	Tak		

5	Łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. Blokadki znajdują się w poręczach bocznych, łatwych w użytkowaniu	Tak		
6	Regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie 915-1400mm (+/-20mm)	Tak opis		
7	Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga	Tak		
8	Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualną blokadą jazdy i obrotu	Tak		
9	Regulacja leża systemem zaczepowym	Tak		
10	Szerokość całkowita 765mm ± 20mm	Tak opis		
11	Długość całkowita 1665mm ± 20mm	Tak opis		
12	Regulacja wysokości 505 – 805mm ± 20mm	Tak opis		
13	Kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 15° (± 5°)	Tak opis		
14	Kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 15° (± 5°)	Tak opis		
15	Kolorystyka do wyboru zgodnie z paletą kolorów wykonawcy.	Tak		
II	<b>WYPOSAŻENIE / WYMAGANIA DODATKOWE</b>	-		
1	Materace	Tak		
2	Statyw kroplówki przyłóżkowy	Tak		
III	Pozostałe	Tak		
1	Pełna 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.	<b>Podać: Pełna 2 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 20 pkt; 4 lata = 30 pkt.</b>		
2	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.	Tak		
3	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii	tak		
4	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	Tak		
5	Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	Tak		
6	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	dać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu		

7	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty)	Tak	
8	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi	Tak	

**Zadanie 7****PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Szafka przyłóżkowa	Szt.	13				

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	WARTOŚĆ GRANICZNA	PARAMETR OFEROWANY	OCENA PUNKTOWA
	Nazwa i typ : .....			
	Producent : .....			
	Przeznaczenie :			
	Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.			
<b>I</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE SZAFKI</b>			
1	Korpus szafki wykonany z profili. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Błat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).	<p>Podać:</p> <p>Profile szafki wykonane z aluminium = 10 pkt.</p> <p>Wykonane z innego materiału pozostałe = 0 pkt.</p>		
2	Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling z haczykiem na ręcznik u uchwyt na kubek	Tak/ opis		

	Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”.			
3	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki.	Tak		
4	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywową (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	Tak		
5	Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywową (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 2 części. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	Tak		
6	Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm ( $\pm$ 20mm) - szerokość szafki - 450 mm ( $\pm$ 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm ( $\pm$ 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm ( $\pm$ 20mm) - głębokość - 460 mm ( $\pm$ 20mm)	Tak		
7	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym	Tak		
8	Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.	Tak		
9	Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm ( $\pm$ 20mm)	Tak		
10	Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C.	Tak		
11	Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywową uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na	Tak		

	odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łózka.			
12	Łatwo odejmowany blat boczny bez użycia narzędzi, z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki	TAK		
13	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 60 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.	Tak opis		
14	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach	Tak		
15	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.	Tak		
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deklaracja zgodności i znak CE na szafce,</li> <li>• WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,</li> </ul>	Tak		
II	Pozostałe	-		
1	Pełna 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.	<b>Pełna 2 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 20 pkt; 4 lata = 30 pkt.</b>		
2	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.	Tak		
3	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii	tak		
4	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	Tak		
5	Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	Tak		
6	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	dać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu		
7		Tak		
8	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi	Tak		

**ZADANIE 8****PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW**

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	WARTOŚĆ GRANICZNA	PARAMETR OFEROWANY	OCENA PUNKTOWA
	Nazwa i typ aparatu :.....			
	Producent :.....			
	Przeznaczenie aparatu :			
	Rok produkcji aparatu : min. 2020, urządzenie nowe, nieużywane.			
<b>I</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>			
1	Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje na mocz) i misek do mycia chorych.	Tak		
2	Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wodę 3/4["], odpływ kanalizacyjny 100[mm] w podłodze lub ścianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do ściany i do podłogi) , w dostawie komplet węży zasilających i rur odpływowych.	Tak		
3	Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość 500 [mm] +/- 20% głębokość 500 [mm] +/- 20% wysokość 1500 [mm] +/- 20%	Tak podać		
4	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni	Tak		
5	Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem)	Tak podać		
6	Drzwi komory mycia z uszczelką silikonową zapewniająca całkowitą paroszczelność	Tak		
7	Załadunek od przodu urządzenia - drzwi uchylne do dołu, w poziomie.	Tak		
8	Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji.	Tak		
9	Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną.	Tak		
10	Obudowa wykonane w całości ze stali kwasoodpornej AISI 304.	Tak		
11	Komora wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 z wykończeniem lustrzanym o grubości min. 1,5 mm +/-20%	Tak		
12	Komora mycia prostopadłościenna z zaokrąglonymi narożnikami, z izolacją termiczną.	Tak		



Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych w dowolnych przedziałach czasowych.	Tak		
Komora mycia wyposażona w przyłącze do pomiaru temperatury wewnątrz komory oraz temperatury mytych wyrobów podczas cyklu mycia i dezynfekcji.	Tak		
Uchwyt naczyń sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenów i kaczek.	Tak		
Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych lub obrotowej głowicy natryskowej oraz stałych dysz natryskowych, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej (niedopuszczalne elementy z tworzyw sztucznych).	<p style="color: red;">Podać: 10 dysz i więcej – 10 pkt. mniej niż 10 dysz - 0 pkt</p>		
Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji	<p style="color: red;">3 programy i więcej – 10 pkt. 2 programy - 0 pkt</p>		
Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów.	Tak		
Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidłowych cykli mycia i dezynfekcji.	Tak		
Możliwość podłączenia drukarki do archiwizacji cykli mycia i dezynfekcji.	Tak		
Wyposażona w interfejs do podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC	Tak		
Wyposażona w interfejs do podłączenia sieci informatycznej szpitala ze specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania i rejestracji cykli mycia i dezynfekcji oraz możliwość zdalnego dostępu i nadzoru pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, służb szpitalnych) za pomocą sieci Internet.	Tak		
Dezynfekcja termiczna mytych wyrobów w oparciu o zadaną wartość A0 (możliwość zmiany wartości A0 wg wymagań użytkownika) i w oparciu o zadaną temperaturę i czas.	Tak		
2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji.	Tak		
Możliwość kalibracji czujników temperatury przez użytkownika przy pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urządzeniem.	Tak		
Wbudowany układ dozowania środka chemicznego (odkamieniająco-płuczącego) z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku.	Tak		
Możliwość umieszczania min. 2 pojemników ze środkami chemicznymi pod komorą mycia w obrębie podstawy myjni.	Tak		
Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody	Tak		

	zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia.		
	zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3	Tak	
	moc maksymalna: 3000 W	Tak podać	
	Moc pompy wody max. 400 W	Tak podać	
	Przyciski membranowe	Tak	
	Zużycie wody na cykl normalny: ciepła maks: 11 litrów, zimna maks: 18 litrów	Tak podać	
	Orurowanie wykonane z miedzi	Tak	
	Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu	Tak	
	Wszystkie podzespoły urządzenia pracować mają pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką)	Tak	
II	Pozostałe	Tak	
1	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej	Tak	
2	Pełna 5 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.	Podać: <b>Pełna 5 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 6 lat i więcej = 20 pkt;</b>	
3	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala.	Tak	
4	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.	Tak	
5	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii	Tak	
6	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	Tak	
7	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.	Tak	
8	Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	Tak	
9	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	<b>Tak/ podać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu</b>	
10	Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji techniczno-rozruchowej DTR	Tak	
11	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Sekcji Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem	Tak	
13	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności	Tak	

	urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty)		
14	<b>W ramach zamówienia wymagane jest dostarczenie urządzenia do miejsca docelowego postoju, przygotowanie do pracy, montaż do istniejących przyłączy i uruchomienie.</b>	Tak	
15	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.	Tak	

**Zadanie 9**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: **WAGA LEKARSKA KRZESEŁKOWA - SZT**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Waga lekarska krzeselkowa	Szt.	1				

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	WARTOŚĆ GRANICZNA	PARAMETR OFEROWANY	OCENA PUNKTOWA
	Nazwa i typ :.....			
	Producent :.....			
	Przeznaczenie :			
	Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.			
<b>I</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>			
1	Elektroniczna waga do ważenia w pozycji siedzącej składana	Tak		
2	Waga zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III	Tak		
3	Składana konstrukcja wagi krzeselkowej	Tak		

4	Konstrukcja pozwala na natychmiastowe złożenie, nawet między pomiarami	Tak		
5	Waga wyposażona we wszystkie kołka skrętne i z blokadą, podłokietniki uchylne	Tak		
6	Nośność maksymalna 200 kg, dokładność pomiaru 100 g w całym zakresie pomiaru	Obciążenie > 200 kg – 10 pkt. Obciążenie = 200 kg – 0 pkt.		
7	Waga pozwala na obliczenie parametrów BMI i powierzchni ciała pacjenta (BSA)	Tak		
8	Funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączenie	Tak		
9	Antypoślizgowa faktura siedziska	Tak		
10	Waga posiada legalizacje	Tak		
II	Pozostałe	-		
1	Pełna 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.	Pełna 2 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 20 pkt; 4 lata = 30 pkt.		
2	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.	Tak		
3	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii	tak		
4	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	Tak		
5	Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	Tak		
6	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	dać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu		
7	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty)	Tak		
8	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi	Tak		
9	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi	Tak		

technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.			
---	--	--	--

**Zadanie 10****PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WÓZEK DO TRANSPORTU OSÓB SIEDZĄCYCH - SZT**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Wózek do transportu osób siedzących	Szt.	1				

p.	PARAMETR WYMAGANY	WARTOŚĆ GRANICZNA	PARAMETR OFEROWANY	NA PUNKTOWA
	Nazwa i typ :.....			
	Producent :.....			
	Przeznaczenie :			
	Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.			
	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>			
1	<b>Wózek wykonany ze stopów lekkich przeznaczony dla osób bardzo ciężkich</b>	Tak		
2	Wózek wykonany z aluminium	Tak		
3	Konstrukcja oparta na podwójnym krzyżaku.	Tak		
4	zapewnia komfort anatomicznego siedzenia i oparcia	Tak		
5	Podnóżki jednopłytowe ściągane	Tak		

6	Tapicerka anatomiczna	Tak		
7	Podłokietniki wyciągane i odchylane za oparcie	Tak		
8	Koła tylne wzmacniane -specjalne do przewożenia ciężkich osób nawet do 200 kg, opony kół lane.	Tak		
9	Wózek wyposażony w hamulce oraz w dodatkowe hamulce dla osoby towarzyszącej	Tak		
10	Maksymalne obciążenie 200 kg $\pm$ 10%	Podać: Obciążenie > 200 kg – 10 pkt. Obciążenie = 200 kg – 0 pkt.		
11	Długość całkowita z podnóżkiem 114cm $\pm$ 10%	Tak		
12	Szerokość siedziska 60 cm $\pm$ 10%	Tak		
13	Szerokość całkowita 85 cm $\pm$ 10%	Tak		
14	Szerokość po złożeniu: 37,5 cm $\pm$ 10%	Tak		
15	Waga całkowita: 39-40 kg $\pm$ 10%	Tak		
16	Wysokość oparcia: 62 cm $\pm$ 10%	Tak		
17	Odległość siedziska od podnóżka 41,5-51 cm $\pm$ 10%	Tak		
18	Odległość siedziska od podłokietnika 20 cm $\pm$ 10%	Tak		
19	Minimalny promień skrętu 174 cm $\pm$ 10%	Tak		
II	Pozostałe	Tak		
1	Pełna 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.	Podać: Pełna 2 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 20 pkt; 4 lata = 30 pkt.		
2	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.	Tak		
3	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii	tak		
4	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	Tak		
5	Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat.	Tak		

6	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	dać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu		
7	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty)	Tak		
8	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi	Tak		

### **Zadanie 11– Różne wyposażenie medyczne**

L.p.	Nazwa przedmiotu	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy typ
1	Stolik chirurgiczny z blachy stalowej o grubości 0,8 mm oraz profili metalowych. Malowany metodą proszkową. Wszystkie kółka są skrętne, a ponad to dwa z nich posiadają blokadę zabezpieczającą przez przemieszczaniem się stolika. Wymiary wys. x szer. x gł.: 880 x 1000 x 600 mm (+/- 10mm)	Szt.	1						
2	STOLIK ZABIEGOWY -Stolik malowany metodą proszkową, posiada kółka i pochwyt do łatwego przemieszczania. Kółka jezdne wyposażone są w blokadę. Półki metalowe 2 szt. <input type="checkbox"/> Wysokość [mm]: 800 <input type="checkbox"/> Głębokość [mm]: 450 <input type="checkbox"/> Szerokość [mm]: 780 Tolerancja (+/- 30 mm)	Szt.	1						

3	<p>WÓZEK ZABIEGOWY - Wózek posiada cztery koła, worek na odpady, druciany kosz, trzy półki oraz cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą.</p> <p><b>PARAMETRY TECHNICZNE:</b>  Długość: 645 mm  Szerokość 425 mm  Wysokość 905 mm  Tolerancja (+/- 30 mm)</p>	SZT.	1						
4	<p>WÓZEK DO PRZEWOŻENIA LEKÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> wyposażony w cztery zdejmowane tace ze stali nierdzewnej, przegródki z tworzywa na 120 leków oraz uchylną miskę z tworzywa</li> <li><input type="checkbox"/> stelaż w kolorze białym lakierowany farbą proszkową</li> <li><input type="checkbox"/> wyposażony w cztery kółka w tym dwa z hamulcem.</li> <li><input type="checkbox"/> wysokość: 83,5cm</li> <li><input type="checkbox"/> szerokość: 42,5cm</li> <li><input type="checkbox"/> długość: 72cm Tolerancja (+/- 3 cm)</li> </ul>	Szt	2						
Razem									

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE

Gwarancja min. 24 miesiące

**Kryterium oceny 100% cena.**

**Miejscowość, data i podpis składającego ofertę .....**

(Nie wpisane oferowanego terminu gwarancji uznane będzie za udzielenie minimalnego dopuszczalnego terminu. Termin nie może być krótszy niż wymagana ilość miesięcy podana w poszczególnych zadaniach)

**Do oferty załączyć tylko ofertowany zakres z załącznika nr 2.**

**Dotyczy zad. nr od 1 do 11. Oferowane wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji przez Zamawiającego**



**Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia.**

1. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia materiałów opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp.
2. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane w szczególności punktowane dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.
3. Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego.
4. Na dostarczone urządzenia medyczne wykonawca udzieli:
  - gwarancji producenta i rękojmię w (element stanowiący kryterium oceny ofert) tj.: obejmującą w szczególności wszelkie naprawy łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego podzespołów, konserwację, przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu, wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów, dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. po upływie okresu gwarancji
5. Dotyczy zad. nr 5, 8. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we wskazanym miejscu Szpitala, prezentację dla personelu przygotowujące do pracy na urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala jest niezależna od terminu faktycznego montażu urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione między stronami po zawarciu umowy.
6. Wymagania postawione przez Zamawiającego dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagać, minimalne parametry i funkcje faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany-dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna opisem przedmiotu zamówienia.

7. Za nie odpowiadającą treści SIWZ uznana będzie taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel oświadczeń „TAK” lub opisów, lub zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu

Załącznik nr 3

**Wykonawca:**

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Różny sprzęt i meble medyczne**, prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (nr spr SZP-332-10PN-2021), oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU  
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i  
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086)**

**WYKONAWCA:**

.....  
.....  
.....  
.....

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Implanty słuchowe, implanty ortopedyczne**, prowadzonego pod nr ..... oświadczam, co następuje:

1. Przynależę/ nie przynależę \*) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia **16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086)** z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:

.....  
.....  
.....  
.....

3. Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, .....  
ponieważ ..... (wskazać dowody)

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
data i podpis osoby uprawnionej

\*) *niepotrzebne skreślić*

**UMOWA -projekt NR SZP/10/.../2021/PW Zał. nr 4**

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia .....2021r. pomiędzy:

**Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie**

adres siedziby: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a  
NIP 739-29-54-843

Regon 000295580

reprezentowanym przez:

1. **Dyrektora Szpitala dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek**
2. **przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego**

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....

NIP .....

Regon.....

reprezentowanym przez:

1. ....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: **Różny sprzęt i meble medyczne dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie**, z dnia ...-02-2021r. (znak sprawy: SZP-332-10PN/2021), opartego na przepisach ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019) w ramach zamówienia zad. nr .....została wybrana oferta w/w Firmy.

**§ 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy**

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu medycznego....., (dostawa loco Magazyn Ogólny Szpitala), w ilości i o parametrach technicznych szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia i w ofercie Wykonawcy z dnia .....-2021 r.

**§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy**

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w okresie do 30 dni od daty udzielenia zamówienia (daty umowy)
2. Termin dostawy uznany będzie na podstawie sporządzonego dokumentu odbioru lub protokołu.

**§ 3 Cena i warunki płatności**

1. **Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do ..... zł.**

2. Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ..... zł
3. Razem brutto ust. 1 i 2:..... zł.
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
7. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego przedmiotu zamówienia.
8. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
9. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT.
10. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego do Magazynu ogólnego Zamawiającego.
11. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane na rachunku/fakturze nr ..... do 60 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
12. Rachunek lub faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, z której wynika płatność.
13. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

#### **§ 4 Dostawa, prezentacja i odbiór przedmiotu umowy**

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 umowy.
2. W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:
  - a) dostarczenia na miejsce przeznaczenia wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego;
  - b) rozładunek, zmontowanie, ustawienie w pomieszczeniu docelowego użytkownika i instalacje
  - c) przeprowadzenia szkolenia wskazanego personelu Zamawiającego z zasad użytkowania i obsługi – dotyczy zadania nr 8,
  - (instalacja, montaż, o czym mowa w ppkt. b) odbędzie się w terminie - po wcześniejszym uzgodnieniu między Stronami umowy - montaż dotyczy zad. nr 5, 7, 8)
  - (przeszkolenie, o czym mowa w ppkt c) odbędzie się po dostawie, w terminie po uzgodnieniu między stronami umowy i nie ma wpływu na termin dostaw przedmiotów zamówienia loco magazyn/wskazane miejsce w pomieszczeniach docelowego ich użytkownika – dotyczy zadań wskazanych w zał. nr 2 do SIWZ)
3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00 lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie ustawienia, montażu i szkolenia jest ..... tel. 89-5393.....  
W sprawie dostaw do Magazynu ogólnego Szpitala – Pani/Pan ..... tel. 98-53934... e-mail .....
5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: .....
6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i pozbawiony wad.
7. Odbiór zrealizowanego przedmiotu umowy następuje w formie protokołu przyjęcia-odbioru, podpisanego przez obie strony – dot. ust. 2 – (z wyłączeniem ppkt c).
8. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili przyjęcia towaru przez Zamawiającego.
9. Za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie i w wyniku realizacji przedmiotu umowy na majątku Zamawiającego odpowiada Wykonawca.
10. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.). Wykonawca zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających

spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm – wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych,

11. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki, normy jakościowe, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.

### **§ 5 Warunki gwarancji i serwisu**

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia serwisowania i do napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym i rękojmi bez dodatkowych opłat w szczególności za obowiązkowe przeglądy, transport, dojazd oraz wymienione części – zgodnie z wymaganiami i postanowieniami zawartymi w SIWZ i na zasadach powszechnie obowiązujących na terenie RP.
2. Termin gwarancji ustala się na .....miesiące od daty podpisania protokołu zakończenia odbioru zakresu dostaw przedmiotów objętych niniejszą umową.

### **§ 6 Kary umowne**

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w formie kar umownych.
  - a) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie przez Wykonawcę umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;
  - b) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;
  - c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 w wysokości 1 % ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego pisemnie) na dostarczenie przedmiotu umowy, liczonej od wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy.
  - d) za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na reakcję serwisu. Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3.
3. Naliczanie kary umownej odbędzie się poprzez wystawienie noty wraz z uzasadnieniem i terminem zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż kary umowne mogą zostać potrącone z ceny określonej w § 3 ust. 3.
4. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne.
5. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy, którego dotyczyć będzie naliczenie kar.

### **§ 7 Warunki odstąpienia od umowy**

1. Zamawiający odstąpi od umowy gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku:
  - 1) gdy termin określony w § 2 zostanie przekroczony o 14 dni (przepisy z § 6 mają zastosowanie)
  - 2) dostarczony przedmiot zamówienia będzie niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ (przepisy z § 6 mają zastosowanie)



## § 8 Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- 1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
- 1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
- 1.3 dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy jeżeli, konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
- 1.4 zmiana nazwy Zamawiającego
- 1.5 w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw
- 1.6 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego
- 1.7 zaistnienia, po zawarciu umowy w przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
  - 1.7.1 o charakterze niezależnym od Stron
  - 1.7.2 którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy
  - 1.7.3 którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności
  - 1.7.4 której nie można przypisać drugiej Stronie
- 1.8 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron.
- 1.9 Zmiany terminu dostaw przedmiotu zamówienia (wydłużenie) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem o nowym terminie, a na tą okoliczność zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy.

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
- b) zmiany danych teleadresowych,;

4. Zmiany o których mowa w ust. 1 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony.

## § 9

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy dążyć będą do polubownego ich załatwienia. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego przez Strony umowy skutku spory rozstrzygane będą przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

## § 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.**) i Kodeks cywilny

## § 11

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....  
**WYKONAWCA**

.....  
**ZAMAWIAJĄCY**