



Nr postępowania SZP-332-10PN/2021

Olsztyn, dnia 23-02-2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego: Różny sprzęt i meble medyczne

Na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych *Dz. U. z 2019r. poz. nr 2019*) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Sprostowanie do wyjaśnień udzielonych w dniu 22 lutego 2012r w zakresie odpowiedzi udzielonych ad. zadanie nr 7 – Szafka przyłóżkowa – 13 szt.

Sprostowanie dotyczy rozmiaru kółek jezdnych szafek.

Zamawiający udzielił negatywnych odpowiedzi odn. wniosków Wykonawców o dopuszczenie rozmiaru kółek o rozmiarze 50mm.

Sprostowanie polega na dopuszczeniu do zaoferowania szafek przyłóżkowych, które posiadają kółka w rozmiarze 50-75mm.

Pytanie nr 1. dot. załącznik nr 4 do SWZ- umowa

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że dostawa w zakresie zadania 1,2,3 i 11 odbędzie się zgodnie z zapisem § 1- loco Magazyn, i dla tych zadań nie ma zastosowania zapis § 4 mówiący o rozpakowaniu, rozmieszczeniu i instalacji.
2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że jeśli producent nie wymaga przeglądów dla danych urządzeń w zadaniach 1,2,3, i 11 zapis § 5 ust. 1 w zakresie przeglądów nie ma zastosowania.

Odpowiedź. Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie nr 2. dot. Zadanie 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela do pobierania krwi o szerokości 69,5cm celem zwiększenia konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź. Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie nr 3. Zadanie 3.

1. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o długości 98,5cm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów? Proponowany parametr wpłynie bezpośrednio na poprawę funkcjonalności poprzez zwiększenie powierzchni odkładczej blatu i kuwet

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający dopuści taboret obrotowy o średnicy podstawy 60cm z regulacją wysokości w zakresie 65-90cm, co pozwoli na poszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający dopuści stojak na kroplówkę z regulacją wysokości w zakresie 132-225cm? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego nie wpływając tym samym na funkcjonalność produktu a jego dopuszczenie spowoduje ukonkurencyjnienie postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga stojaka na kroplówkę, którego podstawa wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym a kolumna ze stali.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



Zadanie 11.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika chirurgicznego o szerokości 770mm i głębokości 600mm. Zważając na przeznaczenie produktu redukcja jego wymiarów wpłynie korzystanie na funkcjonalność z uwagi na oszczędność miejsca i większe możliwości adaptacji w przestrzeni zabiegowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o szerokości 780mm? Podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa na jego funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o długości 985mm co pozwoli na zwiększenie miejsca użytkowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

4. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia leków o wysokości 89cm i długości 66cm?

Podane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych nie wpływając na funkcjonalność produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4. dot. SWZ oraz załącznik nr 2 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o określenie jakim kryterium kierował się będzie Zamawiający w zakresie zadania nr 11- w SWZ wskazane jest 60% cena, 40 % gwarancja, w załączniku nr 2 OPZ jest podane natomiast kryterium 100% cena.

Odpowiedź ad. 4. Wpis w zał. nr 2 OPZ pod tabelą zadn nr 11 jest omyłkowy.

Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SIWZ, wyłącznie w zakresie dot. wprowadzonych ww. modyfikacji.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl