



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr sprawy SZP-332-78PN-2020

Olsztyn, dnia 11-02-2021 r.

Do wiadomości zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

- dotyczy zadań nr 2, 7, 8, 10, 11, 13

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn.zm.] (dalej UPZP) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Jednorazowe wyroby medyczne i laboratoryjne** (nr wewn. spr. SZP-332-78PN-2020) **w zakresie zadań nr 2, 7, 8, 10, 11, 13.**

Dotyczy zadań nr 7, 10, 11, 13

1. Podstawa prawna unieważnienia: **Art. 93 ust. 1 pkt 1 UPZP**. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 7, 10, 11, 13, ponieważ na ww. zadania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. Uzasadnienie faktyczne. Brak ważnych ofert w zakresie zadań nr 7, 10, 11, 13.

Dotyczy zadania nr 2

1. Podstawa prawna unieważnienia: **Art. 93 ust. 1 pkt 7 UPZP**.
2. Uzasadnienie faktyczne.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w następujący sposób:

„Probówka z PS okrągłodenna poj. 3 ml (Ø11,5-12 x 55 mm) z podziałką.”

Taki opis pozwalał Wykonawcom zaoferować probówki, które posiadały krawędzie zakończone tzw. „kołnierzem”, jaki i probówki bez takiego „kołnierza”. W efekcie jeden Wykonawca zaoferował oczekiwany przez Zamawiającego produkt, a drugi zaoferował produkt, który ze względu na wykończenie probówki, nie może być stosowany do urządzeń posiadanych przez Szpital. Opis, z winy Zamawiającego, zawiera wadę nieusuwalną, która uniemożliwia dokonanie uczciwej oceny zaoferowanych produktów i tym samym, traktuje równo Wykonawców.

Wada uniemożliwia zawarcie umowy, która nie podlegałaby unieważnieniu.

Dotyczy zadania nr 8

1. Podstawa prawna unieważnienia: **Art. 93 ust. 1 pkt 7 UPZP**.
2. Uzasadnienie faktyczne.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w następujący sposób:

„Jednorazowy sterylny zestaw wkładów składający się z dwóch wkładów o poj. 200ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „T” o długości +/-150cm oraz 2 ostrzy typu spike”

Opis, z winy Zamawiającego, zawiera wadę nieusuwalną, która uniemożliwia dokonanie uczciwej oceny zaoferowanych produktów, ponieważ dopuszczenie tolerancji długości „+/- 150cm” drenu bez określenia rozmiaru tzw. bazowego powoduje, że długość drenu może wynosić każdą ilość centymetrów, która niekoniecznie odpowiada Zamawiającemu, a co najistotniejsze powoduje, że poprzez wybór którejkolwiek z ofert, doszłoby do nierównego traktowania Wykonawców. Przy tak sporządzonym wadliwym opisie przedmiotu zamówienia Wykonawcy zaoferowali zestawy z różnymi długościami drenów. Wada uniemożliwia zawarcie umowy, która nie podlegałaby unieważnieniu.

.....
Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Otrzymują:

- Uczestnicy przedmiotowego postępowania
- publikacja na str. www.wssd.olsztyn.pl
- a/a.



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015

