



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-06PN/2021

Olsztyn, dnia 01-03-2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego: Różne urządzenia laboratoryjne

Na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych *Dz. U. z 2019r. poz. nr 2019*) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Zadanie nr 7 Chłodziarka laboratoryjna

1. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szer. x głęb. x wys.) 60x70x186,5 i [cm], wymiarach wewnętrznych (szer. x głęb. x wys.) 47,5x50/34x172 [cm] i pojemności 437 l.? Powyższe urządzenie przy mniejszych wymiarach zewnętrznych oferuje większą pojemność komory.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o niewysuwanych, drucianych półkach o regulowanej wysokości ?

Odpowiedź: Parametr niedopuszczony.

3. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wadze 93 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną wagę.

Pytanie 2. Część 8.

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie o wymiarach zewnętrznych 82x81x173 cm i wymiarach komory 52x53x112 cm i pojemności użytkowej 262 l. oraz wadze 185 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary i pojemność.

W zakresie parametru dot. wagi urządzenia nie dopuszcza się takiego urządzenia.

W przypadku negatywnych odpowiedzi proszę o wyjaśnienie powodów braku zgody na zaproponowane zmiany, gdyż z punktu widzenia oferenta podane w pytaniach parametry działają na korzyść urządzenia, zwiększają jego ergonomię. Dodatkowo nie ograniczają liczby możliwych oferowanych modeli do opisanych w SIWZ konkretnych urządzeń, co ogranicza znacznie zasadę konkurencyjności

Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SIWZ, wyłącznie w zakresie dot. wprowadzonych ww. modyfikacji.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015



