



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-06PN/2021

Olsztyn, dnia 02-03-2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego: Różne urządzenia laboratoryjne

Na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych *Dz. U. z 2019r. poz. nr 2019*)
Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i modyfikuje
treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Zadanie Nr 8:

Czy dopuszczają Państwo pojemność zamrażarki 264 litry, wagę 80 kg, wymiary zewnętrzne (SxGxW): 60 x65,5 x 163,5 cm i wymiary wewnętrzne (SxGxW): 50 x 49 x 107,5 cm przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary.

Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SIWZ, wyłącznie w zakresie dot. wprowadzonych ww. modyfikacji.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015

