



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-27PN-2021

Olsztyn, dnia 27-04-2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego:

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Postępowanie ma numer SZP-332-27PN-2021.

DOTYCZY ZADAŃ, W KTÓRYCH WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PRÓBEK OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Próbki należy złożyć, przesać do Zadawającego na adres Zamawiającego **10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, z dopiskiem „SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pok. Nr 01”** - w tradycyjny sposób (kurier lub pocztą) do upływu terminu składania ofert. Ponieważ „Próbki” podlegają ocenie i stanowią element oferty nie będą podlegały uzupełnieniu po otwarciu ofert.

Pytanie 1. Pakiet 11

Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści kasetki z prostokątnymi otworami o wymiarach 1x5 mm? Otwory o takiej wielkości w pełni zabezpieczają materiał przed wypadnięciem, jednocześnie zapewniając równomierny dostęp i przepływ odczynników w trakcie procesowania tkanek. Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ

Pytanie nr 2 do pakietu 6

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu: lasera diodowego o długości fali 1318nm oraz mocy 150W i parametrach przedstawionych poniżej w tabeli.

LASER ten dedykowany jest następującym zabiegom urologicznym:

- 1) Wycięcie przerostu prostaty przez zastosowanie waporyzacji lub enukleacji
- 2) Wycięcie guza nerki
- 3) Usuwanie kamieni pęcherza moczowego - moc lasera ok. 100Watt

Zdecydowaną przewagą naszego rozwiązania jest opatentowana długość fali 1318nm, dzięki której możliwe jest osiągnięcie najlepszej HEMOSTAZY przy jednocześnie odpowiedniej GŁĘBOKOŚCI PENETRACJI - CIĘCIA tkanki.

Oferowany laser umożliwia precyzyjną resekcję tkanek oraz jednoczesną koagulację, bez naruszania prawidłowych właściwości hemostatycznych i przy minimalnym zwęgleniu. Poza tym



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015



długość fali 1318nm jest stworzona stricte do zabiegów medycznych. Woda w narządach parenchymalnych (np. prostata i nerka) jest ich kluczową komponentą, dlatego długość wiązki lasera powinna być tak dobrana, aby zrównoważyć absorpcję i rozpraszanie na wodzie. Absorpcja gwarantuje właściwości tnące lasera, a rozpraszanie głębokość penetracji.

Jeśli zdecydowanie przeważa proces absorpcji (co ma miejsce w przypadku lasera >2010 nm, wówczas mamy do czynienia z laserem tnącym. Dzięki wysokiej absorpcji, dostarczona energia natychmiast waporyzuje tkankę i znacząco redukuje głębokość penetracji. W rezultacie koagulacja niemalże zanika. Jeśli natomiast przeważa proces rozpraszania (laser diodowy 940-980 nm), głębokość penetracji staje się zbyt duża. Wówczas dostarczona energia rozchodzi się w dużej objętości tkanki, skutkując redukcją zarówno właściwości tnących jak i koagulujących (co szczególnie jest niebezpieczne w zabiegach enukleacji, powodując powikłania śród i pooperacyjnymi). Rysunek, który przedstawia stosunek absorpcji do penetracji tkanki.

Długość fali 1318nm w oferowanym laserze umożliwia optymalny efekt absorpcji i koagulacji, a zatem cięcia i koagulacji. Gwarantuje większe bezpieczeństwo, zmniejsza ilość powikłań śród i pooperacyjnym, a także dużą skuteczność, przy minimalnym krwawieniu podczas zabiegu. Poza tym laser jest specyficznie zaprojektowany do zabiegów urologicznych.

Poniżej przedstawiamy parametry techniczne oferowanego lasera 1318nm wraz z morceratorem i prosimy również o ich dopuszczenie:

PARAMETRY TECHNICZNE	
Typ lasera	Laser Diodowy pracujący w trybie fali ciągłej, cechujący się mniejszym zużyciem energetycznym, może być podłączony do zwykłego gniazda elektrycznego bez konieczności doprowadzania tzw. siły.
Długość emitowanej fali światła	1318nm
Moc lasera	Moc lasera 150 Wat regulowana od 1 do 150 watt
Tryby pracy	Fala ciągła, pojedynczy impuls, seria impulsów. Brak konieczności stosowania przerw w pracy lasera w trakcie trwania procedury chirurgicznej bez względu na czas jej trwania oraz użytą moc lasera
Czas trwania impulsu	Regulowany w zakresie min. od 0.1s do 10s
Czas przerwy między impulsami	Regulowany w zakresie min. od 0.1s do 10s
Urządzenie mobilne	Posiada kółka oraz rękojęść, ułatwiające transport
System chłodzenia:	Nowa technologia lasera diodowego nie wymaga chłodzenia końcówki światłowodu za pomocą sprężonego powietrza- brak konieczności podłączania lasera do instalacji sprężonego powietrza
Laser pilotujący	Widzialny, 635nm, min. 5mW
Włókna	Światłowody wielorazowego użytku z emisją wiązki laserowej na wprost oraz z boczną emisją wiązki laserowej, do wyboru średnice włókien 600 i 400 mikrometrów;
Dodatkowe wyposażenie lasera	Okulary ochronne w wersji standardowej lub osób noszących okulary (gogle) , Gilotyna wielorazowego użytku przeznaczona do włókien 600um

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ

Pytanie nr 3. Zadanie nr 14.

Czy Zadaniu 14 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści szew czarny 10/0 wykonany z nylonu 66 o dł. 30cm, z dwoma igłami o dł. 6,5mm, 3/8 koła, szpatułka z mikroostrzem, O200µm, kąt: 135°?

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ

Pytanie nr 4. Zadanie 11 –kasetki histopatologiczne.

Proszę o dopuszczenie kasetek z 62 otworami - pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kasetki z 62 otworami.

Pytanie nr 5. Zadanie nr 16.

Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m²?

Czy Zamawiający dopuści komplety z wycięciem „V” zakończonym obszyciem w kolorze białym?

Czy Zamawiający dopuści kompletów dostępne w kolorze niebieskim i zielonym?

Czy Zamawiający dopuści kompletów dostępne w kolorze niebieskim?

Czy Zamawiający dopuści kompletów dostępne w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść zał. nr 2 do SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – zad. nr 16. Zadanie nr 16 otrzymuje brzmienie:

„Zadanie 16.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta nr
1	Ubranie jednorazowe dla pracowników Szpitala, wykonane z włókniny SMS gr. 35g/m ² - 40g/m ² , nieprześwitujące bielizny, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiadać ma wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania lub białym, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w minimum 2 kolorach do wyboru zielonym, niebieskim lub fioletowym. Zgodne z normą EN 13795. Rozmiar do S- do XXL	Kpl	20 000					

Kryteria oceny:

60 %cena + 40% ocena techniczno-użytkowa

– **Kryteria oceny użytkowej**

0-15 pkt. wytrzymałość na rozdarcia podczas standardowego użytkowania produktu

0-15 pkt. ocena wykończeń, estetyka wykonania (szwy, zgrzewy, mocowania troków)

0-10 pkt. łatwość wyjmowania z opakowań, utrzymywanie się produktu na tułowi, dopasowanie do tułowia itp.

Zamawiający bezwzględnie wymaga dołączenia do oferty następującej ilości próbek celem dokonania oceny użytkowej.

– Ilość próbek – minimum 3 kpl. rozmiar M i L. Próbki należy złożyć, przesłać do Zamawiającego w tradycyjny sposób (kurier lub pocztą) do upływu terminu składania ofert. Ponieważ „Próbki” podlegają ocenie i stanowią element oferty nie będą podlegały uzupełnieniu po otwarciu ofert.”

Pytanie nr 5. Umowa – projekt, Załącznik nr 4

Prosimy o dodanie w § 2 ust. 3 zapisu:

*„W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1 o **maksymalnie 6 miesięcy**. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.”*

Prosimy o dodanie w § 3 ust. 1 zapisu:

*„Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez Zamawiającego pisemnie, faxem lub email, **przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto.**”*

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ

Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SIWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl