



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-30KO/2021

Olsztyn, dnia 30-04-2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego: Suszarka i zgrzewarka.

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Pytanie 1 – zadanie nr 1.

1. Termin wykonania zamówienia

Specyfikacja punkt 3 podpunkt 2 ma brzmienie: „Termin wykonania zamówienia: dostawa przedmiotu zamówienia: zadanie nr 1 - do 7 tygodni od daty umowy zawartej w sprawie przedmiotowego zamówienia.”

Z kolei załącznik nr 2 do specyfikacji opisu przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów i warunków wymaganych, **zapis pod tabelą: Realizacja** do 8 tygodni od daty zamówienia.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 8 tygodni od daty zawartej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia do 7 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Korekta opisu przedmiotu Zamówienia w pkt 4 opisu przedmiotu Zamówienia

W załączniku nr 2 do specyfikacji: opis przedmiotu zamówienia, zestawienie parametrów i warunków wymaganych, w pkt. 4 zapisano: „Proponowany wyrób ma spełniać kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny.”

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie tego punktu bowiem suszarka do narzędzi nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje o wymaganego warunku.

3. Korekta opisu przedmiotu Zamówienia w pkt 9 opisu przedmiotu Zamówienia

W załączniku nr 2 do specyfikacji opis przedmiotu zamówienia, zestawienie parametrów i warunków wymaganych w pkt. 9 zapisano „Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii.”

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Czas reakcji serwisu do 48 h w dni robocze od zgłoszenia awarii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany czas reakcji serwisu.

4. Korekta opisu przedmiotu Zamówienia w pkt 11 opisu przedmiotu Zamówienia

W załączniku nr 2 do specyfikacji opis przedmiotu zamówienia, zestawienie parametrów i warunków wymaganych pkt. 11 brzmi: „W przypadku , gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.”

Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Uzasadnienie:

Suszarka do narzędzi to urządzenie, które jest produkowane na potrzeby danego klienta w wymaganej przez niego konfiguracji. Żaden wykonawca nie ma zapasowego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu.

Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SIWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015

