



# WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-27PN-2021

Olsztyn, dnia 30-04-2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego: **Osprzęt do urządzeń medycznych, meble medyczne, laser diodowy, stymulator zewnętrzny, wyroby z włókniny, pipety i inne**

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

## **Pytanie nr 1.**

dot. zad. 8 pkt 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że zaistniała oczywista omyłka pisarska w następujących pozycjach opisu przedmiotu zamówienia:

<b>JEST</b>	<b>POWINNO BYĆ:</b>
Stanowisko moduł A Wymiary: 80x58x90 mm	Stanowisko moduł A Wymiary: 80x58x90 <b>cm</b>
Stanowisko moduł B Wymiary materacyka: 500x650 cm (+/- 4cm)	Stanowisko moduł B Wymiary materacyka: 500x650 <b>mm</b> (+/- 4cm)

**Odpowiedź: Tak, jest to omyłka pisarska. Wymiary powinny podane być w centymetrach.**

**Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SIWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.**

*(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*

Piotr Wichowski

Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)



Certyfikat Jakości  
PN-EN ISO 9001:2015

