



Nr postępowania SZP-332-33PN-2021

Olsztyn, dnia 14-05-2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego: **Osprzęt do aparatury i urządzeń medycznych**

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych *Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019*) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Zadanie 1

Pozycja 1-3 – czy chodzi o czujniki w technologii Nellcor czy Nellcor Oximax?

Odp: Zamawiający posiada czujniki w technologii Nellcor Oximax.

Pozycja 6- dopuszczenie rozm. 34-47 cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 7- dopuszczenie rozm. 25-35 cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 8- dopuszczenie rozm. 18-26cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 9- dopuszczenie rozm. 10-19cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 10 - dopuszczenie rozm. 6-11cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 12- prosimy o dopuszczenie dł. 0,95cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Zadanie 3

Pozycja 4-6 -prosimy o wydzielenie poz. 4-6 do oddzielnego zadania – umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji wskazanych w pytaniu do odrębnego zadania.

Pozycja 3- prosimy o dopuszczenie dł.0,9 m.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 10 –prosimy o dopuszczenie rozm. 18-26cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 11 –prosimy o dopuszczenie rozm. 25-35cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 12 – prosimy o dopuszczenie rozm. 34-47cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Zadanie 4

Pozycja 1, 2, 3- prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 .

Odp: Zamawiający dopuszcza dł. 2,5 w pozycji nr 3. W pozostałych podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 5, 6, 7- prosimy o dopuszczenie dł. 1m lub 3m.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 10 i 11 – prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 12- prosimy o dopuszczenie rozmiaru i szerokości 3-6 cm 2,5 cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 13- prosimy o dopuszczenie rozmiaru i szerokości 4-8 cm 3,1 cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 14- prosimy o dopuszczenie rozmiaru i szerokości 6-11 cm 4,1 cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 15- prosimy o dopuszczenie rozmiaru i szerokości 7-13 cm 4,8 cm.



CERTYFIKAT 2016/52

Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015



WARMIŃSKO-MAZURSKA
NAGRODA JAKOŚCI

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 16- prosimy o dopuszczenie rozmiaru i szerokości 8-18 cm 5,6 cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 17- prosimy o dopuszczenie rozmiaru i szerokości 9-14cm 6,5 cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 18- prosimy o dopuszczenie rozmiaru i szerokości 14-21 cm 9,5 cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 19- prosimy o dopuszczenie rozmiaru i szerokości 21-27 cm 11,5 cm

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 20- prosimy o dopuszczenie rozmiaru i szerokości 27-35 cm 14,5 cm

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 21- prosimy o dopuszczenie rozmiaru i szerokości 35-44 cm 8,6 cm

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 22- prosimy o dopuszczenie rozmiaru i szerokości 44-53 cm 17,5 cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 12-16 czy zapotrzebowanie określono w op. czy w szt?

Odp: Zamawiający określił zapotrzebowanie na 8 opakowań po 40 szt.

Pozycja 17-22- prosimy o dopuszczenie mankietów wykonanych z PU z drenami z PVC, spełniających pozostałe wymagania.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 23 i 25- prosimy o dopuszczenie dł. 3 m.

Odp: Zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.

Pozycja 24- prosimy o dopuszczenie dł. 1m.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 31- prosimy o dopuszczenie rozm. fi 10 mm i dł. 3m.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 32- prosimy o dopuszczenie czujnika mikrobiologicznie czystego dł. 90 cm w kpl. z krążkiem przyklepnym fi 30 mm.

Odp: Zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.

Pozycja 34- prosimy o dopuszczenie rozmiaru, szerokości długości 14-20 cm ; 8 cm; 27,5 cm

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 35- prosimy o dopuszczenie rozmiaru, szerokości długości 20-26 cm; 10 cm; 37,5 cm

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 36- prosimy o dopuszczenie rozmiaru, szerokości długości 25-35 cm ; 13 cm; 50,5 cm

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 37- prosimy o dopuszczenie rozmiaru, szerokości długości 33-47 cm; 16,5 cm; 60,5 cm

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 38 Prosimy o dopuszczenie dł. 1m lub 3m.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Prosimy o wydzielenie poz. 8, 9, 28, 29, 30, 40-46, 50-54 do oddzielnego zadania (technologia Masimo i adaptery CO2) – umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji wskazanych w pytaniu do odrębnego zadania.

Zadanie 6

Pozycja 3 - prosimy o dopuszczenie czujnika typu gumka na palec – waga pacjenta 3-15 kg i czujnika typu klips na palec – waga pacjenta 15-50 kg – do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 5 - prosimy o dopuszczenie zakresu wagowego 1-20 kg.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 10 - czy chodzi o czujnik powierzchniowy (skórny)?

Odp: Zamawiający wymaga czujnik wielorazowy do pomiaru temperatury, dł. 3.0m, powierzchniowy.

Pozycja 11- czy chodzi o kabel rozłączny (główny + odprowadzenia osobno) czy o nierozłączny?

Odp: Zamawiający wymaga kabel główny + odprowadzenia osobno.

Zadanie 7

Pozycja 2- prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Zadanie 10

Prosimy o podanie modelu monitora Nonin.

Odp: Zamawiający posiada pulsoksymetr typ Nonin 8500/8500M.

Zadanie 12

Pozycja 1-prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania – umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.

Prosimy o opuszczenie wagi <3 kg lub >30 kg.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Zadanie 13

Pozycja 1 i 2-Czy czujniki będą wpinane bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?

Prosimy o podanie modelu monitora Welch Allyn.

Odp: Zamawiający posiada urządzenia typ 71WE i VSM 6000. Czujniki wpinane są do monitora.

Zadanie 19

Pozycja 2-czy chodzi o mankiety wielokrotnego użytku czy j.u.? Jeśli wielokrotnego użytku to prosimy o dopuszczenie rozm. 6-11 cm.

Odp: Zgodnie z SIWZ wielokrotnego użytku .Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pozycja 3 -czy chodzi o mankiety wielokrotnego użytku czy j.u.?

Odp: Zgodnie z SIWZ wielokrotnego użytku.

Pozycja 6 - prosimy o dopuszczenie rozm. 34-47 cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Zadanie 21

Prosimy o podanie modelu monitora Emtel.

Odp: Zamawiający posiada urządzenia typ FX 2000P.

Pozycja 3 - czy chodzi o mankiety wielokrotnego użytku czy j.u.?

Odp: Zgodnie z SIWZ jednorazowego użytku.

Pytanie 1, dotyczy pakietu 4 poz. 4

Czy nie zaszła pomyłka w kolumnie jedn.m. dla pozycji 4 z pakietu 4? Czy Zamawiający wymaga dla tej pozycji 8 opakowań czy 8 sztuk?

Odp: Zamawiający określił zapotrzebowanie na 8 opakowań po 20 szt.

Pytanie 2, dotyczy pakietu 4 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie czujników z kablem o długości 2 metrów.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pytanie 3, dotyczy pakietu 4 poz. 12-16, 31, 54

Czy w pozycjach 12-16 oraz 31, 54 Zamawiający oczekuje jedn.m. sztuk czy opakowań?

Odp: Zamawiający w poz.12-16 określił zapotrzebowanie na 8 opakowań po 40 szt. Zamawiający w poz. 31 określił zapotrzebowanie na 8 szt.. Zamawiający w poz. 54 określił zapotrzebowanie na 2 opakowania po 20 szt..

Pytanie 4, dotyczy pakietu 4 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie mankietów o szerokości 5,5 cm.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Pytanie 1 dot. Zadania 20 pozycja 1:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta czujniki przepływu są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuki. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odp: Zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.

Pytanie 2 dot. Zadania 24 pozycja 1:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta czujniki przepływu są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuki. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odp: Zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.

Dotyczy: Załącznik nr. 2 do SWZ - Zadanie 13 – pozycja 4,5,6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie obwodu ramienia dla mankietów z pozycji 4, 5 oraz 6 (S,M,L) .

Odp: Rozmiary mankietów: S – 20-26 cm, M – 25-34 cm, L - 32-43 cm.

Zadanie 2 Pytanie 1

Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment do pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga akcesoria wykonane w technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology), to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafałszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym Zamawiający wymaga od składających ofertę aby potwierdzili kompatybilność zaproponowanych produktów z technologią Masimo SET pismem od autoryzowanego serwisu Masimo Polska lub producenta technologii Masimo?

Odp: *Zamawiający wymaga, aby zaproponowane produkty były kompatybilne z technologią Masimo SET i dedykowane przez autoryzowany serwis Masimo Polska lub producenta technologii Masimo. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów zamiennych lub równoważnych oraz niededykowanych przez producentów ww urzędzeń. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. oryginalności oferowanych produktów, w celu potwierdzenia, że produkt jest dedykowany do urządzenia przez serwis lub producenta, zastrzega sobie prawo do zażądania od wykonawcy dostarczenia w wyznaczonym terminie dowodu potwierdzającego warunek opisany powyżej, pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.*

Zadanie 3 Pytanie 1

Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment do pozycji 4,5,6 Zamawiający wymaga akcesoria wykonane w technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology), to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafałszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym Zamawiający wymaga od składających ofertę aby potwierdzili kompatybilność zaproponowanych produktów z technologią Masimo SET pismem od autoryzowanego serwisu Masimo Polska lub producenta technologii Masimo?

Odp: *Zamawiający wymaga, aby zaproponowane produkty były kompatybilne z technologią Masimo SET i dedykowane przez autoryzowany serwis Masimo Polska lub producenta technologii Masimo. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów zamiennych lub równoważnych oraz niededykowanych przez producentów ww urzędzeń. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. oryginalności oferowanych produktów, w celu potwierdzenia, że produkt jest dedykowany do urządzenia przez serwis lub producenta, zastrzega sobie prawo do zażądania od wykonawcy dostarczenia w wyznaczonym terminie dowodu potwierdzającego warunek opisany powyżej, pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.*

Zadanie 8 Pytanie 1

Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment do pozycji 1,2,3 Zamawiający wymaga akcesoria wykonane w technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology), to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafałszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym Zamawiający wymaga od składających ofertę aby potwierdzili kompatybilność zaproponowanych produktów z technologią Masimo SET pismem od autoryzowanego serwisu Masimo Polska lub producenta technologii Masimo?

Odp: *Zamawiający wymaga, aby zaproponowane produkty były kompatybilne z technologią Masimo SET i dedykowane przez autoryzowany serwis Masimo Polska lub producenta technologii Masimo. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów zamiennych lub równoważnych oraz niededykowanych przez producentów ww urzędzeń. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. oryginalności oferowanych produktów, w celu potwierdzenia, że produkt jest dedykowany do urządzenia przez serwis lub producenta, zastrzega sobie prawo do zażądania od wykonawcy dostarczenia w wyznaczonym terminie dowodu potwierdzającego warunek opisany powyżej, pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.*

Zadanie 9 Pytanie 1

Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment do pozycji 1,2,3,4 Zamawiający wymaga akcesoria wykonane w technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology), to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafałszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym Zamawiający wymaga od składających ofertę aby potwierdzili kompatybilność zaproponowanych produktów z technologią Masimo SET pismem od autoryzowanego serwisu Masimo Polska lub producenta technologii Masimo?

***Odp:** Zamawiający wymaga, aby zaproponowane produkty były kompatybilne z technologią Masimo SET i dedykowane przez autoryzowany serwisu Masimo Polska lub producenta technologii Masimo. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów zamiennych lub równoważnych oraz niededykowanych przez producentów ww urzędzeń. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. oryginalności oferowanych produktów, w celu potwierdzenia, że produkt jest dedykowany do urządzenia przez serwis lub producenta, zastrzega sobie prawo do zażądania od wykonawcy dostarczenia w wyznaczonym terminie dowodu potwierdzającego warunek opisany powyżej, pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.*

Zadanie 12 Pytanie 1

Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment do pozycji 2,3,4,5,6,7,8 Zamawiający wymaga akcesoria wykonane w technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology), to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafałszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym Zamawiający wymaga od składających ofertę aby potwierdzili kompatybilność zaproponowanych produktów z technologią Masimo SET pismem od autoryzowanego serwisu Masimo Polska lub producenta technologii Masimo?

***Odp:** Zamawiający wymaga, aby zaproponowane produkty były kompatybilne z technologią Masimo SET i dedykowane przez autoryzowany serwisu Masimo Polska lub producenta technologii Masimo. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów zamiennych lub równoważnych oraz niededykowanych przez producentów ww urzędzeń. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. oryginalności oferowanych produktów, w celu potwierdzenia, że produkt jest dedykowany do urządzenia przez serwis lub producenta, zastrzega sobie prawo do zażądania od wykonawcy dostarczenia w wyznaczonym terminie dowodu potwierdzającego warunek opisany powyżej, pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.*

Zadanie 16 Pytanie 1

Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment do pozycji 1 Zamawiający wymaga akcesoria wykonane w technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology), to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafałszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym Zamawiający wymaga od składających ofertę aby potwierdzili kompatybilność zaproponowanych produktów z technologią Masimo SET pismem od autoryzowanego serwisu Masimo Polska lub producenta technologii Masimo?

***Odp:** Zamawiający wymaga, aby zaproponowane produkty były kompatybilne z technologią Masimo SET i dedykowane przez autoryzowany serwisu Masimo Polska lub producenta technologii Masimo. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów zamiennych lub równoważnych oraz niededykowanych przez producentów ww urzędzeń. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. oryginalności oferowanych produktów, w celu potwierdzenia, że produkt jest dedykowany do urządzenia przez serwis lub producenta, zastrzega sobie prawo do zażądania od wykonawcy dostarczenia w wyznaczonym terminie dowodu potwierdzającego warunek opisany powyżej, pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.*

Zadanie 17 Pytanie 1

Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment do pozycji 1 Zamawiający wymaga akcesoria wykonane w technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology), to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafałszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany

w technologii Masimo SET. Czy związku z tym Zamawiają wymaga od składających ofertę aby potwierdzili kompatybilność zaproponowanych produktów z technologią Masimo SET pismem od autoryzowanego serwisu Masimo Polska lub producenta technologii Masimo?

Odp: *Zamawiający wymaga, aby zaproponowane produkty były kompatybilne z technologią Masimo SET i dedykowane przez autoryzowany serwisu Masimo Polska lub producenta technologii Masimo. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów zamiennych lub równoważnych oraz niededykowanych przez producentów ww urządzeń. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dot. oryginalności oferowanych produktów, w celu potwierdzenia, że produkt jest dedykowany do urządzenia przez serwis lub producenta, zastrzega sobie prawo do zażądania od wykonawcy dostarczenia w wyznaczonym terminie dowodu potwierdzającego warunek opisany powyżej, pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.*

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z zapisów §8 ust. 1 do 0,5%?

Odp: *Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.*

Dotyczy Wzór umowy

1. Par. 8ust 1pkt. 1W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,5% wartości brutto brakującej ilości za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odp: *Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.*

2. Par.4 ust. 6Prosimy o wykreślenie tych punktów z umowy. Środkiem dyscyplinującym Wykonawcę do należytego / terminowego wykonania zamówienia stanowią kary umowne. Wykonawca nie powinien być zatem dodatkowo obciążany innymi kosztami wynikającymi z realizacją zamówienia u innego sprzedawcy.

Odp: *Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.*

3. Par. 8 ust. 3 Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 10 dniowy termin".

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odp: *Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.*

4. W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenieniem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy wprowadzenie dodatkowego paragrafu do umowy zapisu:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

5. **Pytanie do zadania 1, pozycje 1-4:** Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-4 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie oferty na pozostałe pozycje z oryginalnymi akcesoriami firmy GE Healthcare?

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

6. **Pytanie do zadania 1, pozycje 5-10:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga przewodów i mankietów dwutubowych z konektorem spełniającym obecnie obowiązującą normę ISO 80369-5?

Odp: Zamawiający potwierdza, że wymaga przewodów i mankietów dwutubowych z konektorem

7. **Pytanie do zadania 3, pozycje 4-6:** Czy Zamawiający wydzieli pozycje 4-6 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie oferty na pozostałe pozycje z oryginalnymi akcesoriami firmy GE Healthcare?

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

8. **Pytanie do zadania 3, pozycje 10-12:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga przewodów i mankietów dwutubowych z konektorem spełniającym obecnie obowiązującą normę ISO 80369-5?

Odp: Zamawiający potwierdza, że wymaga przewodów i mankietów dwutubowych z konektorem

9. **Pytanie do zadania 22, punkt 1–** Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje zespołu zastawki wydechowej bez czujnika przepływu o numerze części 1505-8568-000?

Odp: Zamawiający potwierdza, że oczekuje zespołu zastawki wydechowej bez czujnika przepływu o numerze części 1505-8568-000

10. **Pytanie do zadania 22, punkt 6–** Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje czujnika przepływu tak jak w pozycji 5 o numerze części 1505-3231-000 czy kompletnego zestawu zastawki o numerze 1505-3848-000?

Odp: Zamawiający oczekuje czujnika przepływu/ przetwornika przepływu o nr 1505-3231-000 w sumie 5 szt (1op.)

Dotyczy Zadania nr 10, pozycji nr 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o określenie długości czujników jaką Wykonawca powinien zaoferować, tj. ok. 90 cm czy ok. 3 m?

Odp. max. 90 cm.

Dotyczy Zadania nr 10, pozycji nr 3

Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej?

Brak odpowiedzi z uwagi na niedoprecyzowanie pytania.

Dotyczy Zadania nr 12, pozycji nr 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Zadania nr 12 pozycję nr 1 do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert przez Wykonawców, a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 12, pozycji nr 2

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz środki publiczne, którymi dysponuje, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), wielorazowych czujników SpO2 zgodnych z technologią Masimo SET LNCS, waga >30 kg? Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowane w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 12, pozycji nr 3

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz środki publiczne, którymi dysponuje, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), jednorazowych czujników SpO2 zgodnych z technologią Masimo SET LNCS, waga >40 kg? Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowane w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 12, pozycji nr 4

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz środki publiczne, którymi dysponuje, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), jednorazowych czujników SpO2 zgodnych z technologią Masimo SET LNCS, waga 3-20 kg? Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowane w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Zadanie nr 1

Poz.6 Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozmiarze 33-47 cm?

Poz.7 Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozmiarze 25-35 cm?

Poz.8 Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozmiarze 18-26 cm?

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozmiarze 10-19 cm?

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozmiarze 6-11 cm?

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Poz. 14 Czy zamawiający potrzebuje zakończenia typu zatrzask czy klamerka.

Odp: Klips typu zatrzask.

Zadanie 3

poz.10 Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozmiarze 18-26 cm? **poz.11** Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozmiarze 25-35 cm? **poz.12** Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozmiarze 33-47 cm?

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Zadanie 5 poz.5 Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 90 cm.

Odp: Dopuszcza się proponowana długość.

Zadanie 12 poz. 1 Prosimy o wyłączenie pozycji utworzenie odrębnego zadania. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert.

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Zadanie nr 19 poz.2 Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozmiarze 6- 11 cm?

Odp: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.

Ulega modyfikacji termin składania i termin otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert 18 maj 2021r godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 18 maj 2021r godz. 12:00

Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SIWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl