



# WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-63PN/2021

Olsztyn, dnia 27-07-2021r.

**Dotyczy postępowania przetargowego: Druty ortopedyczne, pętle do migdałków, urządzenie do kriokinezy, wózki inwalidzkie, rękawice diagnostyczne, prześcieradła jednorazowe, krzesła, fotele itp.**

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SIWZ/

Pytanie.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie zadania nr 6 poz. 2 rękawic odpornych na związki chemiczne: - wodorotlenek sodu 40% z czasem ochrony na poziomie 6, - formaldehyd 37% z czasem ochrony na poziomie 6, - nadtlenuk wodoru 30% z czasem ochrony na poziomie 2 i leki cytostatyczne wg ASTM D 6978, pozostałe parametry bez zmian.

Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty tylko na pozycje 2. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty, które zapewniają skuteczną ochronę personelu medycznego jak i pacjenta przy wykonywaniu procedur takich jak: dezynfekcja, kontakt z substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów czy styczność z materiałem biologicznym.

**Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ**

*(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*

Piotr Wichowski  
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)



Certyfikat Jakości  
PN-EN ISO 9001:2015

