



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-70PN/2021

Olsztyn, dnia 30-08-2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego: Elektrody do EMG, osprzęt do neuromonitoringu, implanty ortopedyczne, kołderki grzewcze, zamrażarka laboratoryjna i inne.

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SIWZ/

Pytanie nr 1. Dotyczy zadania nr 2

1. pkt 3

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie: Para elektrod igłowych zagięte pod kątem 90 stopni, dł. igły **15-20 mm**, dł. przewodu 100-150 cm, wtyczka typu touch-proof, kolor przewodów - białe. Produkt jednorazowy sterylny?

2. pkt 4

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie pary elektrod igłowych pediatrycznych dł. igły 5-6 mm, dł. przewodu 100-150 cm, wtyczka typu touchproof, przewody w przeplocie czerwony/czarny, produkt jednorazowy sterylny?

3. pkt 6

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie sondy stymulacyjnej bipolarnej z kuleczkami dł. robocza 4,5 cm, **dł. całkowita 12-16cm** cm, przewód dł. min. 3m, do stymulacji mięśni zwieracza odbytu. Produkt jednorazowy.

Odpowiedź: Dopuszcza się proponowane parametry opisane w pytaniu nr 1 – 1, 2, 3.

Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SIWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015

