



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-92PN-2021

Olsztyn, dnia 17-11-2021r.

Dotyczy postępowania p.n.: Sprzęt do rehabilitacji onkologicznej

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019)
Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Pytanie nr 1.

ZADANIE nr 6 – MOBILNY ELEKTROMIOGRAF Z ELEKTROSTYMULACJĄ WYZWALANĄ DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ – 1 SZT.

1. Czy zamawiający dopuści komputer typu laptop z Ekranem o przekątnej co 15.6", Rozdzielczość ekranu 1920 × 1080 (FullHD), karta graficzna Intel UHD Graphics, z procesorem Intel Core i3-1005G1 (2 rdzenie, 4 wątki, 1.20-3.40 GHz, 4MB cache) o średniej wydajności ocenianej na 5199 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php i dyskiem twardym 128 GB i 8 GB pamięci RAM? Komputer o powyższych parametrach dobrze współpracuje z oferowanym urządzeniem i oprogramowaniem do niego.

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczenia urządzenia wyposażonego w komputer o opisanych w pytaniu parametrach.

Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SIWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski

Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015

