



# WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-95PN/2021

Olsztyn, dnia 10-12-2021r.

**Dotyczy postępowania: Osprzęt do urządzeń medycznych (kardiomonitor, polimsomnograf, napędy chirurgiczne, respiratory, ap. do znieczuleń, Vapryzator) oraz zestawy stosowane w patomorfologii**

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

## Pytanie 1

Zadanie 6. Prosimy o wskazanie z jakim generatorem będą użytkowane elektrody?

**Odpowiedź: Osprzęt ma być kompatybilny i dedykowany przez producenta Johnson&Johnson do generatora DE Puy VAPR 3.**

*(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*

Piotr Wichowski  
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)



Certyfikat Jakości  
PN-EN ISO 9001:2015

