



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-95PN/2021

Olsztyn, dnia 10-12-2021r.

Dotyczy postępowania: Osprzęt do urządzeń medycznych (kardiomonitor, polimsomnograf, napędy chirurgiczne, respiratory, ap. do znieczuleń, Vapryzator) oraz zestawy stosowane w patomorfologii

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Pytanie 1

Zadanie 1

Prosimy o wydzielenie poz. 4-13 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie nr 2. Zadanie 1.

Poz. 4 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m lub 3m.

Poz. 5 prosimy o dopuszczenie dł. 3m.

Poz. 6 prosimy o dopuszczenie czujnika o średnicy 10 mm.

Poz. 7 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 9 Fr.

Poz. 8 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 12 Fr.

Poz. 8 prosimy o dopuszczenie dł. 0,3m.

Poz. 10 prosimy o dopuszczenie dł. 0,95m.

Poz. 11 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5.

poz. 12 prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta 10-50kg lub >50 kg - do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego.

Poz. 13 prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta >30kg.

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015

