



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-03PN/2022

Olsztyn, dnia 09-02-2022r.

Dotyczy postępowania: Osprzęt do napędów chirurgicznych, noża harmonicznego, narzędzia okulistyczne, układy oddechowe, materiały laboratoryjne, ssaki i reduktory gazowe, Synoptofor

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Pytanie 1 do zadania 4 pkt 2

Czy Zamawiający miał na myśli kaniulę donosowa przystosowaną do współpracy z w/w podgrzewanym układem oddechowym dla małych pacjentów : INFANT /fioletowa (przepływ 0.5-20l/min) i PEDIATRIC /zielona (przepływ 0.5-25l/min) pakowane po a' 20 szt

Odpowiedź: Tak, jest to przedmiot posiadający opisane w pytaniu parametry, który podlega zamówieniu.

Pytanie 2 do zadania 4 pkt 3

Czy Zamawiający miał na myśli kaniulę donosowa przystosowaną do współpracy z w/w podgrzewanym układem oddechowym dla pacjentów o wadze powyżej 22 kg: **S** (przepływ 10-50L/min) , **M** (przepływ 10-60L/min) pakowane po a' 20 szt

Odpowiedź: Tak, jest to przedmiot posiadający opisane w pytaniu parametry, który podlega zamówieniu. Dodatkowo Zamawiający wymaga rozmiaru L (przepływ 10-60 L/min)

Pytanie nr 3.

W związku z treścią odpowiedzi z dnia 08.02.2022 r. i odpowiedzią na pytanie Nr 23, prosimy o weryfikację, czy nie zaszła omyłka pisarska.

Pytanie nr 23. Zadanie Nr 5 poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o określenie, jakim rodzajem gazu medycznego będzie zasilany ssak inżektorowy?

Odpowiedź: Powietrze sprężone i próżnia.

Ssak inżektorowy jest urządzeniem wymagającym do zasilania podłączenia do gazu medycznego, do tlenu bądź do powietrza. Specyfika urządzenia wymaga podłączenia do gazu, nie będzie on funkcjonował po podłączeniu do próżni. W związku z powyższym prosimy o weryfikację udzielonych wyjaśnień.

Odpowiedź: Zasilanie – gaz medyczny.

Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww. Terminy nie ulegają zmianie.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015

