



Nr postępowania SZP-332-10PN/2022

Olsztyn, dnia 11-02-2022r.

Dotyczy postępowania: Układy do przetoczeń płynów infuzyjnych

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Pytanie nr 1. Zadanie 1, pozycja 1.

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 1 zawór bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 200 użyc, obudowa przezroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierającego metalu oraz lateksu. Membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przepływ do 600 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, zawór wyposażony w zdejmowalny uchwyt umożliwiający bezpieczne wyjęcie z opakowania i podłączenie do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia ?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania zaworu opisanego w pytaniu.

Pytanie nr 2.

Prosimy o możliwość złożenia jako przedmiotowych środków dowodowych kart katalogowych zamiast wymienionych w SWZ w pkt. VIII ppkt. 3 kart charakterystyki .

Odpowiedź: Dopuszcza się na złożenie wraz z ofertą – na zasadzie równoważności, zamiast kart charakterystyki kart katalogowych dot. oferowanego produktu.

Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww. Terminy nie ulegają zmianie.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015

