



nr postępowania: SZP-332-07PNU-2022

Olsztyn, dnia 28-02-2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Serwis aparatury medycznej - powtórka (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2022/S 023-057848 z dnia 02-02-2022r.)

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Załącznik Nr 2 stanowiący szczegółową ofertę cenową – Zadanie nr 6

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie **aktualnego** harmonogramu przeglądów sprzętu (terminów). Uzasadnienie - wykaz urządzeń zawiera wykonanie przeglądów w 2021r i 2022r

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał modyfikacji Formularza cenowego będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załącznik Nr 2 stanowiący szczegółową ofertę cenową – Zadanie nr 6

Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych ratujących życie pacjentów, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem. Czy zamawiający potwierdza, że wykonawca oraz zamawiający będą zobowiązani do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi ?

Odpowiedź: Zamawiający niniejszym informuje, że potwierdza powyższe.

Załącznik Nr 2 stanowiący szczegółową ofertę cenową – Zadanie nr 6

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga podczas wykonywania przeglądów przeprowadzenia dokładności dozowania oraz pomiarów ciśnienia okluzji dla każdej pompy zalegalizowana aparaturą kontrolno-pomiarową czyli testerem pomp infuzyjnych ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie wymaga stosowania testera pomp infuzyjnych.



Załącznik Nr 2 stanowiący szczegółową ofertę cenową – Zadanie nr 6

Czy podczas przeprowadzania przeglądów przez wykonawcę Zamawiający wymaga aktualizacji oprogramowania do najnowszej produkcyjnej wersji ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga powyższego.

Załącznik Nr 2 stanowiący szczegółową ofertę cenową – Zadanie nr 6

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę aktualnego certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu serwisowania aparatury medycznej przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

dot. zadania 2, 21, 66, 68

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania zaświadczeń o autoryzacji producenta dla produktów w zakresie zadania nr 2, 21, 66, 68, gdyż są to urządzenia różnych producentów, których serwis nie wymaga specjalistycznych umiejętności, zarezerwowanych jedynie dla autoryzowanego serwisanta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie nr 40.

Prosimy o potwierdzenie, że zadanie nr 40 odnosi się wyłącznie aparatu RTG typ Polyrad Premium CS nr seryjny G-79564, prod. Radiologia S.A. i nie obejmuje współpracującego z nim cyfrowego systemu obrazowania prod. AGFA.

Zadający niniejsze pytanie posiada autoryzację producenta aparatu RTG literalnie określonego w pakiecie nr 40 i pragnie złożyć ofertę w Postępowaniu. Jednakże nie będzie to możliwe jeżeli zadanie nr 40 obejmuje również cyfrowy system obrazowania współpracujący z aparatem RTG. Dlatego prosimy o potwierdzenie, że pakiet nr 40 dotyczy wyłącznie aparatu RTG, albo o utworzenie nowego zadania uwzględniającego cyfrowy system obrazowania współpracujący z aparatem RTG.

Odpowiedź: Zamawiający niniejszym informuje, że potwierdza powyższe.

*podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności*

Piotr Wichowski

Kierownik Sekcji zamówień publicznych