



nr postępowania: SZP-332-112PNU-2021

Olsztyn, dnia 25-02-2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2022/S 022-054113 z dnia 01 lutego 2022.)

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zadanie nr 3 poz. 12-13: Czy Zamawiający wydzieli wymienione pozycje do odrębnego pakietu, dając tym samym możliwość złożenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 7 Czy Zamawiający, jako produkt równoważny, dopuści zamiennie igły do nakłuć lędźwiowych renomowanego producenta, z owalnym w przekroju poprzecznym uchwytem ze specjalnym pryzmatem wskazującym na minimalny już wpływ PMR, widoczny równie dobrze z co najmniej 4 stron, w rozmiarach odpowiednio:

1. 0,53 x 25 mm (rozmiar mieści się w tolerancji dla G25)
4. 0,5 x 156 mm, ze szlifem pencil-point (z dołączoną prowadnicą)
7. 0,5 x 156 mm, ze szlifem pencil-point (z dołączoną prowadnicą)
8. 1,1 lub 1,3 x 88 mm



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaferowania produktu, o którym mowa powyżej i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 18, poz. 3: Czy Zamawiający, jako produkt równoważny, dopuści zamiennie zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych renomowanego producenta, z igłą Tuohy 18G x 120 mm, cewnikiem echogenicznym z 6 laserowo wycinanymi otworami bocznymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu, o którym mowa powyżej, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 18, poz. 4: Czy Zamawiający, jako produkt równoważny, dopuści zamiennie zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych renomowanego producenta, z igłą Tuohy 20G x 50 mm, cewnikiem echogenicznym z 6 laserowo wycinanymi otworami bocznymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu, o którym mowa powyżej, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 18, poz. 6:

Czy Zamawiający, jako produkt równoważny, dopuści zamiennie igłę 26G x 88mm do znieczulenia podpajęczynówkowego renomowanego producenta, z dwupłaszczyznowym, atraumatycznym szlifem typu Atraucan, łączącym zalety łatwości przejścia przez skórę, charakteryzującą igły Quincke, z atraumatycznością igieł Pencil-Point?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu, o którym mowa powyżej, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 18, poz. 8: Czy Zamawiający, jako produkt równoważny, dopuści zamiennie zestaw do kombinowanego znieczulenia typu CSE, z igłą podpajęczynówkową pencil-point bez oznaczeń w mm na uchwycie igły? W trakcie wykonywania zabiegu nie są to istotne informacje z punktu widzenia bezpieczeństwa procedury, ponieważ anestezjolog dostaje do dyspozycji cały zestaw, w którym oznaczenia dotyczące rozmiaru obu igieł, cewnika i innych parametrów są wyraźnie oznaczone na opakowaniu zewnętrznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu, o którym mowa powyżej, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 18, poz. 8: Czy Zamawiający, określając zestaw jako wyposażony w system umożliwiający zablokowanie igły podpajęczynówkowej w igle Tuohy na każdym poziomie oczekuje,

aby system ten umożliwił obracanie igły podpajęczynówkowej wokół własnej osi po zablokowaniu, w celu właściwego zorientowania otworu w czubku igły?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga powyższego.

Zadanie nr 19, poz. 2: Czy Zamawiający, jako produkt równoważny, dopuści zamiennie igłę 26G x 88mm do znieczulenia podpajęczynówkowego renomowanego producenta, z dwupłaszczyznowym, atraumatycznym szlifem typu Atraucan, łączącym zalety łatwości przejścia przez skórę, charakteryzującą igły Quincke, z atraumatycznością igieł Pencil-Point?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu, o którym mowa powyżej, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 19, poz. 3-4: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakimi zakończeniami mają charakteryzować się igły podpajęczynówkowe dla tych pozycji: Quincke czy Pencil-Point?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania igieł podpajęczynówkowych z zakończeniem Pencil-Point.

Zadanie nr 21, poz. 5: Czy Zamawiający, jako produkt równoważny, dopuści zamiennie strzykawkę do pomp strzykawkowych kompatybilnych z pompami f-my Braun o pojemności 3 ml – wymienioną w menu pompy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu, o którym mowa powyżej, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 75, poz. 1: Czy Zamawiający, jako produkt równoważny, dopuści zamiennie igłę do blokad nerwów i splotów marki wiodącej w regionalnej anestezji, w rozmiarze 0,9x100mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu, o którym mowa powyżej, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 75, poz. 1-4: Czy Zamawiający oczekuje, aby igły posiadały na odcinku co najmniej 20 mm od czubka igły powierzchnię echogeniczną, dla lepszego zobrazowania orientacji czubka podzieloną na przynajmniej 3 odcinki różnej długości, z możliwością dodatkowego podłączenia do stymulatora nerwów obwodowych/ lub nie – do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga zaoferowania igieł, o których mowa powyżej, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 75, poz. 1-4: Czy Zamawiający oczekuje, aby igły posiadały na odcinku co najmniej 20 mm od czubka igły powierzchnię echogeniczną, dla lepszego zobrazowania orientacji czubka

podzieloną na przynajmniej 3 odcinki różnej długości, z możliwością dodatkowego podłączenia do stymulatora nerwów obwodowych/ lub nie – do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Jak powyżej.

Zadanie nr 75, poz. 1-4: Czy Zamawiający oczekuje, aby igły posiadały na odcinku co najmniej 20 mm od czubka igły powierzchnię echogeniczną, dla lepszego zobrazowania orientacji czubka podzieloną na przynajmniej 3 odcinki różnej długości, z możliwością dodatkowego podłączenia do stymulatora nerwów obwodowych/ lub nie – do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Jak powyżej.

Zadanie nr 75, poz. 4: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw do znieczuleń splotów ma posiadać igłę o zakończeniu ściętym 30°, czy Tuohy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie precyzuje rodzaju igły.

Zadanie 74 Czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpydrowe, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, teksturowane, kolor kremowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z technologią Surefit, o grubości ścianki na palcu: 0,14mm, na dłoni: 0,13mm, mankiecie:0,14mm, długość min. 300mm, AQL max 0,65, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5-piktogramy na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, przebadane na min 20 substancji chemicznych wg EN ISO 374, w tym jodopowidon 10%, glukonian chlorheksydy 4%, formaldehyd 37%, kwas nadoctowy 39% - min 4 poziom odporności, 70% etanol i 75% izopropanol-poziom min 1, zgodne z EN 420, EN 421, EN 455-1,2,3,4, EN 556, odporne na min 25 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dispenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie nr 17 Prosimy o dopuszczenie wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu z uniwersalnym portem tlenowym umożliwiającym podłączenie standardowego drenu, wymiennik z pojedynczą membraną zapewniający wymianę ze wszystkich stron, nawilżenie po 1 godz. 27,5mg/l H₂O przy V_t=500ml
po 24 godz. 28,8mg/l H₂O przy V_t=500ml, opory przepływu 0,63cm H₂O przy przepływie 30l/min i 1,8cm H₂O przy przepływie 60l/min, waga 8,4g, sterylny.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 94, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową o równoważnych parametrach:

Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez zawartości DEHP oraz wszystkich ftalanów.

Maska o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu, z drenem balonika połączonym na krótkim odcinku rurki oddechowej maski.

Kopuła maski o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni.

Wzmocniony koniuszek mankieta co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania.

Maska wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr (dla rozmiaru maski 1), 8Fr (dla rozmiaru maski 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 2,5) i 16Fr (dla rozmiarów maski 3-6).

Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej

Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej.

Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia. Oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankieta umieszczone na baloniku kontrolnym

Rozmiar maski kodowany kolorem na opakowaniu, z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej.

Informacje o braku ftalanów i lateksu oznaczone na opakowaniu

Maska w rozmiarach: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania maski o powyższych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 94, pozycja 1 Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lubrikantu na bazie wody, strzykawki oraz pary owalnych stabilizatorów powieki górnej wyprodukowanych przez innych producentów niż producent maski krtaniowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Zadanie nr 94, pozycja 1 Czy zamawiający dopuści aby maska krtaniowa, lubrikant na bazie wody, strzykawka oraz para owalnych stabilizatorów powieki górnej były zapakowane razem worek foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Zadanie nr 94, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową o równoważnych parametrach:

Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z wolnego od ftalanów PCV, kopała maski o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni, z luźnym niewbudowanym ale połączonym z rurką na krótkim odcinku z rurką drenem do napełniania mankieta. Maski bez zawartości lateksu, DEHP oraz ftalanów z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym oraz numerycznie na baloniku kontrolnym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania maski o powyższych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 94, pozycja 2 Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lubrikantu na bazie wody, strzykawki oraz pary owalnych stabilizatorów powieki górnej wyprodukowanych przez innych producentów niż producent maski krtaniowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie nr 94, pozycja 2 Czy zamawiający dopuści aby maska krtaniowa, lubrikant na bazie wody, strzykawka oraz para owalnych stabilizatorów powieki górnej były zapakowane razem worek foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie nr 94, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści giętką prowadnicę zamiast mandrynu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie nr 41 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej pediatrycznej wykonanej z PVC w zestawie z drenem dł. 200cm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na zaoferowanie maski zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Formularzu cenowym będącym załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 41 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych wykonanej z PVC w zestawie z drenem dł. 200cm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na zaoferowanie maski zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Formularzu cenowym będącym załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 41 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych wykonanej z PVC z blaszką metalową na nosie zapewniającą niezbędne dopasowanie do twarzy, w zestawie z drenem dł. 200cm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na zaoferowanie maski zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Formularzu cenowym będącym załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 41 poz. 7 Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności nebulizatorów z maskami z pozycji 2-6. Wymóg ten jest bezpodstawny i niezrozumiały gdyż w pozycjach 2-6 zamawiający wymaga masek tlenowych a nie aerozolowych. Maski tlenowa w swojej konstrukcji nie jest przeznaczona do nebulizacji. Otwory boczne w maskach tlenowych mają zbyt małą powierzchnię aby odprowadzać nadmiar aerozolu podczas nebulizacji co może prowadzić do pododuszania pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 41 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie zestawu nebulizatora o pojemności 8ml z drenem 200cm i ustnikiem

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na zaoferowanie nebulizatora zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Formularzu cenowym będącym załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 95 Prosimy o dopuszczenie rurek gardłowych w rozmiarze od 0 do 5 gdzie: 0/50mm, 1/60mm, 2/70mm, 3/80mm, 4/90mm, 5/100mm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 101 Z uwagi na to, iż niektóre parametry i właściwości medycznego wapna sodowanego do aparatów do znieczuleń mogą szkodliwie wpływać na pacjenta poprzez ryzyko rozpadu anestetyków i pojawienia się tlenku węgla („czadu”), prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowane ma być ze wskaźnikiem zużycia (zmieniające barwę z białej na fioletową), w postaci granulek, o parametrach: kruchość 95%, zawartość wilgoci wody 12-19%, absorpcja CO₂ 19%, współczynnik pochłaniania w przybliżeniu 140l/kg, łączna zawartość metali alkaicznych do 4%?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wapno sodowane ma być ze wskaźnikiem zużycia (zmieniające barwę z białej na fioletową).

Zadanie nr 101 Czy Zamawiający wymaga medyczne wapno sodowane do użycia z anestetykami takimi jak: Izofluran, Desfluran, Sewofluran, podtlenek azotu, Halotan, Enfluran . z informacją potwierdzoną w instrukcji użycia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość lecz nie wymaga zaoferowania medycznego wapna sodowanego do użycia z anestetykami takimi jak: Izofluran, Desfluran, Sewofluran, podtlenek azotu, Halotan, Enfluran z informacją potwierdzoną w instrukcji użycia.

Zadanie 93 pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych, bezftalanowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga powyższego.

Zadanie 93 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych, bezftalanowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga powyższego.

Zadanie 93 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 93 poz. 4, 5, 6. Czy Zamawiający wymaga przewodnic wykonanych z plecionki włókien żywicznych pokrytych medycznym tworzywem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 86, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 probówko-strzykawkę do surowicy poj. 2,7 ml o średnicy 11 mm i dł. 66 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 86, pozycja 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 6960 szt. lub 7080 szt. igieł

motylkowych?

Uzasadnienie: Igły motylkowe konfekcjonowane są przez Producenta w opakowaniach handlowych po 120 szt.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny zgodnie z jednostkami miary i ilościami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający nie precyzuje wielkości opakowania, zatem produkt może być konfekcjonowany dowolnie, natomiast oferta winna być złożona na 7000 sztuk.

Zadanie nr 86, pozycja 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 120 szt. igieł motylkowych?

Uzasadnienie: Igły motylkowe konfekcjonowane są przez Producenta w opakowaniach handlowych po 120 szt..

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny zgodnie z jednostkami miary i ilościami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający nie precyzuje wielkości opakowania, zatem produkt może być konfekcjonowany dowolnie, natomiast oferta winna być złożona na 100 sztuk.

Zadanie 87, pozycja 2 Czy Zamawiający ma na uwadze w pozycji: „Butelka do hodowli komórkowej w zawieszynie bez wentylacji poj.50 ml” pojemność rzeczywistą butelki tzn. możliwość uzupełnienia butelki 50 ml cieczy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie wymaga butelki o pojemności 50 ml, tzn. możliwość uzupełnienia butelki 50 ml cieczy.

Zadanie 87, pozycja 5 Czy Zamawiający w pozycji 5 „Naczynie reakcyjne 2ml z polem do opisu z dołączoną zakrętką” wymaga, aby naczynie było sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 87, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści „Zatyczki białe do kapilar śr. wew. 2,05 mm” kompatybilne z kapilarami w pozycjach 6 i 7? Kapilary w pozycjach 6 i 7 w podanych pojemnościach posiadają średnicę 2,05 mm, dlatego nie może to być zewnętrzny wymiar zatyczki, ale wewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 86 i 87 – Załącznik nr 7 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek na 5 szt w przypadku zadań 86 oraz 87?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 87 – Załącznik nr 7 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu złożenia próbek?

Uzasadnienie: Wykonawca złożył wymagane próbki w postępowaniu nr SZP-332-03PN-2022 – pakiet nr 7 i uzyskał maksymalną ilość punktów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

umowa § 5 ust. 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy będącym załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

umowa § 8 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy będącym załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 32: Prosimy o dopuszczenie asortymentu spełniającego wymagania zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zamieszczonym w tabeli Formularza Cenowego, ale różniące się wymiarami od pojemników wielorazowych firmy Serres.

Zamawiający informuje na początku Formularza Cenowego, że dopuszcza rozwiązania równoważne (zgodnie z wymogami ustawy PZP) i w tabeli zadania 32 opisuje 2 dopuszczalne rozwiązania, które może spełnić co najmniej 3 oferentów, natomiast pod tabelą umieścił zapis: „Zamawiający wymaga aby zaoferowany asortyment kompatybilny był z systemem SERRES będącym w posiadaniu Zamawiającego”. Zapis ten jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia w tabeli, a także ustawą PZP i wskazuje tylko jednego oferenta. Prosimy zatem o wykreślenie tego zapisu i wprowadzenie rozwiązania stosowanego przez Zamawiającego w poprzednich postępowaniach, np. SZP-332-44PNU-2019, dotyczącym dotychczasowej umowy:

„Wkłady i dreny mają być kompatybilne - pasować do obecnego systemu posiadanego przez

Zamawiającego (przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się systemem posiadanym przez Szpital) . W przypadku gdyby wkłady nie pasowały do istniejącego systemu, wykonawca po udzieleniu zamówienia w sprawie przedmiotowego postępowania - w ramach zamówienia, na własny koszt zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu ok. 300 szt. kanistrów o pojemności 2000 ml/1000 ml (ilość poszczególnych pojemności kanistrów zostanie podana po udzieleniu zamówienia) wraz uchwytami i mocowaniami do szyn lub do ściany – wg potrzeb. Kanistry mają być wykonane z nietłukącego się, przeziernego tworzywa z możliwością ich sterylizacji. Po zakończeniu umowy kanistry podlegać będą zwrotowi wykonawcy. Zwrot nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, który należy złożyć do 14 dni przed zakończeniem umowy. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywany, a produkty nie będą podlegały zwrotowi. Całkowity koszt doposażenia oddziałów w 140 szt. kanistrów i mocowań ponosi wykonawca”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 3 poz. 1-7, 11** dopuści wycenę opakowań x 100 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie nie precyzuje wielkości opakowań, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt. Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta winna być złożona zgodnie z ilościami oraz jednostkami miary wynikającymi z Formularza cenowego.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 3 poz. 12, 13** dopuści wycenę opakowań x 500 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie nie precyzuje wielkości opakowań, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt. Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta winna być złożona zgodnie z ilościami oraz jednostkami miary wynikającymi z Formularza cenowego.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 3 poz. 9** dopuści wycenę strzykawki o parametrach:

„Strzykawka j.u. cewnikowa 50 ml, skala dwustronna 50ml z rozszerzeniem do 60 ml, z łącznikiem stożkowym do cewników osłoniętym dodatkową zatyczką; z gumową uszczelką oraz łącznikiem LUER do opcjonalnego użytku. Strzykawka nie wpisana w instrukcję obsługi pomp infuzyjnych. W pełni kompatybilna z pompami posiadanymi przez Zamawiającego. ”?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 3 poz. 10** dopuści wycenę strzykawki o parametrach:

„Strzykawka j.u. cewnikowa 100 ml, skala dwustronna, z łącznikiem stożkowym do cewników osłoniętym dodatkową zatyczką; z gumową uszczelką oraz łącznikiem LUER do opcjonalnego użytku. Strzykawka nie wpisana w instrukcję obsługi pomp infuzyjnych. W pełni kompatybilna z pompami posiadanymi przez Zamawiającego. ” ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 5 poz. 1** dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,3x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 5 poz. 1** dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,3x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 8 poz. 6** dopuści wycenę opakowań x 100 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie nie precyzuje wielkości opakowań, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt. Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta winna być złożona zgodnie z ilościami oraz jednostkami miary wynikającymi z Formularza cenowego.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 54** dopuści przyrząd o parametrach:

„Przyrząd (adapter do fiolki) do pobierania leku z fiolki z kolcem, jałowy, szczelny, pakowany w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych (po linii zgrzewu, bez konieczności rozdierania), posiadający: złącze luer-lock; konstrukcję złącza pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki; mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,1 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku; filtr wbudowany w część chwytaną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem, filtr cząsteczkowy 5 mikrona, objętość wypełnienia 0,25 ml; konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu; posiadający rekomendację producenta do pracy z cytostatykami i przeciwciałami monoklonalnymi.”?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 54** dopuści wycenę przyrządu typu mini spike z zaworem bezigłowym o parametrach:

- mini spike do worka do płynów dożylnych, z zaworem bezigłowym, o całkowicie przezroczystej obudowie i z wbudowaną płaską uszczelką silikonową oraz wewnętrzną drogą płynu, które chronią pacjenta i personel pielęgniarski
- używa się go do wymiany płynów z fiolek surowicy/ lekarstw i worków bez pomocy igieł oraz do magazynowania nadmiaru lekarstw/ surowicy we fiolkach wielokrotnego użytku,
- zawiera odpowietrzany spike, który umożliwia kompensację ciśnienia zbiornika płynu,
- pozwala na wielokrotny dostęp,
- jest kompatybilny z lipidami, krwią i można go stosować w onkologii,
- pasuje do wszystkich awaryjnych strzykawek szklanych,
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- objętość napełnienia 0,162ml
- czas stosowania 7 dni/ 600 użyć
- niewielkie rozmiary – długość 5,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 48 poz.2, Zadanie 74 poz.1 Czy Zamawiający wymaga, aby rękawice były zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III, Typ A.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 48 poz.2, Zadanie 74 poz.1 Czy Zamawiający oczekuje, aby mankiet rolowany dodatkowo zabezpieczony był taśmą adhezyjną przeciw zsuwaniu się rękawicy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 69 poz.1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby poziom protein rękawicy potwierdzony był badaniem niezależnego laboratorium z nazwą rękawic których ono dotyczy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 74 poz.1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic posiadających mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Dot. załącznika nr 7 do SWZ (Formularz parametrów ocenianych- próbki do pakietów)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ograniczenie ilości żądanych do testowania próbek maksymalnie do 10 sztuk z każdej ocenianej pozycji, gdyż wymagana ilość w niektórych pakietach (pozycjach) stanowi 50% zamawianych w przetargu ilości, jak np. w pakiecie nr 5, gdzie konieczne jest 1 opakowanie min. 50 szt. próbek z każdej ocenianej pozycji, a aż 6 z 18 pozycji w formularzu cenowym to 100 szt. do wyceny.

Wydaje się, że 10 sztuk próbek z każdej ocenianej pozycji w pakietach jest ilością wystarczającą do dokonania oceny jakościowej produktu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Pytanie bezzasadne. Powyższe zostało opisane w Formularzu cenowym będącym załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy projektu umowy Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyrobu przez producenta.

Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.

Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 5 Czy zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycja 1 igłę 0,3 x 13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 8 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycja 6, koreczki do kaniul dożylnych jednorazowego użytku, jałowe, tego samego producenta co kaniule lub rekomendowane i sprzedawane przez producenta kaniul, umieszczonego w katalogu producenta kaniul pod nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelności połączeń, na pasku po 4 sztuki, zapakowane z możliwością aseptycznego wyjęcia z opakowania. Koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka dla całkowitego zamknięcia światła kaniuli. Opakowanie 200szt?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 21 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 21 pozycja 6 Strzykawkę 3 ml do pomp strzykawkowych kompatybilne z urządzeniami będącymi w posiadaniu Zamawiającego firmy Braun, strzykawki mają być wymienione w menu pompy.

Opakowanie jednostkowe strzykawki posiadające nazwę producenta i typ strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie nr 43 poz. 1 Czy w związku z zaprzestaniem produkcji kaniuli o parametrach opisanych w pakiecie 43 pozycja 1, Zamawiający wymaga zaproponowania kaniuli dożylniej 0,6x19 mm, 26GA, przepływ 14 ml/min przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania kaniuli o parametrach opisanych powyżej.

Zadanie nr 43 poz. 2 Czy w związku z zaprzestaniem produkcji kaniuli o parametrach opisanych w pakiecie 43 pozycja 2, Zamawiający wymaga zaproponowania kaniuli dożylniej 0,7x19 mm, 24GA, przepływ 19 ml/min przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia

zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaferowania kaniuli o parametrach opisanych powyżej.

Zadanie nr 44, poz. 1 Czy w pakiecie 44 pozycja 1, Zamawiający dopuści Kaniule dożylną dla noworodków o średnicy 0,7mm i długości 19mm, przepływ min. 20 ml/ min, bez dodatkowego portu iniecyjnego, 6 pasków radioceniujących. Wykonana z poliuretanu, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem igły w postaci plastikowej osłonki zapobiegającej zakłuciu. Kaniula posiadająca skrzydełka, umożliwiające mocowanie kaniuli. Rozmiar 24G x 19 mm. Opakowanie 30 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaferowania kaniuli o parametrach opisanych powyżej.

Zadanie nr 44 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 44 pozycja 1, zaproponowane kaniule posiadały posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem igły w postaci plastikowej osłonki zapobiegającej zakłuciu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Zadanie nr 54 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 54 pozycja 1, zamknięte, wentylowane urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 20mm, zawierający filtr 0,2um, zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,15ml, długość 6cm, długości igły 1,6cm, produkt bez zawartości lateksu, DEHP, PCV, produkt jałowy, apirogenny.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków

Zamówienia.

Zadanie nr 96 Czy Zamawiający dopuści, w pakiecie 96 pozycja 1 przyrząd do transferu leków z fiolki(13,20) typu spike z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,1ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um, bez filtra na całej długości części chwytnej przyrządu, niewystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, pakowany jałowo, indywidualnie, niezawierający DEHP, PCV, lateksu, apirogeny.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 27 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści Filtr bakteryjny min. 24 godz. pediatryczny do żywienia pozajelitowego, sterylny, z membraną 1,2 um, przepuszczający lipidy z samoodpowietrzaniem, z przewodami doprowadzającymi przed i za filtrem, o długości łącznej 12cm (około 6cm przed i 6cm za filtrem) zakończonymi łącznikami Luer-Lock, o małej objętości wypełnienia do 0,6ml, o przepływie do 30 ml/min i powierzchni filtrowania 1,65 cm² ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy Zadanie nr 27 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści Filtr bakteryjny 96-godzinny pediatryczny do przetaczania płynów, sterylny, z samoodpowietrzaniem, z przewodami doprowadzającymi przed i za filtrem, o długości łącznej 12cm (około 6cm przed i 6cm za filtrem), zakończonymi łącznikami Luer-Lock, o małej objętości wypełnienia do 0,6 ml, powierzchnia filtrowania 1,65 cm² ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 27 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści Filtr do płynów 96-godzinny dla dorosłych, sterylny, z samoodpowietrzaniem, z przewodami doprowadzającymi przed i za filtrem, o długości

łącznej 15cm (około 5cm przed i 10cm za filtrem), o małej objętości wypełniania do 2,8 ml przy dużej powierzchni membrany?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 27 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści Filtr do żywienia pozajelitowego dla dorosłych, sterylne, z samoodpowietrzaniem, z przewodami doprowadzającymi przed i za filtrem, o długości łącznej 15cm (około 5cm przed i 10cm za filtrem), o małej objętości wypełniania do 2,8 ml przy dużej powierzchni membrany?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 97 Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie serwety wykonanej z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² bez zawartości pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy(wskaźnik pylenia 1,7 Log10). Odporność na przenikanie płynów powyżej 178 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho powyżej 145kPa.Pozostałe wymogi – zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 74 Poz.1 Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych o grubości na dłoni 0,16mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 69 Poz.1 Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o grubości na mankiecie 0,15 mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie 58 Poz.1 Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezpydrowych posiadających mankiet rolowany. Pozostałe wymogi – zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków

Zamówienia.

zadanie 58 Poz.1 Prosimy o doprecyzowanie czy oczekuje zaferowania rękawic, których poziom protein potwierdzony będzie przez badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego .

Zadanie 48 Poz.1 Prosimy o dopuszczenie fartucha w rozmiarach S/M, L, XL, XLL, 2XLL.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie 3, poz. 9 czy zamawiający dopuści pojemność rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie 3 , poz. 9-10 czy zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe, które nie są wpisane do menu pomp?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający w powyższym zakresie zmodyfikował treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie 3, poz. 5-10, Czy zamawiający wydzieli poz.5-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonal-ne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków

zadanie 8, poz.6 Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonal-ne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków.

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie nie precyzuje wielkości opakowań, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt. Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta winna być złożona zgodnie z ilościami oraz jednostkami miary wynikającymi z Formularza cenowego.

zadanie 9, poz. 2 Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków.

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny dla ilości oraz jednostek miary określonych w Formularzu cenowym. Ponadto Zamawiający informuje, że w sytuacji zaoferowania innej wielkości opakowania niż wymagana przez Zamawiającego, należy dokonać stosownych przeliczeń zaoferowanych ilości opakowań. W przypadku otrzymania niepełnego opakowania, zaoferowaną ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania - zawsze w górę.

Czy zamawiający dopuści koreczki w kolorze czerwonym lub/i niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

zadanie 39, poz. 1-3,6 Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie 39, poz. 6 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny dla ilości oraz jednostek miary określonych w Formularzu cenowym. Ponadto Zamawiający informuje, że nie określił wielkości opakowania dla przedmiotu zamówienia, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt.

zadanie 42, poz.1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny dla ilości oraz jednostek miary określonych w Formularzu cenowym. Ponadto Zamawiający informuje, że nie określił wielkości opakowania dla przedmiotu zamówienia, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt.

zadanie 42, poz. 2 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny dla ilości oraz jednostek miary określonych w Formularzu cenowym. Ponadto Zamawiający informuje, że nie określił wielkości opakowania dla przedmiotu zamówienia, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt.

czy zamawiający dopuści dren max. dł. 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

zadanie 42, poz. 1-2 Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 24Ch?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści butlę do odsysania o pojemności 200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści butlę w całości płaską?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści butlę nieskalowaną?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 10, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści końcówkę standardową (typu Yankauer)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 31, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach 1-6?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 31, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści osobno pakowaną łyżkę i rękojeść?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 31, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rozmiary łyżki 1, 2, 3, 4?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 31, pozycja 5, 6 Czy Zamawiający dopuści łyżkę z mocowaniem wykonanym z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 41, pozycja 2-4 Czy Zamawiający dopuści maski w zestawie z drenem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 41, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści nebulizator w zestawie z ustnikiem, łącznikiem T i drenem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 83, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający żel nawilżający w zamian za olejek? Spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Oferowany zestaw jest dostarczany do Państwa placówki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 93, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 2,0?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 93, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości 255mm i 340mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 93, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 3,3 oraz 5,0 o dł. 600-1000mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 93, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wyłącznie w rozmiarze 15Fr (5,0) o dł. 700mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 96, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści adapter o parametrach:

- Bezigłowa nasadka na fiolki o średnicy 13 oraz 20mm
- Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji leku z fiolek

(w tym cytostatyków)

- Wyposażone w filtr odpowietrzający
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Wykonane z ABS, PC oraz silikonu
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 8 Poz. 1-5 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania kaniuli bezpiecznej z samodomykającym się korkiem portu bocznego, co ułatwia obsługę jedną ręką i zmniejsza obciążenie wklucia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie nr 8 Poz. 6 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu by koreczki pochodziły od tego samego producenta co kaniule i dopuszczenie koreczków innego producenta niż kaniule

spełniających wymagania normy PN-EN ISO 80369-7:2017-08 *Łączniki z otworami o małej średnicy do płynów i gazów stosowane w medycynie ogólnej -- Część 7: Łączniki do zastosowań wewnątrznaczyniowych lub iniekcyjnych*, przez co kompatybilnych z każdą kaniulą, bo taki wymóg stawia norma. Podobnie jak igły i strzykawki różnych producentów pasują do siebie, bo spełniają te same normy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 21 Poz. 1-5 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje by w celu łatwej identyfikacji w menu pompy na strzykawce znajdowała się nazwa producenta i nazwa typu strzykawki

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 27 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra pediatrycznego do żywienia z liniami po 3 cm z każdej ze stron, o powierzchni filtracji 1,6 cm².

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 27 Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra pediatrycznego do przetaczania płynów o powierzchni filtracji 1,6cm².

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 27 Poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do płynów dla dorosłych o objętości wypełnienia 3,8 ml.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 27 Poz.4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do płynów dla dorosłych o objętości wypełnienia 2,9 ml.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie precyzuje materiału, z którego ma być wykonana membrana. Wykonawca zatem ma dowolność w powyższym zakresie. Zamawiający oczekuje filtra do żywienia pozajelitowego.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie precyzuje powyższego, Wykonawca zatem ma dowolność w powyższym zakresie. Zamawiający oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym, który umożliwi bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z opisami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dreny mają być wykonane z PCV bez DEHP ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaoferowane maski mają być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 33 Poz.3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający oczekuje cewnika balonowego do rozszerzania moczowodów z urządzeniem do dopełniania balonu, cewnik bezlateksowy, dł. cewnika 75 cm, dł. balonu 4 cm , ch cewnika 5 ch balonu 12, 15, 18 ch ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 41 poz. 2 prosimy o dopuszczenie: Maska tlenowa, otwarta, wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy,

producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu, o którym mowa powyżej i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 41 Poz. 3 prosimy o dopuszczenie Maski tlenowej do średniej koncentracji tlenu, otwarta, wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo, Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu, o którym mowa powyżej i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 41 Poz. 4 prosimy o dopuszczenie Maski tlenowej dla dużych (bardzo duży rozmiar) z regulowaną blaszką na nosie, bez drenu, z mankietem wykonane z miękkiego, plastycznego, przeziernego PCV.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu, o którym mowa powyżej i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 41 Poz. 7 prosimy o dopuszczenie Nebulizatora niskooobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm (+/- 0,07 μm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu, o którym mowa powyżej i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 41 Poz.8 prosimy o dopuszczenie Cewnik do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku, dla noworodków, z miękkiego, przezroczystego PVC, część donosowa zakrzywiona, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, odległość między końcówkami donosowymi : 5 mm, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, , jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu. Opakowanie jednostkowe pojedyncze z oznaczeniem miejsca otwarcia. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), kod GTIN EAN-128. Pakowane po 50 sztuk (10x5), opakowanie wykonane z PE

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu, o którym mowa powyżej i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 41 Poz. 9 prosimy o dopuszczenie Cewnik do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku, dla dzieci, z miękkiego, przezroczystego PVC, część donosowa zakrzywiona, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, odległość między końcówkami donosowymi : 8 mm dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, , jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu. Opakowanie jednostkowe pojedyncze z oznaczeniem miejsca otwarcia. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), kod GTIN EAN-128. Pakowane po 50 sztuk (10x5), opakowanie wykonane z PE

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu, o którym mowa powyżej i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 41 Poz. 10 prosimy o dopuszczenie Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych przez nos jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC, część donosowa prosta, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu. Na opakowaniu jednostkowym:

nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaferowania produktu, o którym mowa powyżej i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 44 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezportowej z mechanizmem zabezpieczającym świadomie aktywowanym przez użytkownika chroniącym przed ekspozycją zawodową

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 44 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania kaniuli bezportowej 24 G 0,7 x 19 mm, z cewnikiem widocznym w RTG, z otworem przy ostrzu, który zapewnia szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia z zastawką zapobiegającą wypływowi krwi w momencie kaniulacji, przepływ 16 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje na zaferowanie produktu zgodnego z opisem zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 54 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 44 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oferowany przyrząd z portem bezigłowym ma umożliwiać przechowywanie fiolki do 28 dni

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 83 Czy zamawiający wymaga minimum : Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do

całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga produktu, szczegółowo opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 96 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem standardowym. Posiada filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolece. Konstrukcja pozwalająca na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiołki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolece. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Bez komory zewnętrznej. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na zaoferowanie produktu, szczegółowo opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 97 Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego zestawu:

Zestaw	do	artroskopii	zestawu
Skład			
- 2 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm (wzmocnienie chłonne 74x190 cm)			
- 1 x osłona na stół Mayo ortopedyczna 80x142 cm (wzmocnienie chłonne 75x100 cm)			
- 1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa,			
- 2 x taśma przylepna 9x50 cm			
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm			
- 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z taśmą samoprzylepną,			
-1 x serweta do artroskopii w 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m ² bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy(wskaźnik pylenia 1,9 Log10) .Odporność na przenikanie płynów powyżej 200cm H ₂ O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho powyżej 195kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795 lub inną równoważna pakowany sterylnie w			

przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiadający min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 100 Poz.1-4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do przygotowania leków cytostatycznych ma być systemem bezigłowym, całkowicie uniemożliwiającym zakłucie igłą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 100 Poz.4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przyrząd ma umożliwiać wielokrotne podawanie bolusa?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 100 Poz.4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać membranę nie wystającą poza krawędź obudowy łącznika, umożliwiając tym samym łatwą i skuteczną dezynfekcję?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 100 Poz.1-4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system ma być systemem zamkniętym i ma posiadać kod ONB nadany przez FDA?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga powyższego. W powyższym zakresie dokonano stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 100 Poz.3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaoferowany system ma działać bez możliwości rozłączenia łącznika od strzykawki ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

zadanie nr 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiennika ciepła i wilgoci, w którym opór przepływu przy 30l/mi to 0,3cm H₂O, a przy 60l/min to 0,6cm H₂O? Pozostałe parametry wymiennika zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie nr 41 poz. 7 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kompatybilności nebulizatora z maskami z poz. 2, 3, 4, 5, 6 i wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 zestawu maski z nebulizatorem (nebulizator o pojemności 10ml)? Maski opisane w poz. 2, 3, 4, 5, 6 są maskami tlenowymi do podaży średnich lub wysokich stężeń tlenu, do których tlen dostarczany jest przy pomocy cewnika tlenowego,

który ma znacznie mniejszą średnicę niż złącze nebulizatora. Aby maska była kompatybilna z nebulizatorem powinna posiadać złącze o średnicy 22M.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu, o którym mowa powyżej i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie nr 101 W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze CO_2 niedopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.


Zadanie nr 101 Czy Wymagane wapno ma być wapnem dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską z potwierdzającym pismem od producenta?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

zadanie nr 103 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii do pomiaru ciśnienia krwi metoda krwawą renomowanej firmy amerykańskiej ICU Medical (dawny Abbott Hospira) dla dzieci i dorosłych. Przetworniki wymagają zaoferowania kompletnego zestawu składającego się z linii ciśnieniowej o całkowitej długości min. 152cm, z przetwornikiem ze zintegrowanym systemem płuczającym 3ml/h oraz linią wypełniającą posiadającą w biurcie prostą igłę, która zapobiegać ma zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Całość zestawu kompatybilna z kablami interfejsowymi bez-pinowymi wodoszczelnym. Kable dostarczone na czas trwania umowy. Prosimy o podanie producenta kardiomonitorów oraz ich ilości celem precyzyjnej kalkulacji oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie nr 103 Czy dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) zestaw ma zawierać naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji jak na grafice poniżej?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadania 78 Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji (art. 99 ustawy PZP) oraz środki publiczne, którymi dysponuje, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie czujników wyprodukowanych w technologii równoważnej (zgodnej z technologią m.in. Masimo/LNCS), o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, które opisuje Zamawiający? Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowane w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności. Dodatkowo, opisane rozwiązanie jest o ponad połowę tańsze, niż rozwiązanie oryginalne, co nie powinno być bez znaczenia dla publicznej jednostki zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadania 78 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów 10-40 kg?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadania 78 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 300 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadania 78 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kabel 2.7 m?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadania 78 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści kabel 0,3 m?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadania 78 poz. 9 Prosimy o podanie numeru referencyjnego kabla obecnie stosowanego przez Zamawiającego lub aparatu, do którego ma być przeznaczony kabel. Obecny opis jest nieprecyzyjny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że numer referencyjny obecnie stosowanego kabla to 2016998-001

Zadania 78 poz. 10 Czy Zmawiający dopuści zestaw o długości 61 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadania 78 poz. 11 Czy Zmawiający dopuści kabel 2.4 m?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadania 78 poz. 12 Czy Zmawiający dopuści czujnik o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 5 poz. 16, 17 Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 16 i 17 z pakietu 5 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 13 poz. 1 Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 13 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 13 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy o parametrach 21Gx1,8mm oraz 21Gx2,4mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 13 poz.1 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w rozmiarach 21Gx1,8mm oraz 21Gx2,4mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 34 Czy Zamawiający zmniejszy wymaganą ilość próbek do 5szt. Obecna ilości (20szt) jest wygórowana, a sprawdzenie jakości nie wymaga użycia aż takiej ilości aplikatorów z gąbką?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 59 poz.1 Czy Zamawiający wymaga ostrzy chirurgicznych ze stali węglowej – sterylnych, pakowanych indywidualnie, z rysunkiem ostrza w skali 1:1. Na ostrzu wygrawerowana nazwa producenta oraz numer ostrza. Na opakowaniu wyraźnie oznakowany kształt ostrza?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 59 poz.1 Czy Zamawiający zmniejszy wymaganą ilość próbek do 10szt. Obecna ilości (100 a 1000szt) jest wygórowana, a sprawdzenie jakości nie wymaga użycia aż takiej ilości ostrzy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 105 Czy Zamawiający dopuści żel o składzie:

-Lidocaine hydrochloride 2%.

-Chlorhexidine gluconate solution 0.25%.

-Propylene glycol 20%.

-Hydroxy ethyl cellulose 2%.

-Methyl 4-hydroxybenzoate 0.06%.

-Propyl 4-hydroxybenzoate 0.025%.

W sterylnej ampułkostrzykawce o pojemności 6ml?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik silikonowy z balonem 3 ml, o długości 310 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 1, pozycja 2,4,6,7,9,11,13 Czy Zamawiający dopuści cewnik na zastawce umieszczone rozmiar balonu oraz pojemność balonu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści cewnik silikonowy z czasem stosowania 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 1, pozycja 14-21 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik bez zatyczki, z czasem stosowania 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 3, pozycja 1-3, 6-7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny dla ilości oraz jednostek miary określonych w Formularzu cenowym. Ponadto Zamawiający informuje, że nie określił wielkości opakowania dla przedmiotu zamówienia, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt.

Zadanie 3, pozycja 6-7 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę przezroczystą z zielonym tłokiem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 3, pozycja 9-10 Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiający nie oczekuje strzykawek do pomp z końcówką Luer-Lock?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 3, pozycja 9-10 Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności z wymienionymi pompami

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 3, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a;50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny dla ilości oraz jednostek miary określonych w Formularzu cenowym. Ponadto Zamawiający informuje, że nie określił wielkości opakowania dla przedmiotu zamówienia, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt.

Zadanie 3, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny ze skalą 0,05 ml?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,3x13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,4x19 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 5, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści igłę bez filtra w rozmiarze 1,2x30mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 8, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny dla ilości oraz jednostek miary określonych w Formularzu cenowym. Ponadto Zamawiający informuje, że nie określił wielkości opakowania dla przedmiotu zamówienia, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt.


Zadanie 8, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny dla ilości oraz jednostek miary określonych w Formularzu cenowym. Ponadto Zamawiający informuje, że nie określił wielkości opakowania dla przedmiotu zamówienia, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt.

Zadanie 10, pozycja 1,3 Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze końcówki CH21 i rozmiarze drenu CH24?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran o pojemności 200 lub, 400 ml, skalowane co 10 ml o wyglądzie:



?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 13, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w rozmiarach:

- 23G- głębokość nakłucia – 1,8 mm;
- 21 G – głębokość nakłucia – 2,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 20, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren Redona w rozmiarze CH8 i o długości 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 35, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne w rozmiarze 2,5 oraz 4?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 39, pozycja 2-3 Czy Zamawiający odstąpi od wymaga odrywanej końcówki zewnętrznej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 39, pozycja 2-3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny dla ilości oraz jednostek miary określonych w Formularzu cenowym. Ponadto Zamawiający informuje, że nie określił wielkości

opakowania dla przedmiotu zamówienia, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt.

Zadanie 39, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny dla ilości oraz jednostek miary określonych w Formularzu cenowym. Ponadto Zamawiający informuje, że nie określił wielkości opakowania dla przedmiotu zamówienia, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt.

Pakiet 39, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy o pojemności 1500 ml z drenem o długości 115 cm bez zacisku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 39, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy z drenem o długości 150 cm bez zacisku, z kołnierzem wyposażonym w zastawkę antyzwrotną?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 41, pozycja 2-4 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wykonana z nietoksycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 41, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 15 ml?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 41, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 8 ml?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 42, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania moczu osobne dla dziewczynek i chłopczyków z samoprzylepną częścią woreczka pokrytą antyalergicznym, wysokiej jakości klejem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 42, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu bez zacisku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet 42, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłmą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 43, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 17 ml/min wykonaną z FEP, bez zdejmowanego uchwytu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 43, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 23 ml/min wykonaną z FEP, bez zdejmowanego uchwytu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 48, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 48, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >100cm H₂O w strefie krytycznej oraz >10cm w strefie mniej krytycznej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

Zadanie nr 48, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarze M-XXL?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 69, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o grubości pojedynczych ściankach:

- na palcu 0,16 +/-0,02 mm,
- na dłoni 0,14 +/-0,02 mm,
- na mankiecie 0,12 +/-0,02 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 74, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o parametrach:

Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, wykonane z poliizoprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor zielony, kształt anatomiczny, rolowany brzeg mankietu, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,21±0,02mm, dłoni 0,20±0,02mm, mankiecie 0,14±0,02mm, siła zrywu przed starzeniem: min 10N, AQL max 1,0. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z EN 374-1,2,3. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,0-8,5?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 77, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej opaski do rurek tracheostomijnych wykonanej z delikatnej, hydrofobowej włókniny w kolorze cielistym, materiał z mocowaniem na rzep w dwóch rozmiarach tj. 25cm x 2,0cm oraz 43cm x 2,5cm. Opaska pakowana pojedynczo, hipoalergiczna, niejałowa?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 79, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania od CH 6?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 79, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 400 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 79, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 81, pozycja 1,3,5 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **zad 11** wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty firmy RUSCH tylko z metalowym mandrynem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **zad 14 poz 1** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

Zestaw do drenażu opłucnej trzykomorowy plastikowy o pojemności do 2500ml. Zestaw posiada samouszczelniający port igłowy do pobierania próbek drenowanego płynu. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną. Wymagany czas stosowania nie krótszy niż 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Czy Zamawiający w **zad 14 poz 2** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

Zestaw do drenażu opłucnej trzykomorowy plastikowy o pojemności do 2500ml. Zestaw posiada samouszczelniający port igłowy do pobierania próbek drenowanego płynu. Dren łączący bezlateksowy

zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną. Wymagany czas stosowania nie krótszy niż 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Czy Zamawiający w **zad 15 poz 1** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUS zgodnie z opisem:

Zestaw do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych:

- komora kolekcyjna o pojemności 2000 ml z podziałką co 1 ml oraz wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości w zakresie 0-200 ml co 2 ml
- płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 10 do 40 cm H₂O
- wyskalowany optyczny wskaźnik informujący o działaniu zestawu
- sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze
- bez konieczności stosowania klemu na drenie pacjenta
- wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego
- automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej
- zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim
- wyposażony w kontrolkę sygnalizującą brak ssania
- bezigłowy port do pobierania próbek
- poprawna praca zestawu w pozycji pionowej oraz poziomej leżącej
- wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka
- zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych – np. zalewanie płynem
- czas stosowania nie krócej niż 7 dni
- sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **zad 15 poz 2** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUS zgodnie z opisem:

Zestaw do drenażu klatki piersiowej noworodkowy:

- komora kolekcyjna o pojemności 200 ml z podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości co 1,5 ml do 10 ml, co 1ml do 20ml i co 2 do 200ml
- komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania treści do worka
- płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 10 do 30 cm H₂O

- wyskalowany optyczny wskaźnik informujący o podciśnieniu w opłucnej
- sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze odpowiadającym 1 cm H₂O
- bez konieczności stosowania klemu na drenie pacjenta
- automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej
- podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim
- wyposażony w kontrolkę sygnalizującą rozprężenie płuc
- wyposażony w kontrolkę sygnalizującą niedrożność drenu w kierunku pacjenta
- bezigłowy port do pobierania próbek
- poprawna praca zestawu w pozycji pionowej oraz poziomej leżącej
- wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu
- zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych – np. zalewanie płynem
- czas stosowania nie krócej niż 7 dni
- sterylność?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie nr 71 poz.8** cewnika dwuświatłowego, pediatrycznego, w rozmiarze oczekującym przez Zamawiającego wykonany z poliuretanu bez powłoki antybakteryjnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie 58 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z mankietem równomiernie rolowanym, wywiniętym? Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie 69 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych rękawic:

Rękawice chirurgiczne, sterylne rozmiary 6 ½; 7,0; 7½; 8,0; 8 ½ - poziom pudrowania - < 7mg/szt. Mankiet równomiernie rolowany, wywinięty, zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana, zwiększająca chwytność, kształt anatomiczny pozwalający na dopasowanie do dłoni, poziom protein lateksowych < 100 µg/g. Długość rękawicy min. 283mm. Grubość pojedynczej ścianki: palec 0,20mm (+/-0,01); dłoń 0,18mm (+/-0,01); mankiet 0,16mm(+/-0,01). Zgodne z normą 455.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

zadanie 105 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnej (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorek lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g), 25 szt w opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 78 Prosimy o wydzielenie **poz. 4-13** do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 78 Poz.4 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 78 Poz.5 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m lub 3m.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 78 Poz. 6 prosimy o dopuszczenie śr. 10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 78 Poz. 7 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 9FR.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 78 Poz. 8 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 12FR.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 78 Poz. 9 prosimy o dopuszczenie dł. 0,3m.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 78 Poz. 10 prosimy o dopuszczenie dł. 0,95m.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 78 Poz.11 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 78 Poz.11 prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o wadze >50 kg lub 10-50 kg - do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego.

Odpowiedź: Pytanie bezzasadne. Pozycja nr 11 obejmuje kabel połączeniowy, a nie czujniki.

Zadanie 78 Poz.13 prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o wadze <3 kg i >30 kg lub 3-40 kg - do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 48 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych typu SMMS o gramaturze 35 g/m², o łącznej gramaturze w obszarze wzmocnień 75 g/m², o odporności na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnień i poza nim odpowiednio min. 150/37 cm H₂O, spełniających pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 30 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 30 poz. 5 elektrod na włókninie kwadratowych o zaokrąglonych bokach o rozmiarze 23 x 23 mm, wszystkie pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie elektrod o powyższych parametrach przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 30 poz. 1-4 Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny najmniejszych opakowań handlowych tj. op.=50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia nie precyzuje wielkości opakowania. Zamawiający może zaoferować produkt dowolnie konfekcjonowany, natomiast winien wycenić przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganymi ilościami oraz wymaganą jednostką miary.

Zadanie nr 30 poz. 1-4 Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto w zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Pytanie bezzasadne. Powyższe zostało opisane przez Zamawiającego w Formularzu cenowym będącym załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 30 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny najmniejszych opakowań handlowych tj. op.=3 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem ich do pełnych opakowań tj. 2667 op.=3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia nie precyzuje wielkości opakowania. Zamawiający może zaoferować produkt dowolnie konfekcjonowany, natomiast winien wycenić przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganymi ilościami oraz wymaganą jednostką miary.

Zadanie nr 58 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych ze wzmocnionym rolowanym mankietem (zakończeniem), lekko teksturowanych na powierzchni chwytnej dłoni i palców, wszystkie pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 69 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych lekko teksturowanych na powierzchni chwytnej dłoni i palców, o grubości na palcu 0,16-0,19 mm, na dłoni 0,13-0,15 mm, na mankiecie 0,10-0,12 mm, wszystkie pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie 67 Pozycja 4 Uniwersalny zestaw do podawania diet dojelitowych kompatybilny z pompą Flocare 800/EasyLit/Compat z workiem o pojemności 1200ml , o długości ok 200 cm, z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, z zamykanym dodatkowym dojściem do podawania leków(ENFit). Sprzęt dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer ?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zadanie nr 67 nie obejmuje pozycji nr 4 , zatem Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie.


zadanie 67 Pozycja 4 Uniwersalny zestaw do podawania diet dojelitowych kompatybilny z pompą Kangaroo z workiem o pojemności 1200ml , o długości ok 200 cm, z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, z zamykanym dodatkowym dojściem do podawania leków(ENFit). Sprzęt dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer ?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zadanie nr 67 nie obejmuje pozycji nr 4 , zatem Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie.

zadanie 73

Zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy z poliuretanu?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie 75 Pozycja 3

Locoplex ?

Elektro neuro stymulującą igłą do blokady splotu nerwowego


-W pełni izolowana igła aż do szlifu z przewodzącą końcówką

-Przezroczyste zakończenie igły

-Zdejmowany dren przedłużający o długości 50cm

-Objętość 1ml. Dostępna w dwóch wersjach: 17° i 30°

-Rozmiar: G 21 x 85mm



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zadanie 90 Pozycja 1__Cewnik z trocarem do drenażu klatki piersiowej Ch 8 x 2,5mm, dł. 8 cm ze skalowaniem ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

zadanie 90 Pozycja 2__Cewnik z trocarem do drenażu klatki piersiowej Ch 10 x 3,3mm, dł. 8cm ze skalowaniem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prosimy o dopuszczenie w **zadaniu nr 6 poz. 1** igły do nakłuc mostka z regulacją długości 10-30 mm lub 30-50 mm. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prosimy o dopuszczenie w **zadaniu nr 64 poz. 1** jednorazowego automatycznego pistoletu do biopsji gruboigłowej z dwoma niezależnymi spustami (jeden z przodu, drugi z tyłu aparatu) w rozmiarze 14G, 16G, 18G dł. 10, 16, 20 cm oraz dla 18G 25 cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **zadaniu 14 poz. 1** zestawów do drenażu opłucnej o pojemności – 2300 ml

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie liczby próbek w zakresie **pakietu 7** do 1 sztuki do każdej ocenianej pozycji ? Tak duża liczba próbek jak wskazane w SWZ bardzo podnosi koszty przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie liczby próbek w zakresie **pakietu 14** do 1 sztuki do każdej ocenianej pozycji ? Tak duża liczba próbek jak wskazane w SWZ bardzo podnosi koszty przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie liczby próbek w zakresie **pakietu 36** do 5 sztuk do każdej ocenianej pozycji ? Tak duża liczba próbek jak wskazane w SWZ bardzo podnosi koszty przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

projekt umowy W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i

obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 92 pozycja 3 i 4 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 3 i 4 gdyż pozycja 1 i 2 została wycofana z oferty producenta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 92 pozycja 4 Prosimy o potwierdzenie, iż mając na uwadze bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej długości 12,5cm umieszczonym na igle, rozmiar 8F/CH Zamawiający oczekuje bezpiecznej igły - tempa kaniula zabezpieczająca umieszczona w kanale igły, chroniąca okoliczne tkanki przed przypadkowym nakłuciem, możliwość cofania się do kanału igły podczas penetracji tkanek, jednokierunkowy zawór wentylowy w złączu igły, możliwość ewakuacji i powietrza i płynu z jamy opłucnej, z jednoczesnym zapobieganiem przedostania się powietrza w przeciwnym kierunku oraz bezpieczny cewnik - zawór kulkowy z ręczną blokadą w złączu cewnika, funkcja zamykania światła cewnika podczas wycofywania igły (ochrona przed odmą opłucnową w czasie wykonywania zabiegu).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga powyższego.

Zadanie 32 Oferujemy wkłady i dren spełniający opis przetargowy. Prosimy o odstąpienie od bezwzględnego wymogu kompatybilności z systemem Serres. Jest to wymóg jaskrawie naruszający zasady uczciwej konkurencji, ponieważ np. z pojemnikami firmy Serres są kompatybilne tylko wkłady firmy Serres (być może Państwo o tym nie wiecie). Brak dopuszczenia naszych wkładów stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP (zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Jednocześnie, gwarantujemy wzajemną kompatybilność wkładów i pojemników które oferujemy oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 13 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 13 w pozycji nr 1 wycenę za opakowania a'200 ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje na złożenie oferty zgodnej z ilościami i jednostkami miary określonymi w Formularzu cenowym. Jednocześnie Zamawiający informuje,

że nie określił wymaganej wielkości opakowania, zatem Wykonawca może zaoferować dowolnie konfekcjonowany produkt.

Zadanie nr 13 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 13 w poz. 1 zaoferowanie nakłuwaczy o rozmiarach: 21Gx1,8mm i 21Gx2,4mm ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie nr 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zad. 13 pozycji nr. 1 co umożliwiłoby złożenie korzystniejszej oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 35 w pozycji nr 1 zaoferowanie wzierników usznych o rozmiarach 3,6mm, 4mm,5,2mm ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 101 w pozycji nr 1 zaoferowanie wapna sodowanego o zdolności pochłaniania min. 130 L/kg ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 103

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników o długości 130+30cm lub 120+30 z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 103

Zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym w żaden sposób nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem, ponieważ znajduje się powyżej lustra płynu w zbiorniku wyrównawczym. Takie rozwiązanie nie daje żadnych korzyści dla Zamawiającego, a jest jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu ze

zbiornikiem wyrównawczym z tradycyjnym systemem kroplowym. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 103

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?


Connectors available



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to końcówka czwarta od lewej strony: „BD”.

Zadanie nr 103

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w **zadaniu 26 poz. 1-4** należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza klasę I? Prosimy o wyjaśnienia ponieważ w naszej ofercie znajdują wymazówki obu klasy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktów w klasie IIa.

Czy Zamawiający dopuszcza w **zadaniu 26 w poz. 3** Pałeczki do wymazów pakowane indywidualnie, aplikator plastikowy, wacik wiskozowy, dł. 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres email: apteka@wssd.olsztyn.pl

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 3:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości **0,5%** wartości brutto brakującej ilości – za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 58 Czy Zamawiający dopuści rękawice o rolowanym mankiecie o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ? W w/w postępowaniu prowadzona jest ocena jakości, tak więc przydatność tego typu rękawic zostanie zweryfikowana przez Komisję Przetargową, a szpital może uzyskać wiele konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 69 Prosimy o potwierdzenie czy grubości rękawicy podane przez Zamawiającego są grubościami minimalnymi jakie oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia podana jest grubość minimalna oraz zakresy grubości.

Zadanie 69 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach (ścianka pojedyncza): palec 0,22mm-0,23mm, dłoń 0,21mm-0,22mm, mankiet 0,16mm-0,17mm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 58 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic z mankietem rolowanym, o zawartości protein poniżej 10 µg/g. Pozostałe wymogi zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza mankiety rolowane.

Pakiet 69 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0.23-0.24 mm , na dłoni 0.20-0.21 mm, na mankiecie 0.19-0.20 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania dot. projektu umowy: Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 4 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania dot. projektu umowy: Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania dot. projektu umowy: Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 pkt 1.1 projektu umowy dotyczącego zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, poprzez dookreślenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana taka nastąpi automatycznie z chwilą wejścia w życie właściwych przepisów i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej. **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a

Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania dot. projektu umowy: Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

- a. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w ust. I pkt 1;
- b. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w ust. I pkt 3.

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 8 Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 pozycji 1-5 dopuści bezpieczną kaniule z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik" domykany standardowo, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 43 Czy Zamawiający w pakiecie nr 43 pozycji nr 1 dopuści: kaniule do wkłuc dożylnych 26G 0,6x19mm, przepływ 19ml/min, wykonana z teflonu lub PUR, bez zdejmowanego uchwytu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 43 Czy Zamawiający w pakiecie nr 43 pozycji nr 2 dopuści: kaniule do wkłuc dożylnych 24G 0,7x19mm, przepływ 29ml/min, wykonana z teflonu lub PUR, bez zdejmowanego uchwytu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 44 Czy Zamawiający w pakiecie nr 44 dopuści bezpieczną kaniulę z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik" domykany standardowo, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Projekt umowy §3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Projekt umowy § 4 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu rozpatrywania reklamacji jakościowych z „7 dni” na „7 dni roboczych”?

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego reklamacji bezpośrednio przed dniami wolnymi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Projekt umowy § 6 ust. 1.8 Prosimy i zawarcie w projekcie umowy postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług, - jest zawarte
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Projekt umowy § 8 ust. I pkt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z „1,00% wartości brakującej ilości” do wysokości 0,5 % wartości brakującej ilości za każdy

dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości brakującej ilości jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365% wartości brakującej ilości. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Projekt umowy § 8 ust. I pkt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej w przypadku odmowy dostawy towaru z „5 % wartości zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru” do wysokości 3% wartości zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień opóźnienia”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Projekt umowy § 8 ust. I pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z „9,99 % wartości niezrealizowanej części umownej” do wysokości 3% niezrealizowanej części umownej z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Projekt umowy § 9

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności.

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 26 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wymazówki o średnicy wacika ~3mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SIWZ, pkt XVIII 1.2 Zadanie26 – Kryteria oceny użytkowej

W jaki sposób Zamawiający będzie badać parametry jakościowo- użytkowe wymazówek z pakietu 26? Nieprecyzyjne określenie kryteriów oceny parametrów technicznych w zakresie wartości oczekiwanych, a w zasadzie ich brak nie daje szans wszystkim Wykonawcom do przygotowania oferty przetargowej na równych zasadach. Taki sposób oceny ofert nie daje poza tym gwarancji obiektywizmu podczas dokonywania oceny jakościowej oferowanych wyrobów. Prosimy o podanie szczegółowych kryteriów oceny jakościowej i sposób ich oceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe zostało określone w Formularzu parametrów ocenianych jakościowo – użytkowych, który stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 41 poz. 2,3,4 Prosimy o dopuszczenie masek z polichlorku winilu bez zawartosci DEHP. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 52 Czy Zamawiający w ramach pakietu 52, dopuści pediatryczne cewniki dwuświatłowe o średnicy zewnętrznej 6,5 Fr o długościach 75mm/100mm/125mm i 8 Fr o długościach 100mm/125mm/150mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 27** zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 i 2 do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie Zamawiający w **Pakiecie 27** zgodzi się na wykreślenie pozycji 3 i 4 w związku z zaprzestaniem produkcji wymienionego asortymentu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 27 w pozycji 1** dopuści filtr infuzyjny posiadający linie 3cm przed i za filtrem? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 14 w pozycjach 1 i 2** dopuści zestaw do drenażu opłucnej, sterylny, trzykomorowy, plastikowy, z dokładną regulacją siły ssania, o pojemności 2100 ml z wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200 ml i co 10ml do 2000 ml, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję, z możliwością odłączenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 70 w pozycji 1** dopuści dren T-Kehra o długości ramion 20 cm x 50 cm, dostarczany wraz z łącznikiem schodkowym (nie large lock), spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 85 w pozycji 13** dopuści rurkę tracheostomijną foniatryczną bez mankietu, z pięcioma otworami (co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem), z łącznikiem; w zestawie z dwiema kaniulami wymiennymi (fenestracyjną i bez fenestracji), szczoteczką do kaniul, opaską mocującą i koreczkiem, w rozmiarach od 6 do 10 mm (co 1 mm) oraz 7,5 mm i 8,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 85** zgodzi się na wydzielenie pozycji 12 do odrębnego pakietu, lub wykreślenie tej pozycji z pakiet 85? Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty jakościowo i cenowo korzystnej na pozostały asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 85** zgodzi się na wydzielenie pozycji 21 i 22 do odrębnego pakietu, lub wykreślenie tej pozycji z pakiet 85? Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty jakościowo i cenowo korzystnej na pozostały asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 90** w pozycjach od 1 do 9 wymaga, aby cewnik posiadał oznaczenie rozmiaru na drenie i na płaskim uchwycie trokara.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.

Zadanie 84 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kołderki do wyboru Zamawiającego o następujących wymiarach:

- kołderka pod ciało pacjenta - 215 cm x 100 cm;
- kołderka na całe ciało pacjenta dorosłego - 210 cm x 120 cm;
- kołderka na górną część ciała – 195 cm x 64 cm;
- kołderka na górną część ciała – 230 cm x 100 cm;
- kołderka na dolną część ciała – 142 cm x 120 cm;
- kołderka na tors – 142 cm x 120 cm;
- kołderka grzewcza pediatryczna – 170 cm x 100 cm;
- kołderka na dolną część ciała pediatryczną – 142 cm x 100 cm;
- kołderka typu tuba grzewcza – 180 cm x 74 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 84 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści dwukolorową, bezlateksową kołderkę wykonaną z wielowarstwowej włókniny SMS? Kołderka zawiera mikropory, dzięki którym powietrze jest równomiernie rozprowadzane po całej powierzchni. Kołderka podłączona do węża urządzenia grzewczego za pomocą rozciągliwej taśmy typu Velcro tworzącej szczelne połączenie bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 84 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści dwukolorową, bezlateksową kołderkę niemowlęcą o wymiarach 100 cm x 100 cm z 2-ma otworami na wąż grzewczy, wykonaną z wielowarstwowej włókniny SMS? Kołderka ma specjalną konstrukcję i zaczepy pozwalające owinąć leżącego na niej pacjenta. Kołderka zawiera mikropory, dzięki którym powietrze jest równomiernie rozprowadzane po całej powierzchni. Kołderka podłączona do węża urządzenia grzewczego za pomocą rozciągliwej taśmy typu Velcro tworzącej szczelne połączenie bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie 84 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę bez dodatkowej folii?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Zadanie nr 13 Czy zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 21G 2,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Zadanie nr 35 poz. 3 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej podając nazwę wziernik uszny do oftalmoskopii, zamiast do ostoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie zadania nr 35 poz. 1 dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 35 poz. 3 Czy zamawiający może doprecyzować jakiej firmy otoskop posiada?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie zadania nr 35 poz. 1 dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 39 Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane a 90 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny zgodnie z jednostkami miary i ilościami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający nie precyzuje wielkości opakowania, zatem produkt może być konfekcjonowany dowolnie.

Zadanie nr 79 Czy zamawiający dopuści cewnik do karmienia dł. 50 cm.

Odpowiedź: Pytanie zadane nieprecyzyjnie. Część 79 obejmuje 5 pozycji. Wykonawca nie określił, której pozycji dotyczy powyższy cewnik.

*podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności*

Piotr Wichowski

Kierownik Sekcji zamówień publicznych