



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-17PN/2022

Olsztyn, dnia 07-03-2022r.

Dotyczy postępowania: Synoptofor, osprzęt do napędu chirurgicznego Microspee Uni prod. AESCULAP, elektrody do Vapryzatora, osprzęt do lasera CeralasF Leonardo, jednorazowa pościel

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Pytanie nr 1.

1. (zadanie nr 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 miesięcy od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SWZ w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1. Nowy termin – do 6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

2. (zadanie nr 1) Czy Zamawiający dopuści synoptofor o parametrach przedstawionych poniżej?:

Urządzenie do diagnostyki i terapii zeza
Odległości między źrenicami: min 45-80 mm
Regulacja podbródka: pionowo: 60 mm, poziomo: 45 mm
Regulacja błysków: automatyczna w zakresie min. 30-150 błysków/minutę
Odstępy między błyskami: synchroniczne błyski, dłuższe odstępy włączenia lub wyłączenia błysku
Zjawisko powidoków
Kąt wzniosu 30 stopni , 50Δ
Kąt nachylenia 30 stopni, 50Δ
Kąt konwergencji i odchylenia 50 stopni, 100 Δ
Kąt dywergencji 40 stopni, 80Δ
Oświetlenie: Żarówki 8 V i 0,7 A ; 8V, 3A
Obrót obrazka: + / - 20 stopni
Slajdy różnokolorowe: 27 par
Przysłony tęczówkowe
Zjawisko Haidingera
Regulacja natężenia światła
Wymiary: 545x315x420 mm
Waga: do 18 kg

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu parametrów urządzenia opisanych w pytaniu.

Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015

