



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-15PNU/2022

Olsztyn, dnia 18-03-2022r.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Rezonans magnetyczny 1.5 T wraz z wyposażeniem i instalacją, na doposażenie pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej –postępowanie powtórkowe.**

Sprostowanie dotyczące udzielonych wyjaśnień treści SWZ w dniu 17-03-2022r – dotyczy pytania nr 2 w Części V.

PYTANIA CZĘŚĆ V.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznika nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Rozdział „Serwer aplikacyjny” – punkt 169

Czy Zamawiający, w imię równego traktowania konkurencji, zgodzi się na wykreślenie w całości punktu 169 lub opcjonalnie na wprowadzenie punktacji (Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt)?

Obecne sformułowanie parametru uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty w postępowaniu, promując rozwiązanie oferowane przez firmę Siemens.

Funkcjonalność fotorealistycznej prezentacji ludzkiej anatomii (np. Cinematic Rendering firmy Siemens) nie ma żadnej wartości klinicznej i nie jest przeznaczona do stawiania diagnozy.

Oprogramowanie oferowane przez naszą firmę umożliwia zaawansowane opcje renderingu 3D z szeroką paletą predefiniowanych ustawień obrazu dla poszczególnych anatomii wraz z możliwością tworzenia i udostępniania obrazów, filmów oraz serii obrazów.

Wnosimy zatem o wykreślenie punktu 169 lub o zmianę zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

L. p.	Opis parametru	Wymagalność / parametr wymagany	Parametr oferowany	Sposób oceny
-------	----------------	---------------------------------	--------------------	--------------



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015



169	<p>Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym.</p> <p>Technika stosująca:</p> <ul style="list-style-type: none"> oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie/pochłanianie fotonów, użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. <p>Rekonstrukcja nowej generacji, inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT.</p>	Tak/Nie		<p>Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt.</p>
-----	--	---------	--	--------------------------------------

Odpowiedź. Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na zmianie brzmienia zapisu w Zał. nr 2 poz. 169.

Nowa, obowiązująca treść poz. 169:

L. p.	Opis parametru	Wymagalność / parametr wymagany	Parametr oferowany	Sposób oceny
169	<p>Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym.</p> <p>Technika stosująca:</p> <ul style="list-style-type: none"> oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie/pochłanianie fotonów, użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. <p>Rekonstrukcja nowej generacji, inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT.</p> <p>Dopuszcza się oprogramowanie oferujące funkcjonalności ww, które są realizowane ww wykorzystaniem techniki stosującej mapy fotonowe.</p>	Tak/Nie		Bez punktacji.

Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SWZ w zał. nr 2 poz. 169 wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.

.....
(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych WSSD