

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SWZ)

### Nazwa zamówieniu publicznego:

POMPY INFUZYJNE

Strona prowadzonego postępowania: <https://www.wssd.olsztyn.pl>

### I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP : <https://wssdOlsztyn/SkrytkaESP>

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  
im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Adres: ul. Żołnierska 18a , 10 – 561 Olsztyn

NIP 739-29-54-843 Regon 000295580

Tel. 089-5393455

Str. internetowa <https://www.wssd.olsztyn.pl>

### II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający przeprowadzi w **trybie podstawowym**, na podstawie **art. 275 pkt 1.** ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:  
- wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

### Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), dalej jako „ustawa”.

### III. Opis przedmiotu zamówienia:

**Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z dostarczeniem so siedziby Zamawiającego (loco Magazyn Ogólny Szpitala):**

Zadanie nr 1 – STANDARTOWE POMPY IFUZYJNE DO PODAWANIA LEKU DLA DZIECI i młodzieży – typ pierwszy (60 szt.)

Zadanie nr 2 – STANDARTOWYCH POMP IFUZYJNYCH DO PODAWANIA LEKU DLA DZIECI i młodzieży – typ drugi (40 kpl.)

Zadanie nr 3 – STANDARTOWYCH POMP IFUZYJNYCH DO PODAWANIA LEKU DLA DZIECI i młodzieży – typ trzeci (50 szt.)

**Zamówienie jest podzielone na części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość części – 3.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

**Kod CPV: kod CPV - 33194110-0.**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 274 Ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

### IV. Termin wykonania zamówienia:

**Zadanie nr od nr 1 do nr 3 – dostawa sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Realizacja dostaw częściowych przedmiotu zamówienia do 5 dni od daty przesłania zamówienia do wykonawcy**

### V. Warunki udziału w postępowaniu.

**Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.**

SZP-332-30PN-2022 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

## VI. Podstawy wykluczenia.

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli nie wykaże braku podstaw do jego wykluczenia.
2. **Weryfikacja podstaw wykluczenia oparta jest o art. 108 ust. 1 ustawy jako obligatoryjne przesłanki.**
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
    - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    - f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
    - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
    - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
  - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
  - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
  - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
  - b) zreorganizował personel,
  - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
  - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
  - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
6. Zamawiający ocenia czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
7. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 (zał. nr 3 do ZWS) *oraz wymaganych środków dowodowych ( o ile przewidziano w ogłoszeniu i SWZ żądanie podmiotowych środków dowodowych).*

## **VII. Podmiotowe środki dowodowe**

**Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ**

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

## **VIII. Przedmiotowe środki dowodowe**

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, zamawiający żąda:

1. Dotyczy zadania nr 1, 2, 3 Folderu/katalogu/ lub kart charakterystyki/ kart technicznych, zawierającego opis - specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z numerami katalogowymi, który potwierdza spełnianie podstawowych wymagań opisanych w formularzu cenowym ( załącznik nr 2 do SWZ ).
2. Dotyczy zadania od nr 1 do nr 3. Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego , Zamawiający wymaga dołączenia do oferty odpowiedniej Deklaracji zgodności CE lub Certyfikatu zgodności CE
3. **dotyczy zadania nr 1, 2, 3.** W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada treści opisu zawartemu w SWZ wymagana jest stosowna pisemna deklaracja wykonawcy o gotowości dostarczenia do Zamawiającego 1 sztuki pompy „DEMO” wraz z czytnikiem i oprogramowaniem do PC, celem weryfikacji jej parametrów z opisem przedmiotu zamówienia, każdorazowo na pisemne wezwanie zamawiającego – w terminie do 2 dni roboczych od dnia przesłania wezwania do wykonawcy, (na etapie badania i oceny ofert) z jednoczesną deklaracją oddelegowania osoby przedstawiciela wykonawcy, która zademonstruje obsługę i poszczególne parametry pompy wymagane w SWZ w określonym przez Zamawiającego terminie i miejscu – oświadczenie sporządza wykonawca wg własnego wzoru.

Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, w przypadku stwierdzenia braku w ofercie żądanych dokumentów, analogicznie do dyspozycji art. 107 ust 2 ustawy pzp.

## **IX. Oferta ma zawierać:**

1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SWZ, **Formularz ofertowy**,
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do SWZ, **Formularz opisu przedmiotu zamówienia**,
3. **Oświadczenie** o którym mowa w rozdziale VI pkt 7 SWZ
4. **Folder/katalog**, zawierający opis - specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z numerami katalogowymi, który potwierdza spełnianie wymagań opisanych w formularzu cenowym
5. Deklaracji zgodności CE lub Certyfikat zgodności CE
6. Oświadczenie dot. gotowości dostarczenia do Zamawiającego 1 sztuki pompy „DEMO” wraz z czytnikiem i oprogramowaniem do PC

#### **X. Wymagania dotyczące dokumentów:**

1. Numer katalogowy podany w formularzu cenowym powinien być wyraźnie oznaczony w załączonych do oferty dokumentach. Ponadto dokumenty należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało jakiej pozycji (w tym numeru katalogowego) i jakiej części dotyczą.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

#### **XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
  - 1.1. **poczty elektronicznej na adres: [przetargi@wssd.Olsztyn.pl](mailto:przetargi@wssd.Olsztyn.pl) w zakresie zadawania pytań, wezwań, uzupełnień, składania wyjaśnień, oświadczeń (preferowane)**
  - 1.2. miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> <https://wssdOlsztyn/SkrytkaESP> w zakresie składania ofert, zmiany i wycofania oferty,
  - 1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do **formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.**
  - 1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  - 1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na skrynkę ePUAP Zamawiającego lub poczty e-mail Zamawiającego.
  - 1.6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu.
  - 1.7. Zamawiający wymaga aby dokumenty **składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej:**
    - 1.7.1. podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) lub
    - 1.7.2. podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
    - 1.7.3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
    - 1.7.4. Pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony podpisem zaufanym ( e-Puap) bądź osobistym ( przy użyciu e-dowodu ).
  - 1.8. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/ musi być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.

2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415)
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż **4 dni** przed terminem składania ofert (art. 284 ust 1 i 2 ustawy pzp ).

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami .

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski; adres e-mail:  
[przetargi@wssd.olsztyn.pl](mailto:przetargi@wssd.olsztyn.pl) tel. 602 81 65 46.

**Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania.**

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia.

**XII. informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w art. 65 ust 1 ustawy pzp.**

Nie przewiduje się innego sposobu komunikowania się.

**XIII. Wymagania dotyczące wadium:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**XIV. Termin związania ofertą:**

Wykonawcy pozostają związani ofertą do dnia 06-05-2022r , zgodnie z brzmieniem art. 307 ustawy pzp.

**XV. Opis sposobu przygotowania oferty:**

**A. Przygotowanie oferty**

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy komunikacji.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl)
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie ePUAP i na miniPortalu. Każda oferta musi być zaszyfrowana. Sposób szyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie ePUAP i na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
11. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  - 11.1. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną Część skompresowane do jednego pliku ( ZIP ).
12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## **B. Oferta wspólna**

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ lidera.
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

## **XVI. Sposób i termin składania ofert:**

1. **Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego / wssdOlsztyn/SkrytkaESP**

do dnia **19-04-2022r** r. do godz. **10:00**

**Oznakowanie oferty. Plik z oferta ma zawierać nazwę wykonawcy i numer postępowania**

(Nazwa wykonawcy: ..... - **SZP-332-30PN-2022**)

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie otwarta przez Zamawiającego.

2. Termin otwarcia ofert

Otwarcie nastąpi dnia **19-04-2022 r.** o godz. **12:00**

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte lub oferty w całości;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

### **XVII. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Cena lub koszt oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cena lub koszt może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

### **XVIII. Opis kryteriów oceny ofert:**

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:

1.1 Zadanie nr 1, 2, 3

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	30%
2	Parametry techniczno-użytkowe	70%

**OU- Ocena parametrów dokonana będzie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w zał. nr 2.**

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

2.3 Zad. nr 1, 2, 3 .

Cena oferty badanej x 30 % + termin gwarancji TG (do 70%)

**Szczegóły dot. oceny parametrów technicznych i terminu gwarancji zawiera OPZ zał. nr 2 do SWZ.**

$$W_{p1} = R \times \frac{C_{naj.}}{C_{of. bad.}} + OU$$

$W_{p1}$  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,

R - ranga w ocenie, tj.: 70 pkt.

$C_{naj.}$  - cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert)

$C_{of. bad.}$  – cena oferty badanej

OU - - Ocena techniczno-użytkowa

3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu *zamówienia* lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu *zamówienia* zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach *zamówienia* lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

4. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

SZP-332-30PN-2022 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

1). wartości *zamówienia* powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2). wartości *zamówienia* powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

5. Wynik - za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert .

#### **XIX. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:**

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 308 ust. 2). W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niż 5 dni (art. 308 ust. 3 pkt 1a ).

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 59 ).

4. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy.

#### **XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

#### **XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz zmian umowy.**

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, które stanowią załączniki numer 4 do SWZ.

2. Zamawiający posiada konto przeznaczone do elektronicznego fakturowania. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej. Fakturę należy przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem ogólnodostępnej platformy elektronicznego fakturowania zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. O elektronicznym fakturowaniu na PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania, które umożliwia Wykonawcy złożenie faktury elektronicznej

3. Zamiana umowy

3.1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się w art. 455 ustawy, oraz w projekcie umowy stanowiącej załączniki do SWZ.

3.2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) w zamówieniach publicznych (...), ( Dz. U. z 2018r poz. 2191.) Rodzaj – NIP, numer adresu 7392954843

4. Termin płatności faktur z przedmiot zamówienia do 60 dni.

## **XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Środki ochrony prawnej:

- Odwołanie
- Skarga

Odwołanie

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w art. 513-516 art. Ustawy pzp, w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Skarga

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu na zasadach określonych w art. 579-580 ustawy.

**Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX - Środki ochrony prawnej.**

## **XXIII. Opis części zamówienia:**

**Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienia na 3 części.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia

## **XXIV. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną.**

1. Adres poczty elektronicznej: [przetargi@wssd.olsztyn.pl](mailto:przetargi@wssd.olsztyn.pl)
2. Adres strony internetowej: [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)
3. **Adres poczty elektronicznej / skrzynki podawczej ePUAP na który należy przesłać ofertę : / [wssdOlsztyn/SkrytkaESP](mailto:wssdOlsztyn/SkrytkaESP)**

## **XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.**

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

## **XXVI. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2**

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 96 ust 2 pkt 2.

## **XXVII. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 94**

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 94.

## **XXVIII. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 257**

Zamawiający przewiduje stosowanie przepisu..

## **XXIX. Informacje dotyczące podwykonawcy**

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

## **XXIX. Postanowienia końcowe:**

Zasada ogłoszenia wyników przetargu

O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami art. 253 ust 1 ustawy.

Zasady udostępniania dokumentów

1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.

SZP-332-30PN-2022 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

2. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że:

- 1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,
- 2) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.

**Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:**

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie jest Pan Zbigniew Łupina tel. 89- 5393458
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZP-332-30PN-2022 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z 2019r), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

### **XXX. Załączniki:**

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – formularz opisu przedmiotu zamówienia

SZP-332-30PN-2022 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

3. Załącznik nr 4 – projekt umowy
4. Załącznik nr 3 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

SWZ opracował: **Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski**  
*/podpis nieczytelny/*

Sprawdzono pod względem merytorycznym: **Z-ca Dyr. ds. leczenia mgr Barbara Chwała**  
*/podpis nieczytelny/*

Zatwierdzam SWZ do przetargu

---

**dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek**  
**DYREKTOR SZPITALA**  
*/podpis nieczytelny/*

Olsztyn, dnia 08-04-2022r

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY****1. Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa: .....

Siedziba: ..... Województwo .....

Adres poczty elektronicznej: .....

Strona internetowa: .....

Numer telefonu: 0 ( .. ) ..... tel. kom. ....\*

Numer faksu: 0 ( ... ) .....

Numer REGON: .....

Numer NIP: .....

Nr rachunku rozliczeniowego .....

Godziny urzędowania .....

**Jestem: osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - nie prowadzącą działalności.../ mikro / małym / średnim / dużym / innym - przedsiębiorstwem (skreślić niewłaściwe)**

**2. Dane dotyczące Zamawiającego****Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie**

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn

**NIP 739-29-54-843****Regon 000295580****3. Zobowiązania wykonawcy**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-30PN-2022, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

**3.1 Cena oferty**

Zadanie nr	Cena netto zł.	Podatek VAT w zł.	Stawka VAT %	Cena brutto zł
1				
2 itd				

*/wpisać kwotę łączną za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/*

**4. Oświadczam, że:**

4.1 Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SWZ okresie.

4.2 Akceptuję termin płatności faktur określony w SWZ.

4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów i reklamacji pisemnie - nr faksu i adres .....

**5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym**

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :  
.....tel. kontaktowy..... mail: .....

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:  
.....tel. kontaktowy.....mail, : .....

**6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej\* /skreślić jeśli nie dotyczy/**

Nazwisko, imię .....

Stanowisko .....

Telefon.....Fax.....

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy



## Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2

**Do oferty załączyć tylko ofertowany zakres z załącznika nr 2.**

**ZADANIE NR 1.****PARAMETRY TECHNICZNE STANDARTOWYCH POMP INFUZYJNYCH DO PODAWANIA LEKU DLA DZIECI i młodzieży**

Ilość zamawiana – 60 sztuk . + jeden czytnik i oprogramowanie do sczytywania pomp na PC

Wykonawca:	
Producent nazwa:	
Nazwa i typ aparatu:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji (wymagany: 2021 lub 2022 )	

L.p.	Nazwa przedmiotu	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy
1	<b>Pompa infuzyjna</b>	Szt.	60						

<b>Lp</b>	<b>FUNKCJA/PARAMETR /kol/ 1/</b>	<b>WYMAGALNOŚĆ /kol. 2/</b>	<b>OFEROWANY PARAMETR /kol.3/</b>
1.	Zatrzymanie pompy - alarm informujący o zatrzymaniu.	Tak	
2.	Funkcja – blokada pompy	Tak	
3.	<b>Programowanie bolusa.</b> Prosty / standard – dokładność, co najmniej 0, 1 j/bolus	Tak/podać	
4.	<b>Programowanie bolusa. Przedłużony / prostokątny – dokładność minimum 0,1 j/bolus. Czas podania co najmniej 7 godz.</b>	Tak/podać	

5.	<b>Programowanie bolusa.</b> Złożony / wielofalowy – dokładność co najmniej 0,1 j/bolus	Tak/podać	
6.	<b>Czasowa zmiana bazy.</b> Ustawienia procentowe lub jednostka na godzinę.	Tak/opis	
7.	<b>Czasowa zmiana bazy.</b> Likwidacja zmiany bazy – samoistna bez sygnału lub z możliwością wyłączenia sygnału dźwiękowego.	Tak/podać	
8.	<b>Czasowa zmiana bazy.</b> Czas bazy do 24 godzin	Tak/podać	
9.	<b>Programowanie bazy.</b> Przepływy godzinowe, ilość jednostek na godzinę. Dokładność 0, 1 j/ 1 godz.	Tak/podać	
10	<b>Funkcja pompy. System ciągłego monitorowania glikemii (CGM), który jest integralną częścią pompy. Funkcja wbudowana w pompie.</b>	Tak/podać	
11	<b>*Pamięć pompy.</b> Historia bolusa, alarmów, dawki dobowej obejmująca minimum 90 dni przy odczycie z użyciem PC i oprogramowania komputerowego wraz z czytnikiem. Ponadto pompa musi posiadać możliwość odczytu <b>bezpośredniego</b> stanu aktualnego z minimum 7 dni ww parametrów oraz 24 bolusów (bez użycia PC).	Tak/podać	
12	1. Kalkulator bolusa wbudowany w pompę, umożliwiający ustawienie kilku przedziałów czasowych oraz umożliwiający również ręczne wprowadzanie pomiaru glikemii do kalkulatora. 2. Funkcja oceny aktywnej insuliny sumowanej z wszystkich dawek insuliny tj.: insuliny doposiłkowej i kuracyjnej 3. Funkcja kalkulatora bolusa z możliwością ustawienia funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika	Tak/opis	1. .... 2. .... 3. ....
13	Menu obsługi pompy w j. polskim. Instrukcja obsługi pompy w j. polskim.	Tak/ instrukcję załączyć do oferty	
14	Wkładce metalowe i teflonowe o różnej długości, rozłączane.	Tak	
15	Długość drenu - minimum 60 cm, maksymalnie 110 cm.	Tak/podać	
16	<b>Opcja oceniana.</b> Zasilanie pompy: <b>A.</b> Standardowa bateria alkaliczna 1,5V AAA lub 1,5V AA = 70 pkt. <b>B.</b> Inna bateria = 0 pkt <b>(W zestawie z pompą załączane, jako dodatkowe wyposażenie minimum 2szt. baterii do urządzenia)</b>	Podać typ baterii	
17	Gwarancja udzielana na pompę - minimum 48 miesięcy.	Tak podać	

18	<p>W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada treści opisu zawartemu w SWZ wymagana jest stosowna pisemna deklaracja wykonawcy o gotowości dostarczenia do Zamawiającego 1 sztuki pompy „DEMO” wraz z czytnikiem i oprogramowaniem do PC, celem weryfikacji jej parametrów z opisem przedmiotu zamówienia, każdorazowo na pisemne wezwanie zamawiającego – w terminie do 2 dni roboczych od dnia przesłania wezwania do wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie oceny i badania ofert dopuszcza się możliwość wezwania osoby przedstawiciela wykonawcy, która zademonstruje obsługę i poszczególne parametry pompy wymagane w SWZ. Termin stawienia przedstawiciela wykonawcy zostanie przekazany wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie z zastrzeżeniem, że termin ten nie może przekroczyć 2 dni od dnia przesłania takiego wezwania do wykonawcy..</p> <p>Powyższy wymóg stanowi warunek w myśl <i>Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.</i></p> <p>(Po weryfikacji pompa podlegać będzie zwrotowi do wykonawcy. Całkowity koszt, ryzyko dostawy i odbioru pompy „DEMO” oraz obecności przedstawiciela, o czym mowa powyżej, ponosi Wykonawca).</p> <p>Niedostarczenie w ww. terminie pompy lub nieobecność osoby wezwanej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w UPZP, w szczególności, jako niezgodność oferty z treścią SWZ.</p>	<p>W celu potwierdzenia warunku, wymagane jest stosowne oświadczenie Wykonawcy, które należy załączyć do oferty. (patrz rodz. IX ust. 6, SWZ)</p>	
19	<p>SERWIS. Bezpośredni telefoniczny całodobowy 365 dni (w niedziele i święta) kontakt z serwisem, w okresie trwania gwarancji. (Uwaga. Kontakt ma być aktualny od dnia otwarcia ofert)</p>	<p>Tak/ podać nr telefonu i lokalizację - adres serwisu</p>	
20	<p>SERWIS - SZKOLENIE Przeszkolenie personelu Zamawiającego lub pacjentów w zakresie obsługi pomp - każdorazowo przy dostawie (i każdorazowo, w uzasadnianych przypadkach na prośbę Zamawiającego, przy czym ta sama osoba nie będzie szkolona więcej niż 3 razy). Edukacja ma być prowadzona przez przedstawiciela wykonawcy lub uprawnioną osobę – na koszt wykonawcy.</p>	<p>Tak</p>	
21	<p>SERWIS AWARYJNY W przypadku awarii pompy, zapewnienie pompy zastępczej (w czasie nieprzekraczającym 24 godzin o d zgłoszenia - przez 365 dni w roku) o parametrach nie gorszych niż zamawiana. Wszelkie koszty ponosi wykonawca. Czas reakcji na usunięcie awarii pompy do 8 godzin od zgłoszenia.</p>	<p>Tak</p>	
22	<p><b>Adres strony internetowej, na której dostępne są informacje i opisy w j. polskim na temat oferowanego modelu pompy</b></p>	<p>Tak podać</p>	

..... data i podpis wykonawcy

**ZADANIE NR 2.****PARAMETRY TECHNICZNE STANDARTOWYCH POMP IFUZYJNYCH DO PODAWANIA LEKU DLA DZIECI i młodzieży**

Ilość zamawiana – 40 sztuk . + jeden czytnik i oprogramowanie do sczytywania pomp na PC

<b>Wykonawca:</b>	
<b>Producent nazwa:</b>	
<b>Nazwa i typ aparatu:</b>	
<b>Kraj pochodzenia:</b>	
<b>Rok produkcji (wymagany: 2021 lub 2022 )</b>	

L.p.	Nazwa przedmiotu	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy
1	<b>Pompa infuzyjna</b>	Szt.	40						

<b>Lp</b>	<b>FUNKCJA/PARAMETR /kol/ 1/</b>	<b>WYMAGALNOŚĆ /kol. 2/</b>	<b>OFEROWANY PARAMETR /kol.3/</b>
1.	Przypomnienie o pominiętym bolusie	Tak	
2.	Informacja o aktywnej insulinie z poziomu statusu pompy	Tak	
3.	<b><u>Opcja rejestrowania zdarzeń typu wysiętek, insulina, posiłek</u></b>	Tak/podać	
4.	<u>Ciągła współpraca pompy z jednym sensorem przez minimum 5 dni</u>	Tak/podać	
5.	<b><u>Wykrywanie hipoglikemii na poziomie 98%</u></b>	Tak/podać	
6.	<b><u>Hipoblokada</u></b>	Tak	
7.	<b><u>Powiadomienie o niskim i o wysokim poziomie glukozy</u></b>	Tak/podać sposób powiadomień	

8.	<b>Powiadomienie o tempie wzrostu i tempie spadku glukozy</b>	Tak/podać sposób powiadomień	
9.	<b>Powiadomienie o przewidywaniu hipoglikemii i hiperglikemii</b>	Tak/podać sposób powiadomień	
10	<b>Funkcja pompy.</b> Możliwość czasowego wyłączenia alarmów dźwiękowych	Tak/podać minimalny i max. czas wyłączenia	
11	<b>Rozszerzona statystyka dostępna z poziomu pompy</b>	Tak/podać podstawowy zakres	
12	Ciągły monitoring glukozy przez pompę	Tak	
13	Menu obsługi pompy w j. polskim. Instrukcja obsługi pompy w j. polskim.	Tak/ instrukcję załączyć do oferty	
14	Wkłucie metalowe i teflonowe o różnej długości, rozłączane.	Tak	
15	Długość drenu - minimum 60 cm, maksymalnie 110 cm.	Tak/podać	
16	<b>Hipoblokada pompy tj. zatrzymanie się pompy na tzw. „niskim cukrze”</b>	Tak	
17	Udoskonalona wersja kalkulatora bolusa	Tak	
18	Pompa wyposażona w zabezpieczenie w postaci blokady klawiszy oraz posiadająca funkcję zapisu i pamięci ustawień	Tak opis	
19	Wymagane dawkowanie precyzyjne insuliny przez pompę – najmniejsze 0,025 j. w bolusie i 0,025 j. we wlewie podstawowym	Tak opis	
20	<b>Opcja oceniana.</b> Zasilanie pompy: <b>A.</b> Standardowa bateria alkaliczna 1,5V AAA lub 1,5V AA = 70 pkt. <b>B.</b> Inna bateria = 0 pkt <b>(W zestawie z pompą załączane, jako dodatkowe wyposażenie minimum 2szt. baterii do urządzenia)</b>	Podać typ baterii	
21	Gwarancja udzielana na pompę - minimum 48 miesięcy.	Tak podać	
22	Funkcja predykcyjnej ochrony pacjenta przed hipoglikemią. Automatyczne zatrzymanie i wznawianie podaży insuliny na podstawie odczytów z sensora CGM.	Tak	

23	<p>W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada treści opisu zawartemu w SWZ wymagana jest stosowna pisemna deklaracja wykonawcy o gotowości dostarczenia do Zamawiającego 1 sztuki pompy „DEMO” wraz z czytnikiem i oprogramowaniem do PC, celem weryfikacji jej parametrów z opisem przedmiotu zamówienia, każdorazowo na pisemne wezwanie zamawiającego – w terminie do 2 dni roboczych od dnia przesłania wezwania do wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie oceny i badania ofert dopuszcza się możliwość wezwania osoby przedstawiciela wykonawcy, która zademonstruje obsługę i poszczególne parametry pompy wymagane w SWZ. Termin stawiennictwa przedstawiciela wykonawcy zostanie przekazany wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie z zastrzeżeniem, że termin ten nie może przekroczyć 2 dni od dnia przesłania takiego wezwania do wykonawcy..</p> <p>Powyższy wymóg stanowi warunek w myśl <i>Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.</i></p> <p>(Po weryfikacji pompa podlegać będzie zwrotowi do wykonawcy. Całkowity koszt, ryzyko dostawy i odbioru pompy „DEMO” oraz obecności przedstawiciela, o czym mowa powyżej, ponosi Wykonawca). Niedostarczenie w ww. terminie pompy lub nieobecność osoby wezwanej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w UPZP, w szczególności, jako niezgodność oferty z treścią SWZ.</p>	<p>W celu potwierdzenia warunku, wymagane jest stosowne oświadczenie Wykonawcy, które należy załączyć do oferty. (patrz rodz. IX ust. 6, SWZ)</p>	
24	<p>SERWIS. Bezpośredni telefoniczny całodobowy 365 dni (w niedziele i święta) kontakt z serwisem, w okresie trwania gwarancji. (Uwaga. Kontakt ma być aktualny od dnia otwarcia ofert)</p>	<p>Tak/ podać nr telefonu i lokalizację - adres serwisu</p>	
25	<p>SERWIS - SZKOLENIE Przeszkolenie personelu Zamawiającego lub pacjentów w zakresie obsługi pomp - każdorazowo przy dostawie (i każdorazowo, w uzasadnianych przypadkach na prośbę Zamawiającego, przy czym ta sama osoba nie będzie szkolona więcej niż 3 razy). Edukacja ma być prowadzona przez przedstawiciela wykonawcy lub uprawnioną osobę – na koszt wykonawcy.</p>	<p>Tak</p>	
25	<p>SERWIS AWARYJNY W przypadku awarii pompy, zapewnienie pompy zastępczej (w czasie nieprzekraczającym 24 godzin o d zgłoszenia - przez 365 dni w roku) o parametrach nie gorszych niż zamawiana. Wszelkie koszty ponosi wykonawca. Czas reakcji na usunięcie awarii pompy do 8 godzin od zgłoszenia.</p>	<p>Tak</p>	
26	<p><b>Adres strony internetowej, na której dostępne są informacje i opisy w j. polskim na temat oferowanego modelu pompy</b></p>	<p>Tak podać</p>	

..... data i podpis wykonawcy

**ZADANIE NR 3.****PARAMETRY TECHNICZNE STANDARTOWYCH POMP INFUZYJNYCH DO PODAWANIA LEKU DLA DZIECI i młodzieży**

Ilość zamawiana – 50 sztuk . + jeden czynnik i oprogramowanie do szczytywania pomp na PC

<b>Wykonawca:</b>	
<b>Producent nazwa:</b>	
<b>Nazwa i typ aparatu:</b>	
<b>Kraj pochodzenia:</b>	
<b>Rok produkcji (wymagany: 2021 lub 2022)</b>	

L.p.	Nazwa przedmiotu	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy
1	<b>Pompa infuzyjna</b>	Szt.	50						

<b>Lp</b>	<b>FUNKCJA/PARAMETR /kol/ 1/</b>	<b>WYMAGALNOŚĆ /kol. 2/</b>	<b>OFEROWANY PARAMETR kol.3/</b>
1.	Masa pompy ze zbiornikiem na insulinę, baterią max. 90g. Wymiary 70x50x20 mm (+/- 10mm)	Tak opis	
2.	Wyświetlacz – ekran dotykowy o dużym kontraście, wym. 40x15 mm (+/- 2mm)	Tak opis	
3.	Klasa ochrony przed zalaniem i wilgocią IXP 8 zgodne z norma EN 60529	Tak/podać	
4.	<b>Interfejs użytkownika - ikony opisane w w instrukcji w j. polskim. Instrukcja obsługi pompy w j. polskim.</b>	Tak/podać	
5.	Zakres temperatury pracy pompy nie gorsze niż +5 ÷ + 37 <sup>0</sup> C	Tak/podać	
6.	Ilość programowalnych baz 2	Tak/podać	
7.	Czasowa zmiana bazy 0% - 200% (co 10%). 15 minut – 24 godzin (co 15 minut)	Tak/podać	

8.	Dokładność dawkowania bazy: 0,01j./godz. (do 1 j./godz.) 0,02 j./godz. (1 – 2 j./godz.) 0,1 j./godz. (2 – 15 j./godz.) 0,5 j./godz. (15 – 40 j./godz.)	Tak/podać	
9.	Minimalna dawka podstawowa 0,02 j./godz.	Tak/podać	
10	<b><u>Zakres ustawień dawki podstawowej 0,00 – 40,00 j./godz.</u></b>	Tak/podać	
11	Programowanie wielkości bolusa Możliwe przyrosty: 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 j.	Tak/podać podstawowy zakres	
12	Rodzaje bolusa: - Bolus standardowy (prosty) - Bolus przedłużony - Bolus złożony - Bolus ślepy (bez kontroli wzrokowej)	Tak	
13	Minimalna dokładność dawkowania bolusa 0,1 j. niezależnie od wielkości bolusa (0,2 j. dla bolusa złożonego)	Tak/ opis	
14	<b>Szybkość podawania bolusa 0,555j./s</b>	Tak podać	
15	Alarm dźwiękowy: minimum 3 poziomy głośności	Tak/podać	
16	<b>Alarm wibracyjny</b>	Tak	
17	Informacja o wyczerpaniu baterii dźwiękowa i wizualna co najmniej 2 doby przed wyczerpaniem baterii.	Tak opis	
18	Automatyczne wypełnianie drenu. Nieograniczona ilość wypełnień drenu w ciągu doby	Tak	
19	Blokada przed przypadkową zmianą parametrów	Tak	
20	Możliwość anulowania podaży jednym przyciskiem	tak	
21	Alarm okluzji przy przepływie 1,0 j./godz. – 4 godz.	Tak/ podać	
22	Pamięć pompy minimum 3000 zdarzeń, 200 alarmów. Okres przechowywania danych minimum 20 lat.	Tak/opis	

23	Kalkulator bolusa posiłkowego – zewnętrzny (aplikacja w smart fonie) z możliwością ustawienia w minimum 8 przedziałach czasowych.	Tak/ opis	
24	Automatyczne rozpoznawanie ilości insuliny w zbiorniku	tak	
25	Zbiornik na insuliną o poj. niemniejszej niż 1,6 ml (160 j.). Zestawy infuzyjne (kaniula) – elastyczna 6 i 9mm i stalowa 5,5 i 8,5mm <b>W zestawie z pompą załączane, jako dodatkowe wyposażenie minimum jedno wkłucie metalowe oraz jedno wkłucie plastikowe jako wzór)</b>	Tak	
26	Długość drenów nie krótsze niż 45 cm i nie dłuższe niż 120cm	Tak / opis	
27	Wkłucie obracane w zakresie 360 <sup>0</sup>	tak	
28	<b>Opcja oceniana.</b> Zasilanie pompy: A. Standardowa bateria alkaliczna 1,5V AAA lub 1,5V AA = 70 pkt. B. Inna bateria = 0 pkt <b>(W zestawie z pompą załączane, jako dodatkowe wyposażenie minimum 2szt. baterii do urządzenia)</b> <b>Czas działania baterii nie mniej niż 30 dni przy włączonym Bluetooth</b>	Podać typ baterii	
29	Gwarancja udzielana na pompę - minimum 48 miesięcy.	Tak podać	

30	<p>W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada treści opisu zawartemu w SWZ wymagana jest stosowna pisemna deklaracja wykonawcy o gotowości dostarczenia do Zamawiającego 1 sztuki pompy „DEMO” wraz z czytnikiem i oprogramowaniem do PC, celem weryfikacji jej parametrów z opisem przedmiotu zamówienia, każdorazowo na pisemne wezwanie zamawiającego – w terminie do 2 dni roboczych od dnia przesłania wezwania do wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie oceny i badania ofert dopuszcza się możliwość wezwania osoby przedstawiciela wykonawcy, która zademonstruje obsługę i poszczególne parametry pompy wymagane w SWZ. Termin stawiennictwa przedstawiciela wykonawcy zostanie przekazany wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie z zastrzeżeniem, że termin ten nie może przekroczyć 2 dni od dnia przesłania takiego wezwania do wykonawcy..</p> <p>Powyższy wymóg stanowi warunek w myśl <i>Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.</i></p> <p>(Po weryfikacji pompa podlegać będzie zwrotowi do wykonawcy. Całkowity koszt, ryzyko dostawy i odbioru pompy „DEMO” oraz obecności przedstawiciela, o czym mowa powyżej, ponosi Wykonawca).</p>	<p>W celu potwierdzenia warunku, wymagane jest stosowne oświadczenie Wykonawcy, które należy załączyć do oferty. (patrz rodz. IX ust. 6, SWZ)</p>	
31	<p>SERWIS. Bezpośredni telefoniczny całodobowy 365 dni (w niedziele i święta) kontakt z serwisem, w okresie trwania gwarancji. (Uwaga. Kontakt ma być aktualny od dnia otwarcia ofert)</p>	<p>Tak/ podać nr telefonu i lokalizację - adres serwisu</p>	
32	<p>SERWIS - SZKOLENIE Przeszkolenie personelu Zamawiającego lub pacjentów w zakresie obsługi pomp - każdorazowo przy dostawie (i każdorazowo, w uzasadnianych przypadkach na prośbę Zamawiającego, przy czym ta sama osoba nie będzie szkolona więcej niż 3 razy). Edukacja ma być prowadzona przez przedstawiciela wykonawcy lub uprawnioną osobę – na koszt wykonawcy.</p>	<p>Tak</p>	
33	<p>SERWIS AWARYJNY W przypadku awarii pompy, zapewnienie pompy zastępczej (w czasie nieprzekraczającym 24 godzin o d zgłoszenia - przez 365 dni w roku) o parametrach nie gorszych niż zamawiana. Wszelkie koszty ponosi wykonawca. Czas reakcji na usunięcie awarii pompy do 8 godzin od zgłoszenia.</p>	<p>Tak</p>	
34	<p><b>Adres strony internetowej, na której dostępne są informacje i opisy w j. polskim na temat oferowanego modelu pompy</b></p>	<p>Tak podać</p>	

..... data i podpis wykonawcy

**DOTYCZY ZADANIA NR 1, 2**

\* Dotyczy pkt. 11 i 10 ww zad. nr 1, 2- Pamięć pompy. W ramach zamówienia wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu po jednym zestawie oprogramowania komputerowego + kompatybilny z oprogramowaniem i pompą czytnik, który służyć będzie do wykonywania odczytu ww danych z pomp. Dostawa zestawu do odczytu nastąpi jednorazowo przy pierwszej dostawie partii zamówionych pomp do Zamawiającego.

Kryterium oceny ofert odn. zad. nr 1, 2, 3, 4 stanowi: 30% = 30 pkt. cena + 70% = 70 pkt. ocena parametrów technicznych pompy.

**Objaśnienia do zad. nr 1, 2, 3 - tabela.**

**W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia – zadanie nr 1, 2, 3 – jeżeli w kolumnach nr 2 „Wymagalne” jest słowo „TAK” lub „TAK/podać lub opisać itp.” wykonawca ma obowiązek w kolumnie nr 3 /odpowiednio w wierszach/ wpisać słowo „TAK” lub „TAK” i zamieścić wymagany opis, dane itp. jeśli oferuje urządzenie, które dany parametr lub funkcje posiada. W odniesieniu do parametrów podlegających ocenie punktowej – zadanie nr 1, 2, 3 wykonawca w kolumnie nr 2 tabeli wpisuje słowo „Tak A” lub „Nie B” - w zależności od oferowanego parametru. Ocena tych parametrów przeprowadzona będzie wg zasady podanej w poz. w tabeli.**

**Oferowane parametry i funkcje muszą znajdować się w załączonej do oferty np. instrukcji obsługi, prospektach, katalogach lub innych lub innego równoważnego dokumentu zawierającego opis dostępnych parametrów i funkcji producenta urządzenia medycznego. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru pompy, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany/ dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie, jako niezgodna opisem przedmiotu zamówienia. W załączonej karcie katalogowej lub katalogu należy w zaznaczyć parametry, które posiadają oferowane przedmioty zamówienia przez ich wyróżnienie - zaznaczenie kolorowym markerem, podkreślenie, zakreślenie. Za nie odpowiadającą treści SWZ uznana będzie również taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel w zadania nr 1, 2, 3 oświadczeń „TAK” lub opisów, a oferuje pompę, która danego parametru technicznego, funkcji itd. nie będzie w rzeczywistości posiadała, i nie będzie jej opisanej w dokumentach ww załączonych do oferty tj. katalogach, instrukcjach itp.**

**INNE.**

1. Oferowany przedmiot zamówienia opisany w zadaniu nr 1, 2, 3 ma być fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2021 lub 2022 kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji dokonywanych przez Zamawiającego.

Załącznik nr 3

**Wykonawca:**

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **POMPY INFUZYJNE**, prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (*nr spr SZP-332-30PN-2022*), oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

..... (*miejsowość*), dnia ..... r.

.....

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**UMOWA -projekt NR SZP/30/.../2022/PW Zał. nr 4.**

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia .....2022r. pomiędzy:

**Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie**

adres siedziby: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a  
NIP 739-29-54-843

Regon 000295580

reprezentowanym przez:

1. **Dyrektora Szpitala dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek**
2. **przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego**

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....

NIP .....

Regon.....

reprezentowanym przez:

1. ....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: **POMPY INFUZYJNE** dla **Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie**, z dnia ...-04-2022r. (znak sprawy: SZP-332-30PN/2022), opartego na przepisach ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019 w ramach zamówienia zad. nr .....została wybrana oferta w/w Firmy.

**§ 1**

1. **Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia .....2022r, która stanowi załącznik do umowy (bez załączania do umowy)**
2. **Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do .....zł.**
3. **Do wymienionej w ust. 2 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ..... zł.**
4. **Razem brutto ust. nr 2 i 3 .....zł.**

**§ 2**

1. Ustalona ilość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o 10%, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia cen jednostkowych, określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, nie będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 9 ust.1 Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.

### § 3

1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez Zamawiającego pisemnie, faxem lub email.
2. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w terminie do ..... dni roboczych (za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania zamówienia do Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia, pisemnie, faksem lub emailem Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają mu dostawę przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2.
4. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego - loco Magazyn Ogólny Szpitala, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów dostaw określonych w ust 2, z zastrzeżeniem, iż będzie to co najmniej czwarta zwłoka w okresie jednego miesiąca.

### § 4

1. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.: w przypadku wyrobów medycznych - spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.). Wykonawca zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki, normy jakościowe i terminy ważności dostarczanego towaru, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę pisemnie, faksem lub emailem. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w następującym terminie:
  - braki ilościowe w ciągu 2 dni roboczych ,
  - wady jakościowe w ciągu 10 dni od daty przesłania wadliwego towaru do wykonawcy
4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający otrzyma towar wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, na okres rozpatrywania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 3 dni roboczych) zamienną partię towaru zgodną z zamówieniem.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy, który nie został zamówiony przez Zamawiającego, niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użytkowania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go pisemnie, telefonicznie, faksem, emailem przez Zamawiającego.
6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 lub naruszenia postanowień § 4 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia nie dostarczonego przedmiotu umowy u osób trzecich, a ewentualną różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca na podstawie stosownego dokumentu.

### § 5

1. Strony ustalają, że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ..... należność wynikającą z uzgodnionych cen jednostkowych określonych w ofercie, w terminie do 60 dni, licząc od daty otrzymania faktury.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania należności na rachunku Wykonawcy.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

4. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.
5. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie handlowej ujętej w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy.
6. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia przedmiotu sprzedaży oraz odpowiedniego transportu do miejsca, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przetargowej przez okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przetargowej przez okres trwania umowy,
8. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy z zachowaniem formy pisemnej.
9. Wszelkie ewentualne żądania zmiany cen wymagają udokumentowania przez Wykonawcę (*kopia dokumentu, który stanowi podstawę do żądania zmiany cen*) oraz akceptacji Zamawiającego oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Aneks o korekcie cenowej powinien być złożony najpóźniej z następną dostawą przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego zamówienia.

## § 6

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
  - 1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
  - 1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
  - 1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia
  - 1.4 w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania
  - 1.5 w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy tj.: zakończenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu
  - 1.6 łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zmian,
  - 1.7 możliwość zmiany umowy poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany (zwiększenie lub obniżenie):
    - stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia,
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
  - a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
  - b) zmiany danych teleadresowych,
3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż o 12 miesięcy. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.
4. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 ppkt 1.5 Wykonawca przedstawi pisemne zawiadomienie producenta. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 1 ppkt 1.5 w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje produkt równoważny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli cena leku zamiennego będzie wyższa niż ofertowa, produkt zostanie wyłączony z umowy, kara nie zostanie wówczas naliczona. Cena jednostkowa proponowanego produktu nie może być wyższa niż produktu oferowanego w ofercie wykonawcy stanowiącej zał. do niniejszej umowy.

### § 7

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku których, doszłoby do zmiany Stron umowy.

### § 8

I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo odstąpienia od umowy, strony mogą żądać zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 1,00 % wartości brutto brakującej ilości - za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.
2. Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1 wykazując, że zwłoka w dostawie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę.
3. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, może być podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 9,99% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy, o czym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających z realizacji niniejszej umowy.
7. Łączna wysokość kar naliczonych wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy brutto.

### § 9

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ...2022.r. do .....2023...r. przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za zrealizowaną i rozwiązaną z chwilą upływu wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1 ust. 4.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku zgłoszenia przez niego, co najmniej czterech reklamacji, o których mowa w § 3 ust. 5

### § 10

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

### § 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.**) i Kodeks cywilny

### § 12

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

.....

.....