



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-39PN/2022

Olsztyn, dnia 14-06-2022r.

Dotyczy postępowania: **TERMOCYKLER i WIRÓWKA LABORATORYJNA**

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych *Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019*) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary do 0,5% za każdy dzień zwłoki w dostawie?

Odpowiedź: Tak, zapis zostanie zmodyfikowany.

Pytanie nr 2. Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z programowaniem czasu od 1 min. do 99 godz. 59 min. 59 sek. , krok co 1 sek., spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Dopuszcza się, aby oferowane urządzenie posiadało opisany w pytaniu parametr.

Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl

