



Nr postępowania SZP-332-42KO-2022

Olsztyn, dnia 23-06-2022r.

**Dotyczy postępowania p.n.: dostawa wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej i siedzącej**

Na podstawie zapisów w SWZ **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

### **Zadanie nr 1.**

Ad.4. Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta, fabrycznie nowy, posiadający na wyposażeniu materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, a tym samym niealergizujący, osłona poliestrowa, powlekana poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową, nieprzemakalny, mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka do transportu pacjenta oraz bardzo dobrze sprawdza się w codziennej praktyce użytkowej.

**Odpowiedź ad. 4: Dopuszcza się, aby oferowany przedmiot zamówienia posiada opisane w pytaniu parametry.**

Zamawiający w pkt.7 opisu przedmiotu zamówienia napisał: „Leże przezierne dla promieniowania RTG”. Czy w związku z takim zapisem, Zamawiający wymaga rozwiązania pozwalającego na wyposażeniu wózka w leże 2-segmentowe, łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji, całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża oraz możliwością włożenia kasy RTG od strony wezglowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 360°).

**Odpowiedź ad. 7: Podtrzymuje się zapisy w SWZ. Nie jest wymagana taka funkcja.**

### **Pytanie nr 2. Zadanie nr 2.**

Ad.4. Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości fotel do transportu pacjenta, fabrycznie nowy, posiadający na wyposażeniu odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta, podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta oraz odchylane podnóżki z funkcją składania, pomagające zmniejszyć ryzyko potknięcia się i zapewniające pacjentowi wolną przestrzeń do wejścia i zejścia z fotela, montaż stały. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności fotela do transportu pacjenta oraz bardzo dobrze sprawdza się w codziennej praktyce użytkowej zapewniając codzienną ergonomię pracy personelu medycznego.

**Odpowiedź : Dopuszcza się, aby oferowany przedmiot zamówienia posiada opisane w pytaniu parametry.**

*(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*

Piotr Wichowski  
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)



Certyfikat Jakości  
PN-EN ISO 9001:2015

