



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-47PN/2022

Olsztyn, dnia 28-07-2022r.

Dotyczy postępowania: Meble biurowe gotowe i wykonane wg opisu, meble medyczne, dozowniki i podajniki

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ WYNIKAJĄCA Z POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO

- I. Ulega modyfikacji treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
Nowy termin składania ofert – 02-08-2022r godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert – 02-08-2022r godz. 12:00
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00280424/01 z dnia 2022-07-27.**
- II. Ulega modyfikacji treść SWZ w zakresie terminu realizacji zakresu rzeczowego obejmującego ETAP I. Nowy termin – do 30-09-2022r**
- III. Ulega modyfikacji treść SWZ w zakresie dotyczącym ilości poszczególnego, zamawianego asortymentu w zadaniu nr 1, 2, 3, 5. Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia (zał. Nr 2) stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1.

Proszę o możliwość otrzymania P.T. egz. rzutu danej kondygnacji.

Odpowiedź: Rzut kondygnacji są dostępne w dokumentacji prowadzonych postępowań na przebudowę pomieszczeń przychodni i budowę pomieszczeń rezonansu - linki do ogłoszeń

<https://www.wssd.olsztyn.pl/2022/03/22/przebudowa-pomieszczen-bryly-a1-w-wojewodzkim-specjalistycznym-szpitalu-dzieciecym-w-olsztynie-w-celu-poprawy-dostepnosci-dla-pacjentow-nr-wewn-spr-szp-332-24pn-2022/>

<https://www.wssd.olsztyn.pl/2022/02/14/rozbudowa-i-przebudowa-poziomu-0-bryly-a2-w-celu-utworzenia-pracowni-rezonansu-magnetycznego-w-wojewodzkim-specjalistycznym-szpitalu-dzieciecym-w-olsztynie-nr-wewn-sp-szp-332-12pn/>

Pytanie nr 2.

Wskazana w opracowaniu kolorystyka w dużej części mebli to - jesion messina. Materiał ten jest niedostępny na rynku, może być uruchomiona jego produkcja, z możliwością zakupu najwcześniej na koniec września 2022. Propozycja z naszej strony to wykonanie zakresu w: - dąb bardolino.

Odpowiedź: Dopuszcza się wykonanie wszystkich mebli jednolicie albo w kolorze „jesion messina” albo „dąb bardolino”



Pytanie nr 3.

Proszę o zmianę grubości z 36mm, na gr.28mm w blatach: biurek, komód, szafek.

Odpowiedź: Dopuszcza się wykonanie blatów: biurek, komód, szafek - na gr.28mm.

Pytanie nr 4.

Proszę o zmianę wysok. z 15cm na 10cm - nóg: komód, regałów, szaf.

Odpowiedź: Dopuszcza się wykonanie nóg: komód, regałów, szaf na wys. 10cm pod warunkiem utrzymania całkowitej wysokości tych mebli.

Pytanie nr 5.

W zestawieniu ZADANIE nr 1, pomieszczenia nr 21/SOR, 22/20 - brak podanej kolorystyki

Odpowiedź: Płyta meblowa wykończona od frontu szkłem hartowanym.

Pytanie nr 6.

Pomieszczenia nr 28, 29/9 - w którym Etapie zostały ujęte te pomieszczenia do realizacji

Odpowiedź: Termin wyznaczony dla pierwszego Etapu.

Pytanie nr 7. Zadanie nr 3. Wyposażenie medyczne, Pozycja 2 parawan medyczny

Czy Zamawiający dopuści Parawan medyczny o wymiarach wysokość 180 cm szerokość 96 cm ?

Odpowiedź: Pozycja wykreślona. Nie podlega zamówieniu.

Pytanie nr 8. Pozycja 3 - Przewijak dla osoby dorosłej (po modyfikacji poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści Przewijak dla osoby dorosłej o podanych parametrach technicznych :

- wysokość 45 cm
- szerokość 70 cm
- długość 200 cm
- udźwig 150 kg

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie nr 9. Pozycja 5 Stół do badania niemowlaków (po modyfikacji poz. 4)

Czy Zamawiający dopuści stół do badań niemowlaków o podanych parametrach technicznych:

- Łóżko dwusegmentowe bez otworów
- Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej
- Dwie poręcze lakierowane proszkowo, regulowane za pomocą mechanizmu zapadkowego
- Dwie metalowe miski
- Stała wysokość 90 cm
- 55 cm szerokości
- Długość 150 cm

Odpowiedź: Dopuszcza się stół o opisanych w pytaniu parametrach. Patrz zmodyfikowany OPZ.

Pytanie nr 10. Pozycja 9 STÓŁ ZABIEGOWY(po modyfikacji poz. 8)

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o podanych parametrach :

- 2- segmentowe leże z materacem o wymiarach: 65x 200 cm lub 75 x 200 cm
- 6,5 cm materac wykonany z wysokiej jakości elastycznej pianki (35kg/m³)
- Pokrowiec PVC powlekany Jersey-em. Antybakteryjny i trudnopalny (klasa M1)
- Oparcie pleców regulowane przy użyciu 2 sprężyn gazowych (0 - 90°).
- Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 46 do 86 cm
- Elektryczne wspomaganie przechyłów Trendelenburga/Anty-Trendelenburga (+/- 15°)
- Stalowa rama, oparta na dwóch kolumnach elektrycznych, pokryta żywicą epoksydową (kolor jasny szary)
- Podstawa stołu wyposażona w osłonę tworzywową ułatwiającą utrzymanie właściwego poziomu higieny
- Przewodowy pilot (sterownik pacjenta)

- 4 koła o średnicy Ø 125 mm z systemem indywidualnej blokady
- Uchwyt na ręczniki papierowe pod zagłówkiem
- Dopuszczalne obciążenie : 250 kg.

Odpowiedź: Dopuszcza się stół o opisanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 11. Dot. Część 5.

Jako firma higieniczna importująca dozowniki i podajniki, możemy prosić o wydzielenie poz.

Podajnik na ręcznik papierowy ZZ wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, posiadający okienko do kontroli ilości ręczników (poj. 200szt listków ZZ)
--

Podajnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, posiadający okienko do kontroli , na dwie rolki papieru Jambo
--

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl