



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-40PNU-2022

Olsztyn, dnia 08-07-2022r.

Nazwa zamówieniu publicznego: **Różne implanty ortopedyczne stosowane przy leczeniu kręgosłupa u dzieci.**

Na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Pytanie 1.

Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie z zadania nr 2 poz. 22 (Proteza trzonu do odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego. Materiał tytan, rdzeń protezy o średnicy 12 mm, blokowanie protezy za pomocą blokera – 2 kpl) i utworzy osobny pakiet dla ww. systemu?

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 2.

Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie z zadania nr 2 poz. 9 (Zestaw do stabilizacji krzyżowo – biodrowej – 3 kpl) i utworzy osobny pakiet dla ww. systemu?

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 3.

Czy zamawiający w poz. 22 zadania nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania o poniższych parametrach:

- - możliwość implantacji w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym,
- - konstrukcja modułowa (rdzeń i płytki graniczne) pozwalająca na uzyskanie dużej przestrzeni na wzrost kostny wokół protezy,
- - rdzeń protezy oferuje różnorodność średnicy centralnej obudowy oraz modułowy system płytek granicznych umożliwiających elastyczność w leczeniu z dostępu bocznego, przedniego oraz tylnego – bocznego,
- - rdzeń protezy dostępny w 3 rozmiarach: 13 mm (odcinek szyjny i piersiowo-lędźwiowy), 20 mm i 25 mm (odcinek piersiowo-lędźwiowy),
- - wysokość rdzenia protezy bez płytek granicznych: od 16 mm do 107 mm,
- - budowa rdzenia posiada wieloosiową płytkę graniczną dopasowywującą się do blaszek granicznych trzonu (w zakresie 16 °),
- - średnice płytki granicznej występują w rozmiarach: 13mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm,
- - płytki graniczna o powiększonej podstawie w rozmiarach: szerokość: 20mm, 25mm, długość: 30mm, 35mm, 40mm, 45mm,
- - system płytek granicznych możliwy do założenia od strony głowowej i ogonowej z opcją uzyskania kifozy lub lordozy. Opcje stopniowania płytek granicznych w zakresie 0 °, 8 °, 15 °,
- - blokowanie protezy za pomocą blokera,
- - blokowanie wieloosiowej płytki granicznej za pomocą blokera,
- - w zestawie jedno narzędzie do implantacji, rozszerzania/zwężania i blokowania protezy

W skład zestawu wchodzi:

- płytki graniczna 2 szt
- rdzeń protezy 1 szt
- płytki graniczna o powiększonej podstawie 2 szt

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl

