



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

nr postępowania: SZP-332-46PN-2022

Olsztyn, dnia 20-07-2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę implantów ortopedycznych, materiałów stomatologicznych oraz rękawic diagnostycznych (Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 2022/BZP 00253436/01 z dnia 2022-04-13).

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zadanie 3, 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, że wymaga wyceny zgodnie z jednostkami miary oraz ilościami wynikającymi z Formularza cenowego. Rękawice winny być konfekcjonowane w opakowanie nie większe niż 100 sztuk.

Zadanie 3, 4

Ze względu na ułamkową wartość 1 sztuki rękawic, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, co pozwoli Wykonawcom złożyć konkurencyjne oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sytuacji kiedy jednostką miary jest pojedyncza sztuka dopuszcza możliwość podania ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Zadanie 3 i 4

Zgodnie ze zmianą przepisów prawnych aktualnie obowiązującej Regulacji 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej norma EN 374-3 została wycofana i nie obowiązuje od 05.05.2015 r. Pragniemy zaznaczyć, że od dnia **21 kwietnia 2019** r. wszystkie produktu wprowadzone do obrotu muszą być zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Tym samym posługiwanie się starą



wycofaną normą EN 374-3 jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, a Wykonawca winien przedstawić badania zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Prosimy zatem o wykreślenie ww. normy z opisu przedmiotu zamówienia i dopuszczenie zgodności z normą EN 16523-1 oraz EN ISO 374-1 odnoszących się do przenikalności chemicznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie norm dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że zaoferowane rękawice muszą być zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz, że dopuszcza w zakresie norm wszelkie normy równoważne wymaganym.

Zadanie 3 i 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje rękawic o poziomie AQL 1.0 zapewniającym wyższy poziom ochrony personelu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie wymogi zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Minimalny poziom AQL jakiego oczekuje Zamawiający wynika z wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia normy.

Zadanie 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie rękawic o długości 290 ± 10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic o długości min. 280 mm, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby otwór podawczy opakowania rękawic zabezpieczony był folią o właściwościach antybakteryjnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie oczekuje powyższego. Zamawiający nie precyzuje wyglądu otworu podawczego opakowania rękawic.

Zadanie 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Nadmieniamy, że jedynie tak oznakowane rękawice dopuszczone są do zastosowania w kontakcie z materiałem zakaźnym oraz substancjami chemicznymi i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje aby zaoferowane rękawice były rękawicami medycznymi, diagnostycznymi, zgodnymi z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga powyższego.

Zadanie 4

Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnego poziomu odporności dla 70% alkoholu izopropylowego, który jest składnikiem większości środków do dezynfekcji używanych w placówkach medycznych, potwierdzonych raportem z badań zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie precyzuje powyższego. Zaoferowane rękawice muszą być zgodne z wymogami norm wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

Zadanie 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie do jakich procedur będą stosowane dane rękawice? Czy pod pojęciem rękawic diagnostycznych, oczekuje rękawic pozwalających wykonywać procedury m.in. takie jak kaniulacja naczyń, badanie per rectum, badania laryngologiczne i inne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaoferowane rękawice mają chronić personel medyczny przy wykonywaniu procedur wynikających ze statutowej działalności szpitala. Zaoferowane rękawice muszą być zgodne z wymogami norm wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

Zadanie 4

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III - Typ B (zgodnie z obowiązującymi normami i adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu) oraz wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje aby zaoferowane rękawice były rękawicami medycznymi, diagnostycznymi oraz spełniały wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość podwójnego oznakowania, o którym mowa w powyższym pytaniu.

Zadanie 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby na opakowaniu zamieszczona była informacja o akceleratorach chemicznych (np. tiuramy, ditiokarbaminiany) jak są stosowane w procesie produkcji zgodnie z normą EN 455-3, których śladowe ilości są przyczyną uczuleń u personelu medycznego noszącego rękawiczki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie wymogi, oraz oczekiwania w tym te dotyczące spełniania określonych norm zostały sprecyzowane w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym.

*podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności*

**Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych**

Publikacja na stronie: www.wssd.olsztyn.pl