



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-54PN/2022

Olsztyn, dnia 12-08-2022r.

Dotyczy postępowania: Sprzęt jednorazowy do wykonywania badań i zabiegów naczyniowych -angiografia

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Pytanie 1. Zadanie 3, poz. 4.

Prosimy o dopuszczenie rurki o świetle wewnętrznym 0,110" i długości 112", odcinek dystalny o długości 7"

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie 2. Zadanie 3, poz. 17.

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów: 2,5mm, długości: 10/12/14/20mm;

3,0mm, długości: 12/14/20mm;

3,5mm, długości: 12/14/16/20/25mm;

4,0mm, długości: 12/14/16/20/25/30mm;

4,5mm, długości: 12/14/16/20/25/30/40mm;

5,0mm, długości: 14/16/20/25/30/40mm;

5,5mm, długości: 20/40/50mm;

6,0mm, długości: 20/40/50mm.

Kompatybilny z mikrocewnikiem 021" dla rozmiarów 2,5-3,5mm i 027" dla rozmiarów 3,5-6,0mm.

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź ad. Pytanie nr 1 i nr 2: Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu do zaferowania w zadaniu nr poz. 4 i 17 produktów medycznych o opisanych w pytaniu właściwościach i parametrach.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski

Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl

