



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

nr postępowania: SZP-332-51PNU-2022

Olsztyn, dnia 23-08-2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku - powtórka 2 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2022/S 143-408307 z dnia 27-07-2022r.)

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 1-7, 11 dopuści wycenę opakowań x 100 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary wynikającą z formularza cenowego. Natomiast Wykonawca może zaoferować produkt dowolnie konfekcjonowany, określając wielkość opakowania w kolumnie dotyczącej szczegółowego opisu przedmiotu oferowanego.

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 12, 13 dopuści wycenę opakowań x 500 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary wynikającą z formularza cenowego. Natomiast Wykonawca może zaoferować produkt dowolnie konfekcjonowany, określając wielkość opakowania w kolumnie dotyczącej szczegółowego opisu przedmiotu oferowanego.

poz. 4-7, 12, 13 Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Formularzu cenowym.

poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie przeliczenia strzykawek na opakowania 100szt.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary wynikającą z formularza cenowego. Natomiast Wykonawca może zaoferować produkt dowolnie konfekcjonowany, określając wielkość opakowania w kolumnie dotyczącej szczegółowego opisu przedmiotu oferowanego.

poz. 4 Prosimy o dopuszczenie przeliczenia strzykawek na opakowania 80szt

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary wynikającą z formularza cenowego. Natomiast Wykonawca może zaoferować produkt dowolnie konfekcjonowany, określając wielkość opakowania w kolumnie dotyczącej szczegółowego opisu przedmiotu oferowanego.

Zadanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 4,3 g.





WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 poz. 3 dopuści wycenę przedłużacza o długości 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy bez zatyczek. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 17

Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu składającego się ze szczoteczki z odsysaniem, gąbki, bezalkoholowego preparatu do mycia na bazie chlorhexydyny 0,12% i kieliszka do dozowania płynu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający żel do nawilżania zamiast olejku nawilżającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 19

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 drenu o dł. 25 cm, zamiast 22-23 cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu





WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do złożenia oferty częściowej w następujących poz.: 2, 4, 6, 7, 8, 9.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Formularzu cenowym.

Zadanie nr 20

pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wyłącznie w jednym rozmiarze: 5,0 o dł. 700mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga rurki tracheostomijnej bezftalanowej, silikonowanej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego. Wszelkie wymogi dla przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga rurki tracheostomijnej z oznaczeniem rozmiaru na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego. Wszelkie wymogi dla przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

pozycja 2. Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej bezftalanowej, silikonowanej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego. Wszelkie wymogi dla przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

pozycja 2. Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z oznaczeniem rozmiaru na rurce, łączniku 15mm i baloniku kontrolnym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego. Wszelkie wymogi dla przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

pozycja 2. Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej ze znacznikami głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni, dobrze widocznych pod laryngoskopem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego. Wszelkie wymogi dla przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

pozycja 4 i 5. Czy Zamawiający wymaga prowadnic wzmocnionych, wykonanych z plecionki włókien żywiczych pokrytych medycznym tworzywem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego. Wszelkie wymogi dla przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 23

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 23 rurki intubacyjnej do laseroterapii firmy RUSCH w rozmiarze :4,0 mm i 5,0mm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie





WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 28

Lp. 1 Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia tj. rozmiar elektrody, czy z przewodem czy bez, czy elektroda ma być samoprzylepna

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp. 1 Prosimy o rozwinięcie, co należy rozumieć przez opis „Zatrask przesunięty względem czujnika”?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zatrask winien znajdować się poza częścią lepna elektrody.

Lp. 1 Czy dopuścicie Państwo Jednorazowe Powierzchniowe Elektrody Samoprzylepne TABSM, wyposażone w powierzchnie umożliwiającą podłączenie elektrody za pomocą przewodu typu „krokodylek”, powierzchnia czynna elektrody: 12x20mm, Powierzchnia całkowita elektrody: 14x34 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Formularzu cenowym.

Zadanie nr 31

Czy zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku: długość robocza 180 oraz 230cm, średnica szczęk 1,8mm, 2,3mm, 3,0mm. Łyżeczki z otworami w szczękach oraz z ząbkami na obwodzie, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze, przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancierz szczypiec pokryty tworzywem sztucznym w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce mają być pokryte substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego oraz wyposażone w system markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika: z igłą i bez igły, łyżeczki okrągłe, elipsoidalne oraz pogłębione współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne:

- o śr. narzędzia 1,8 mm, długość robocza 160 cm, łyżeczki owalne gładkie, bez funkcji biopsji stycznych;
- o śr. narzędzia 2,3 mm, długość robocza 160 cm i 230 cm, łyżeczki owalne z ząbkami na obwodzie, z funkcją biopsji stycznych;
- o śr. narzędzia 3,0 mm, długość narzędzia 230 cm, łyżeczki owalne gładkie, bez funkcji biopsji stycznych;





WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

szczypcie w hydrofilnej osłonce bezpiecznej dla kanału endoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy w pakiecie nr 31 nie doszło do omyłki pisarskiej? Zamawiający oczekują szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku o długości roboczej 150 oraz 240 cm, a powinno być odpowiednio 160 i 240 cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Jaka jest minimalna liczba markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego wymagana przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe szczypce biopsyjne z igłą lub bez igły; owalne z okienkiem, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach; średnica szczęk 2,3mm (o długościach 160cm i 230cm), średnica szczęk 3,0mm (o długości 230cm), średnicy szczęk 1,8mm (o długości 120cm i 160cm) pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; współpracujące z kanałem roboczym 2,0mm, 2,8 mm, 3,2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz.1_Prosimy o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych, powleczonych hydrofilnym PE, z łyżkami owalnymi z okienkiem, zapewniającym zwiększoną pojemność, z podwójnym szlifem dla lepszej ostrości, o dł. 160, 180 i 230cm, średnicach 1,8mm oraz 2,3mm, w dwóch wersjach: z igłą i bez igły do wyboru Zamawiającego. Szczypce zapakowane z przyrządem do zdejmowania pobranych próbek. Obszar zastosowania oznaczony graficznie i kolorystycznie na opakowaniu, z markerami głębokości. Konstrukcja umożliwia wykonanie biopsji stycznych, bez systemu cięgieł. Op.=10szt.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz.1_Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych, powleczonych hydrofilnym PE, z łyżkami z ząbkami z okienkiem, zapewniającym zwiększoną pojemność, z podwójnym szlifem dla lepszej ostrości, o dł. 180 i 230cm, średnicach 1,8mm oraz 2,3mm, w dwóch wersjach: z igłą i bez igły do wyboru Zamawiającego. Szczypce zapakowane z przyrządem do zdejmowania pobranych próbek. Obszar zastosowania oznaczony graficznie i kolorystycznie na opakowaniu, z markerami głębokości. Konstrukcja umożliwia wykonanie biopsji stycznych, bez systemu cięgieł. Op.=10szt.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie





WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz.1_Prosimy o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych, powleczonych hydrofilnym PE, z łyżkami owalnymi z okienkiem, zapewniającym zwiększoną pojemność, o dł. 160, 180 i 230cm, 2,3mm, w dwóch wersjach: z igłą i bez igły do wyboru Zamawiającego. Obszar zastosowania oznaczony graficznie i kolorystycznie na opakowaniu. Konstrukcja umożliwi wykonanie biopsji stycznych, bez systemu ciągieł. Op.=10szt.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 33

Poz. 1-5_Prosimy o dopuszczenie, na zasadzie równoważności, zszywek o przekroju okrągłym na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poz. 3_Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 21 mm. Długość trzonu 18 cm. Dwa okrężne rzędy zszywek. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poz. 6_Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler laparoskopowy jednorazowy uniwersalny z artykulacją w ładunku 45 stopni non-stop w obie strony, pozostałe parametry wg SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 35

poz. 1-4: Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 35 pozycję nr 4 do oddzielnego zadania?

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o dopuszczenie materiału kościostępczego z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący właściwości mechaniczne. Produkt nie zmienia właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiada właściwości osteokonduktywne, odbiałczony z białka niekolagenowego.

Wytrzymałość mechaniczna zbliżona do kości korowej. Sposób przechowywania – temperatura pokojowa.

Wymiary odpowiednio:

klin o wymiarach 40/30/15 mm, zamiast 40/25/14 mm

klin o wymiarach 40/30/15 mm, zamiast 40/25/12 mm





klin o wymiarach 40/30/15 mm, zamiast 35/25/12 mm

klin o wymiarach 40/30/10 mm, zamiast 35/25/10 mm

klin o wymiarach 40/30/10 mm, zamiast 35/22/8 mm

blok o wymiarach 40/30/10 mm, zamiast 20/20/30 mm

blok o wymiarach 10/20/20 mm, zamiast 10/20/20 mm

blok o wymiarach 10/10/20 mm, zamiast 10/10/20 mm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Formularzu cenowym.

Dotyczy postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejących zapisów w § 8 umowy na następujące:

„I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo odstąpienia od umowy, strony mogą żądać zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, **w wysokości 0,5 %** wartości brutto brakującej ilości – za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej **w wysokości 1%** wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.

2. Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1 wykazując, że zwłoka w dostawie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę.

3. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, może być podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej **w wysokości 5%** wartości niezrealizowanej części umownej brutto.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy warunków umowy, § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do przedmiotowego paragrafu następującego zapisu:

„(...) ,gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów dostaw określonych w ust. 2., z zastrzeżeniem, iż będzie to co najmniej czwarta zwłoka w okresie jednego miesiąca, *poprzedzona pisemnym i bezskutecznym wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonania umowy.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy warunków umowy, § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do przedmiotowego paragrafu następującego zapisu:

„(...) Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia niedostarczonego przedmiotu umowy u osób trzecich, *wyłącznie po uprzednim pisemnym i bezskutecznym wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonania umowy, (...)*”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy warunków umowy, § 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do przedmiotowego ust, dodatkowego zapisu poniższej treści:





WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy warunków umowy, § 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do przedmiotowego ust, dodatkowego zapisu poniższej treści:

„(...) Zgody takiej nie może jednak bezpodstawnie odmówić.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy warunków umowy, § 8 ust. I. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych odpowiednio:

z 1% na 0,5%, z 5% na 2,5% ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności*

Piotr Wichowski

Kierownik Sekcji zamówień publicznych

Publikacja na stronie: www.wssd.olsztyn.pl

