



# WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

nr postępowania: SZP-332-58PN-2022

Olsztyn, dnia 07-09-2022

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych (Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 2022/BZP 00322985/01 z dnia 2022-08-29).*

**Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

## **Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje emulsji na bazie wosku pszczelego typu olej w wodzie do pielęgnacji wrażliwej, suchej oraz skłonnej do podrażnień skóry rąk i ciała, zawierającej dodatkowo kwas hialuronowy, kolagen, kompleks witamin C, E, F?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wprowadza powyższego wymogu, jednak dopuszcza do oceny emulsję na bazie wosku pszczelego typu olej w wodzie do pielęgnacji wrażliwej, suchej oraz skłonnej do podrażnień skóry rąk i ciała, zawierającej dodatkowo kwas hialuronowy, kolagen, kompleks witamin C, E, F, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Poz. 1 czy zamawiający wymaga aby produkt posiadał badania dermatologiczne i był zarejestrowany jako kosmetyk?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza do oceny produkt posiadający badania dermatologiczne i rejestrację jako kosmetyk, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

poz. 1-2 Czy Zamawiający dla pakietu 1 dopuści gdzie Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wdrożyć w placówce program przestrzegania higieny rąk w otoczeniu pacjenta wg wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wykonawca winien jest dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty, potwierdzające zakres merytoryczny wdrażanego programu w placówce: 1. Elektroniczne urządzenie iPod wraz z aplikacją do rejestracji danych



2. comiesięczne porównawcze raporty monitorujące poziom przestrzegania higieny rąk (podział na grupy zawodowe. momenty)
  3. Materiały multimedialne, z których Wykonawca będzie korzystał podczas szkoleń personelu szpitala:
    - a) Prezentacja multimedialna
    - b) Filmy instruktażowe
    - c) Inne interaktywne narzędzia używane podczas szkoleń
  4. Wizualizacje/Instrukcje stanowiskowe odpowiednich Momentów Higieny Rąk wg WHO, które będą w oryginalnej kolorystyce WHO oraz języku polskim – format A4.
  5. Przykładowy raport (wizualno-tekstowy) pokazujący Zamawiającemu końcowe wyniki dla danych oddziałów, który będzie zawierał:
    - a) Analizę wyników Podstaw samooceny WHO wg poniższych kategorii:
      - Zmiana systemowa
      - Szkolenie i edukacja
      - Ocena i informacja zwrotna
      - Przypominacze w miejscu pracy
      - Klimat instytucjonalnego bezpieczeństwa
    - b) Propozycję działań wspierających zmianę dotychczasowych praktyk (zgodnych z wytycznymi WHO wg powyższych kategorii).
    - c) Analizę wyników bezpośredniego audytu obserwacyjnego WHO wg podziału liczbowego i procentowego na:
      - Grupy zawodowe personelu
      - Momenty, w których personel powinien dezynfekować ręce
  6. Prezentacja multimedialna, przeznaczona dla personelu pracującego na danym oddziale – zawierająca analizę wyników wg powyższego punktu 4.
  7. Certyfikat potwierdzający przeszkolenie przez WHO w zakresie programu i jego wdrażania.
  8. Dostęp do platformy elearningowej (interaktywne szkolenie dla każdego pracownika zakończone imiennym certyfikatem).
- Złożenie przez Oferenta oferty i dokumentów nie spełniających jednego z powyższych punktów, będzie powodem całkowitego odrzucenia z uczestnictwa z tym pakiecie.

**Odpowiedź: Pytanie bezzasadne. Zadanie nr 1 obejmuje tylko jedną pozycję. Opis przedmiotu zamówienia nie precyzuje powyższego.**

### **Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany preparat był bezzapachowy, z możliwością stosowania w profilaktyce przeciwoleżynowej oraz na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych do procedur higieny rąk, o pH 5,5 +/-0,5 ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza do oceny preparat bezzapachowy, z możliwością stosowania w profilaktyce przeciwoleżynowej oraz na**

oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych do procedur higieny rąk, o pH 5,5 +/-0,5, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poz. 1 czy zamawiający wymaga aby produkt posiadał badania dermatologiczne oraz był zarejestrowany jako kosmetyk?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza do oceny produkt posiadający badania dermatologiczne i rejestrację jako kosmetyk, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **Zadanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktów spełniających wymogi wytycznych WHO w zakresie zawartości poszczególnych grup alkoholi - etanol min.80%, izopropanol min.75%.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza produkt spełniający wymogi wytycznych WHO w zakresie zawartości poszczególnych grup alkoholi - etanol min.80%, izopropanol min.75%, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktów, które do wykonania procedury higienicznej dezynfekcji (zgodnie z normą EN1500) nie wymaga podwójnej aplikacji preparatu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania produktu do higienicznej dezynfekcji rąk, zgodnie z normą EN1500. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie w/wym normy dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne opisywanym.**

### **Zadanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktów spełniających wymogi wytycznych WHO w zakresie zawartości poszczególnych grup alkoholi - etanol min.80%, izopropanol min.75%.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza produkt spełniający wymogi wytycznych WHO w zakresie zawartości poszczególnych grup alkoholi - etanol min.80%, izopropanol min.75%, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktów, które do wykonania procedury higienicznej dezynfekcji (zgodnie z normą EN1500) nie wymaga podwójnej aplikacji preparatu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania produktu do higienicznej dezynfekcji rąk, zgodnie z normą EN1500. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie w/wym normy dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne opisywanym.**

Czy Zamawiający w przypadku opakowań 100ml wymaga zaoferowania opakowań produktu o podwójnym sposobie zabezpieczenia opakowania, gwarantującym jego nieotwieranie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza opakowanie produktu o podwójnym sposobie zabezpieczenia opakowania, gwarantującym jego nieotwieranie, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

poz 1 czy zamawiający dopuści preparat o nazwie handlowej Velodes Silk do dezynfekcji rąk ze środkiem zapobiegającym wysuszeniu rąk, z dodatkiem substancji pielęgnacyjnych, posiadający w swoim składzie: etanol oraz propan-2-ol, działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy. Opakowanie 5 l?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania preparat do dezynfekcji rąk ze środkiem zapobiegającym wysuszeniu rąk, z dodatkiem substancji pielęgnacyjnych, posiadający w swoim składzie: etanol oraz propan-2-ol, działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy. Opakowanie 5l.**

poz 2 czy zamawiający dopuści preparat o nazwie handlowej Velodes Silk do dezynfekcji rąk ze środkiem zapobiegającym wysuszeniu rąk, z dodatkiem substancji pielęgnacyjnych, posiadający w swoim składzie: etanol oraz propan-2-ol, działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy. Opakowanie 100 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania preparat dezynfekcji rąk ze środkiem zapobiegającym wysuszeniu rąk, z dodatkiem substancji pielęgnacyjnych, posiadający w swoim składzie: etanol oraz propan-2-ol, działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy. Opakowanie 100 ml**

#### **Zadanie nr 5**

poz. 1 i 2 Prosimy o wyjaśnienie, czy wobec zastosowania produktu w szpitalu i określenia działania przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybiczego, Zamawiający wymaga, by oferowany produkt był zarejestrowany jako wyrób medyczny? Jednocześnie zwracamy uwagę, że tylko wyroby medyczne i leki mają potwierdzone badaniami i gwarantowane przez producenta działanie mikrobójcze. W przypadku kosmetyków nie są wykonywane żadne badania ich skuteczności wobec bakterii czy grzybów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza aby oferowany produkt był zarejestrowany jako wyrób medyczny, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu o nazwie handlowej Esemtan Wash Lotion, użytkowanego obecnie w Państwa placówce. Preparat wykazuje działanie dekontaminujące do mycia ciała i włosów pacjentów. Produkt wskazany do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi. Preparat gotowy do użycia, o przyjemnym zapachu. Bez mydła. Zalecany do skóry wrażliwej i zniszczonej, pH neutralne dla skóry, nie narusza płaszcza ochronnego skóry. Kosmetyk.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza preparat o działaniu dekontaminującym do mycia ciała i włosów pacjentów. Produkt wskazany do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi. Preparat gotowy do użycia, o przyjemnym zapachu. Bez mydła. Zalecany do skóry wrażliwej i zniszczonej, pH neutralne dla skóry, nie narusza płaszcza ochronnego skóry. Kosmetyk, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Zadanie nr 7**

Czy mając na uwadze specyfikę placówki - Szpital Dziecięcy - a co za tym idzie możliwość stosowania produktu u niemowląt i dzieci zamawiający ze względów bezpieczeństwa wymaga zaoferowania produktu o temperaturze zapłonu powyżej 20stC potwierdzonego w ChPL?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza produkt o temperaturze zapłonu powyżej 20stC potwierdzonego w ChPL, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów który nie będzie ograniczał realizację procedur antyseptycznych w ramach uprawnień samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza produkt który nie będzie ograniczał realizacji procedur antyseptycznych w ramach uprawnień samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów nie zawierających alkoholu etylowego który działa mocno dehydratacyjnie (odwadniająco) i może prowadzić do poparzeń chemicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania preparatu, dla którego wymogi zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia spektrum działania preparatu w ChPL i osiąganego podczas pojedynczej aplikacji?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania preparatu, dla którego wymogi zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

poz. 1 W związku iż jednym z wymogów Zamawiającego jest preparat do stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych, czy Zamawiający wymaga pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.**

poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 350 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania produktu pakowanego po 350 ml w ilościach i jednostkach miary wynikających z formularza cenowego.**

#### **Zadanie nr 8**

Czy mając na uwadze specyfikę placówki - Szpital Dziecięcy - a co za tym idzie możliwość stosowania produktu u niemowląt i dzieci zamawiający ze względów bezpieczeństwa wymaga zaoferowania produktu o temperaturze zapłonu powyżej 20stC potwierdzonego w ChPL?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza produkt o temperaturze zapłonu powyżej 20stC potwierdzonego w ChPL, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów który nie będzie ograniczał realizację procedur antyseptycznych w ramach uprawnień samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza produkt który nie będzie ograniczał realizacji procedur antyseptycznych w ramach uprawnień samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów nie zawierających alkoholu etylowego który działa mocno dehydratacyjnie (odwadniająco) i może prowadzić do poparzeń chemicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania preparatu, dla którego wymogi zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia spektrum działania preparatu w ChPL i osiąganego podczas pojedynczej aplikacji?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania preparatu, dla którego wymogi zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Zadanie nr 9**

Czy mając na uwadze specyfikę placówki - Szpital Dziecięcy - a co za tym idzie możliwość stosowania produktu u niemowląt i dzieci zamawiający ze względów bezpieczeństwa wymaga zaoferowania produktu o temperaturze zapłonu powyżej 20stC potwierdzonego w ChPL?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza produkt o temperaturze zapłonu powyżej 20stC potwierdzonego w ChPL, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów który nie będzie ograniczał realizację procedur antyseptycznych w ramach uprawnień samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza produkt który nie będzie ograniczał realizacji procedur antyseptycznych w ramach uprawnień samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów nie zawierających alkoholu etylowego który działa mocno dehydratacyjnie (odwadniająco) i może prowadzić do poparzeń chemicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania preparatu, dla którego wymogi zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia spektrum działania preparatu w ChPL i osiąganego podczas pojedynczej aplikacji?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego. Wszelkie wymogi dla przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 350 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania produktu pakowanego po 350 ml w ilościach i jednostkach miary wynikających z formularza cenowego.**

### **Zadanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Mediquick? Parametry według załączonej ulotki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do oceny dopuści każdy preparat, którego parametry i skład są zgodne z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat Mikrozyd AF Liquid konfekcjonowany w opakowaniach 1L i 10L?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do oceny dopuści każdy preparat, którego parametry i skład są zgodne z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w poz. nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu w opakowaniach 10 litrowych.**

poz. 1-2 Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści program gdzie Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć w czasie miesiąca od podpisania umowy program monitorującego poziom higieny szpitalnej bazującego na wytycznych Centers for Disease Control and Prevention. W skład programu mają wchodzić następujące wymagania:

1. Żel fluorescencyjny jednorazowego użytku w ilości min. 40 szt. miesięcznie
2. Elektroniczne urządzenie oparte na systemie IOS do rejestracji danych wraz z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą zbieranie i przesyłanie danych.
3. Wykonanie audytów wstępnych na poszczególnych oddziałach
4. Sporządzenie raportu po audycie, który będzie zawierał:
  - Efektywności sprzątania w % mierzona zgodnie z wytycznymi CDC
  - Pomiar czasu pracy personelu sprzątającego w rozkładzie na wszystkie dzienne aktywności
  - Propozycje zmian w celach podniesienia efektywności sprzątania
5. Dostęp do portalu klienta z dostępem do porównawczych raportów monitorujących poziom higieny szpitalnej (podział na oddziały, wybrane powierzchnie, audytorów)
6. Profesjonalne szkolenia praktyczne z zakresu higieny powierzchni (min 10 na rok zgodnie z ustalonym harmonogramem)
7. Dostęp do platformy e-learningowej z szkoleniem z prawidłowych technik sprzątania,
8. Materiały marketingowe np. plansze często dotykane powierzchnie (plany higieny, procedury sprzątania przedstawione w sposób graficzny, tablice dozowania

Operatorem programu będzie pracownik szpitala wskazany przez Zamawiającego. Czas trwania monitoringu poziomu higieny szpitalnej zgodny z okresem trwania wykonywanej usługi.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje na zaoferowanie produktu zgodnego z opisem zawartym w Formularzu cenowym będącym załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla danego zadania.**

poz. 1-2 Czy Zamawiający wymaga aby program wdrażany przez Wykonawcę aby był zgodny z wytycznymi CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza aby program wdrażany przez Wykonawcę był zgodny z wytycznymi CDC (Centers for Disease Control and Prevention), przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

poz. 1-2 Czy Zamawiający oczekuje żelu fluorescencyjnego jednorazowego użytku. Produkt wielorazowego użytku powoduje przenoszenie się mikroorganizmów z miejsca na miejsce.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje na zaoferowanie produktu zgodnego z opisem zawartym w Formularzu cenowym będącym załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla danego zadania.**

Poz 1 i 2 czy zamawiający wymaga aby preparat posiadał pozytywna opinię centrum Zdrowia Dziecka? Biorąc pod uwagę, że Zamawiając jest Szpitalem Dziecięcym produkty używane w placówce powinny posiadać pozytywne opinie instytucji, które to opiniują środki używane w placówkach z bliskim otoczeniu dzieci?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego. Wszelkie wymogi dla przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy zamawiający w zadaniu 11 dopuści w ramach umowy oraz cenie umowy Zamawiający wymaga wdrożenia w czasie miesiąca od podpisania umowy programu monitorującego poziom higieny powierzchni szpitalnych. Wymagania dotyczące programu monitorującego poziom higieny: zapewnienie przez okres obowiązywania umowy znaczników fluorescencyjnych 2 kompletów: atomizer, latarka UV, mobilnego urządzenia do obsługi aplikacji. Pozostałe wymagania zgodnie z swz

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie wymogi dla przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzu cenowym dla danego zadania.**

## **Zadanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat Mikrozyd Sensitive Liquid, użytkowany obecnie w Państwa placówce. Jest to bezalkoholowy gotowy do użycia preparat, na bazie mieszaniny 3 różnych czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, wyposażenia, bezpieczny dla powierzchni ze szkła akrylowego (np. inkubatory) i wrażliwych tworzyw sztucznych (np. głowice sond ultradźwiękowych), stołów operacyjnych, powierzchni przyrządów medycznych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Skuteczny wobec: B, MRSA, F (C.albicans), V (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV 40) – 1min., Tbc (M.terrae), V (Noro) –

15min. Opakowania 1L ze spryskiwaczem i 5L. Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Wyrób medyczny kl. IIa.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania bezalkoholowego gotowego do użycia preparatu, na bazie mieszaniny 3 różnych czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, wyposażenia, bezpieczny dla powierzchni ze szkła akrylowego (np. inkubatory) i wrażliwych tworzyw sztucznych (np. głowice sond ultradźwiękowych), stołów operacyjnych, powierzchni przyrządów medycznych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Skuteczny wobec: B, MRSA, F (C.albicans), V (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV 40) – 1min., Tbc (M.terrae), V (Noro) – 15min. Opakowania 1L ze spryskiwaczem i 5L. Preparat posiadający możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Wyrób medyczny kl. IIa.

### **Zadanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Enzymex L9, wykazujący działanie do 15 min. przy znacznie bardziej ekonomicznym stężeniu 0,5%, posiadający aktywność roztworu roboczego nieużywanego przez 14 dni, a używanego obciążonego biologicznie przez cały dzień roboczy? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Zadanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Enzymex L9, wykazujący działanie do 15 min. przy znacznie bardziej ekonomicznym stężeniu 0,5%, posiadający aktywność roztworu roboczego nieużywanego przez 14 dni, a używanego obciążonego biologicznie przez cały dzień roboczy? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu wykazującego działanie do 15 min. przy stężeniu 0,5%, posiadającego aktywność roztworu roboczego nieużywanego przez 14 dni, a używanego obciążonego biologicznie przez cały dzień roboczy, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w ilości 25 opakowań 5 litrowych.

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), chlorku didecyldimetyloamoniowego i aminy do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki –

zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, posiadający potwierdzone badaniami wg normy TS 6773 brak efektu korozji, możliwość użycia w ciągu 7 dni, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 5L ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), chlorku didecyldimetyloamoniowego i aminy do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B- zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadającego w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, posiadający potwierdzone badaniami wg normy TS 6773 brak efektu korozji, możliwość użycia w ciągu 7 dni, zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 5L w ilości 25 opakowań. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie w/wym norm dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne opisywanym.**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat Gigazyme X-tra przebadany w zakresie spektrum: B (EN 13727, EN 14561) F (EN 13624, EN 14562), V (BVDV, Vaccinia)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu przebadanego w zakresie spektrum: B (EN 13727, EN 14561) F (EN 13624, EN 14562), V (BVDV, Vaccinia), przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza wszelkie normy równoważne wyżej opisywanym.**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający zapisy SWZ, który wykazuje szerokie spektrum mikrobójcze wobec: B, F(candid), Tbc (M.Terrae i M.Avium), V (wirusy osłonione, Vaccina, Rota i noro) w czasie 15 minut przy stężeniu 1%.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu, który wykazuje szerokie spektrum mikrobójcze wobec: B, F(candid), Tbc (M.Terrae i M.Avium), V (wirusyosłonione, Vaccina, Rota i noro) w czasie 15 minut przy stężeniu 1% w ilości 50 opakowań 5 l, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści preparat o niższym stężeniu, spełniający wymagania SWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odpowiedź: Zamawiając informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Zadanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), chlorku didecylodimetyloamoniowego i aminy do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, posiadający potwierdzone badaniami wg normy TS 6773 brak efektu korozji, możliwość użycia w ciągu 7 dni, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 5L ?

**Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie oczekuje na zaferowanie produktu zgodnego z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 15 dopuści preparat spełniający zapisy SWZ o pojemności 1 l z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie wymaga zaferowania produktu w opakowaniach max. 2litrowych, zatem w zakresie pojemności przedmiotowe pytanie jest bezzasadne. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga wyceny zgodnie z jednostką miary i w ilościach określonych w Formularzu cenowym.**

#### **Zadanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w opakowanie 1,5 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza preparat konfekcjonowany w opakowanie 1,5 kg, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Zadanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, konfekcjonowane w opakowaniach 100 sztuk, po przeliczeniu ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza do oceny chusteczki na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, konfekcjonowane w opakowaniach 100 sztuk, po przeliczeniu ilości, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie mieszaninę czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów chloru, fenolu, spektrum działania przebadane zgodnie z normami dla obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans,, Tbc (M.terrae), V (Adeno, Polio i Noro) do 1 minuty, Pozytywna opinia producentów urządzeń ultrasonograficznych – Sonoscape. Opakowanie (tuba) zawierająca 100 sztuk chusteczek z przeliczeniem ilości op., zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie mieszaninę czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów chloru, fenolu, spektrum działania przebadane zgodnie z normami dla obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans,, Tbc (M.terrae), V (Adeno, Polio i Noro) do 1 minuty, Pozytywna opinia producentów urządzeń ultrasonograficznych – Sonoscape. Opakowanie (tuba) zawierająca 100 sztuk chusteczek z przeliczeniem ilości op., zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa**

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o nazwie handlowej Mikrozyd Sensitive Wipes, których wymiary pojedynczej chusteczki to 20x20cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do oceny dopuści każdy produkt spełniający wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza chusteczki w rozmiarze 20 x 20 cm.**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ze względu na określenie parametrów jakościowych (m.in. spektrum działania), wymaga zaoferowania produktów, które są wytwarzane według standardu GMP (jakość farmaceutyczna, kontrola czystości mikrobiologicznej na etapie produkcji), zapewniającego wyższy poziom bezpieczeństwa w procesie produkcji.

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o wymiarach 20x20cm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, jednak dopuszcza produkty, które są wytwarzane według standardu GMP (jakość farmaceutyczna, kontrola czystości mikrobiologicznej na etapie produkcji), zapewniającego wyższy poziom bezpieczeństwa w procesie produkcji. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza chusteczki w rozmiarze 20 x 20 cm, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający w Zadaniu 18 dopuści chusteczki konfekcjonowane po 100 szt. w tubie z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Prosimy o dopuszczenie chusteczek o wymiarach 20 cm x 20 cm spełniających wszystkie pozostałe kryteria Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chusteczek w rozmiarze 20 x 20 cm, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **Do treści umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a niedostarczonego towaru - z winy wykonawcy w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 2,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 8ust.4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

*podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności*

**Piotr Wichowski**  
**Kierownik Sekcji zamówień publicznych**