



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-55PNU-2022

Olsztyn, dnia 04-10-2022r.

Nazwa zamówieniu publicznego: **Wyposażenie medyczne na doposażenie pomieszczeń szpitalnych realizowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19**

Na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Zadanie nr 22 - ZESTAW WIDEOENDOSKOPÓW Z TOREM WIZYJNYM – 1 KPL, Pozostałe, pkt. 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanego kompaktowego toru wizyjnego w Zadaniu nr 22, pkt 1- przenośnego, zintegrowanego toru wizyjnego składającego się z monitora oraz posiadającego dwa gniazda do podłączania giętkich wideoendoskopów intubacyjnych?

Odpowiedź: Dopuszcza się proponowaną funkcję, parametr urządzenia.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanego zintegrowanego monitora w Zadaniu nr 22, pkt 3 - ekran dotykowy o przekątnej 8 cali oraz dodatkowo monitor medyczny, zewnętrzny o wymiarach 27 cali posiadający rozdzielczość obrazu w standardzie FullHD 1920 x 1080?

Odpowiedź: Dopuszcza się proponowaną funkcję, parametr urządzenia.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanego kompaktowego toru wizyjnego w Zadaniu nr 22, pkt 4 -, tor wizyjny bez wbudowanego źródła światła- nie jest ono konieczne, gdyż każdy z wideoendoskopów posiada zintegrowane źródło światła w odcinku dystalnym?

Odpowiedź: Dopuszcza się proponowaną funkcję, parametr urządzenia.

4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 22, pkt 5 - wyjście sygnału HDMI?

Odpowiedź: Dopuszcza się proponowaną funkcję, parametr urządzenia.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce opisanego w Zadaniu nr 22, pkt 6 urządzenia - przenośny zintegrowany tor wizyjny wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive oraz gniazdo karty pamięci SD?

Odpowiedź: Dopuszcza się proponowaną funkcję, parametr urządzenia pod warunkiem dołączenia do urządzenia w zestawie karty pamięci SD minimum 2 szt. o poj. 72GB każda i PenDrive o poj.



CERTYFIKAT 2021/1



ISO 9001:2015



Minimum 72GB lub dysku zewnętrznego o poj. minimum 140GB.

6. Czy Zmawiający dopuści w Zadaniu nr 22, pkt 7 w miejsce wstępnie opisanego kompaktowego toru wizyjnego - tor wizyjny bez wbudowanego gniazda sieciowego?

Odpowiedź: Dopuszcza się brak gniazda sieciowego w urządzeniu..

7. Czy Zmawiający dopuści w miejsce wstępnie opisanego kompaktowego toru wizyjnego w Zadaniu nr 22, pkt 8 - tor wizyjny, który posiada gniazdo karty pamięci SD i kartę SD będących pamięcią urządzenia oraz umożliwiających zapis przebiegu intubacji w postaci zdjęć i filmów wideo?

Odpowiedź: Dopuszcza się proponowaną funkcję, parametr urządzenia, pod warunkiem opisanym ad. pkt 5 ww.

8. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie funkcji opisanej wstępnie w Zadaniu nr 22, pkt 10.

Odpowiedź: Dopuszcza się brak formy parametru urządzenia pod warunkiem alternatywnego rozwiązania zapisu danych pacjenta w celu identyfikacji zapisu badania.

9. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanego w Zadaniu nr 22, pkt 11 - urządzenia posiadającego możliwość zapisu zdjęć oraz filmów w podanych formatach na karcie SD dołączonej do urządzenia?

Odpowiedź: Dopuszcza się proponowaną funkcję, parametr urządzenia. Zapis FTP na serwerze sieciowym nie jest wymagany. Patrz również odpowiedź ad. pkt 5 ww.

10. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie funkcji opisanej wstępnie w Zadaniu nr 22, pkt 12

Odpowiedź: Dopuszcza się brak w urządzeniu funkcji pkt 12.

Upoważnia się wykonawców do wprowadzenia zmian w treści SWZ wyłącznie w zakresie wprowadzonej modyfikacji.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl

