



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-61PNU-2022

Olsztyn, dnia 06-10-2022r.

Nazwa zamówienia publicznego: **Wyposażenie medyczne na doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie**

Na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Zadanie nr 3

Pytanie 1 – dotyczy: **Załącznik nr 2 do SWZ OPZ, Załącznik nr 1 Formularz ofertowy pkt 3.1**

W przypadku oferowanego przez nas urządzenia głównego tj. sekwenatora podstawowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest uwzględniony w cenie urządzenia, natomiast gwarancja na dalszy okres eksploatacji oferowana jest dodatkowo. Urządzenie objęte jest 8% stawką VAT, natomiast dodatkowa gwarancja 23% stawką VAT. Ponadto wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia akcesoria dodatkowe, w tym odczynniki oraz urządzenia o charakterze naukowo-badawczym także objęte są 23% stawką VAT. Czy Zamawiający zaakceptuje, że powyższe składowe będą objęte różnymi stawkami VAT oraz będą wyszczególnione w oddzielnych pozycjach w formularzu ofertowym oraz na fakturze końcowej?

Odpowiedź: VAT i jego stawki są po stronie Wykonawcy. W ofercie należy podać łączną kwotę podatku VAT bez wyszczególniania jego składowych w %.

Pytanie 2 – dotyczy: **Załącznik nr 2 do SWZ OPZ**

Czy Zamawiający zaakceptuje, że zaoferowane urządzenia będą fabrycznie nowe, urządzenie główne tj. sekwenator NGS będzie wyprodukowane w 2022 roku, natomiast pozostałe urządzenia stanowiące jego wyposażenie dodatkowe (tj. akcesoria dodatkowe niezbędne w procesie przygotowania bibliotek oraz narzędzia do późniejszej analizy uzyskiwanych danych) będą pochodziły z bieżącej produkcji, jednak nie będą starsze niż z 2021 roku?

Odpowiedź: Dopuszcza się proponowane rozwiązania opisane w pytaniu.

Pytanie 3 – dotyczy: **Załącznik nr 2 do SWZ OPZ**

Prosimy o doprecyzowanie czy wskazane przez Zamawiającego parametry tj. *Nazwa i typ aparatu, Producent oraz Przeznaczenie aparatu* wymagane są tylko w zakresie urządzenia głównego czyli sekwenatora czy również dla pozostałych urządzeń stanowiących akcesoria dodatkowe?

Odpowiedź: Tak, dotyczą urządzenia głównego.

Pytanie 4 – dotyczy: **Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt I) WYMAGANIA OGÓLNE ppkt 10**



Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia zapewniającego dokładność odczytu Q30 na poziomie $\geq 80\%$ dla ustandaryzowanej biblioteki testowej producenta w trybie sparowanych końców dla długości odczytu 2×150 bp?

Odpowiedź: Dopuszcza się opisany w pytaniu parametr urządzenia.

Pytanie 5 – dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt I) WYMAGANIA OGÓLNE ppkt 14

Prosimy o doprecyzowanie, czy wyspecyfikowane przez Zamawiającego minimalne parametry graniczne komputera sterującego dotyczą zintegrowanego komputera sterującego z wbudowanym ekranem dotykowym z ppkt 13?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6 - dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt I) WYMAGANIA OGÓLNE ppkt 19 oraz 20

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia jednego czy dwóch kompletów separatora magnetycznego wraz z adapterem do probówek typu „strip”? Oba wiersze tabeli wskazują identyczne wymogi.

Odpowiedź: Wymagamy dostarczenia jednego kompletu. Drugi wpis w poz. 20 jest omyłkowy.

Pytanie 7 - dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt II) POZOSTAŁE ppkt 1

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim wyłącznie dla sekwenatora NGS w formie papierowej i elektronicznej, natomiast dla modułów/urządzeń stanowiących wyposażenie sekwenatora w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej?

Odpowiedź: Tak. Wyraża się zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8 - dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt II) POZOSTAŁE ppkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie okresu gwarancji dla urządzenia głównego – sekwenatora oraz dla wytrząsarki do 24 miesięcy, a dla pozostałych urządzeń dopuści gwarancję 12 miesięcy?

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na zmianie okresu gwarancji z 36 na 24 miesiące dla sekwentora i wytrząsarki, a na pozostałe urządzenia - 12 miesięcy.

Pytanie 9 - dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt II) POZOSTAŁE ppkt 3

Z uwagi na ogromną dynamikę rozwoju urządzeń do sekwencjonowania producenci tychże urządzeń nie deklarują tak długiego, jak wymagany czasu dostępności części zamiennych dla produkowanych urządzeń. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego czasu dostępności części zamiennych do 5 lat od daty dostawy.

Odpowiedź: Dopuszcza się skrócenie okresu dostępności do 5 lat.

Pytanie 10 - dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt II) POZOSTAŁE ppkt 3

Prosimy o modyfikację zapisu na następujący:

„Wykonawca zapewnia trwałość produktu i gwarancję proponowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuje naprawę lub w przypadku trzykrotnej awarii z tej samej przyczyny - zmianę danego modułu wyrobu.”

Odpowiedź: W przypadku wystąpienia czterokrotnej awarii tego samego, istotnego podzespołu, (w szczególności generator, detektor, układ zasilania, panel sterowania powodujących wyłączenie aparatu z eksploatacji) urządzenie podlega wymianie na nowe egzemplarz wolny od wad w terminie do 30 dni liczonych od dnia ujawnienia czwartej kolejnej awarii.

Pytanie 11 - dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt II) POZOSTAŁE ppkt 5

W przypadku oferowanych przez nas urządzeń nie jest prowadzona procedura optymalizacji urządzeń pod kątem zużycia energii (nie jest możliwe to technicznie). Ponadto Producent nie przewidział procedur/instrukcji instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź: Odstępuje się od wymogu wobec zad. Nr 3

Pytanie 12 - dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt II) POZOSTAŁE ppkt 6, Załącznik nr 4 do SWZ Projekt umowy §1

Zgodnie z SWZ system do sekwencjonowania NGS jest urządzeniem medycznym, natomiast wymagane do niego akcesoria dodatkowe mają charakter naukowo-badawczy. W związku z powyższym prosimy o:

- ograniczenie zapisu ppkt 6 w Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt II) POZOSTAŁE wyłącznie do sekwenatora
- odpowiednią modyfikację zapisu §1 w projekcie umowy

Odpowiedź: Wymóg dotyczy wyłącznie wyrobów i urządzeń towarzyszących, wobec których istnieje ustawowy obowiązek rejestracji jako wyrób medyczny. W przypadku braku takiego warunku, nie jest wobec tych urządzeń lub jego elementów (np. sprzęt IT i oprogramowanie systemowe) wymagany dokument potwierdzający wyrób medyczny.

Pytanie 13 - dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt II) POZOSTAŁE ppkt 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby gwarantowany czas reakcji serwisu wynosił 48 h, jednak uwzględniał zastosowanie zdalnej diagnozy i obejmował wyłącznie dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)? Dla oferowanych przez nas urządzeń w wielu przypadkach zdalna diagnoza jest wystarczająca do określenia rodzaju usterki i zamówienia potrzebnych części do wykonania naprawy, a osobista wizyta nie jest konieczna na etapie diagnozowania usterki. Wymóg postawiony przez Zamawiającego nie przyspiesza samej naprawy natomiast zwiększa koszt samego kontraktu.

Odpowiedź: Dopuszcza się opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie 14 - dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt II) POZOSTAŁE ppkt 11

Prosimy o zmianę wymogu maksymalnego czasu naprawy bez użycia części zamiennych na 14 dni roboczych oraz na 21 dni roboczych (w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych zza granicy), liczonych od momentu podjęcia naprawy.

Prosimy o modyfikację zapisu na następujący: „W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 14 dni roboczych Wykonawca umożliwi Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia reakcji sekwencjonowania na urządzeniu o parametrach nie gorszych niż oferowane”.

Odpowiedź: Dopuszcza się opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie 15 - dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt II) POZOSTAŁE ppkt 11, Załącznik nr 2 do SWZ Objasnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt 4

Zamawiający wymaga w SWZ dostawy różnego typu urządzeń w obrębie jednego zadania. Obok urządzenia głównego – sekwenatora wymagane są akcesoria dodatkowe niezbędne w procesie przygotowania bibliotek oraz narzędzia do późniejszej analizy uzyskiwanych danych. Pragniemy zwrócić uwagę, że cena sekwenatora NGS znacząco przekracza cenę pozostałych urządzeń. Urządzenia te są wytwarzane przez zupełnie różnych Producentów. W praktyce wymóg postawiony przez Zamawiającego uniemożliwia lub w znaczącym stopniu utrudnia złożenie oferty przez jednego Wykonawcę, gdyż Producenci oferowanych urządzeń są reprezentowani przez różne firmy. Tylko bezpośredni przedstawiciele Producenta posiadają autoryzację. W przypadku zadania zawierającego grupę różnych urządzeń nie jest możliwe, aby jeden dostawca posiadał autoryzację na wszystkie wymagane urządzenia. Prosimy o ograniczenie autoryzacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na terenie Polski wyłącznie do urządzenia głównego - sekwenatora.

Odpowiedź: Dopuszcza się opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie 16 - dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt II) POZOSTAŁE ppkt 14

Czy Zamawiający zamiast wskazywania przez Wykonawcę numeru, daty oraz nazwy wystawcy dokumentu CE dopuści dołączenie ww. dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Dopuszcza się opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie 17 - dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Objasnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt 1

Czy Zamawiający jako materiały opisowe pochodzące od producenta dopuści informacje ze strony internetowej Producenta lub karty katalogowe produktu zawierające informację w języku angielskim?

Odpowiedź: Dopuszcza się opisane w pytaniu rozwiązanie.

Pytanie 18 - dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ Projekt umowy §2 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 16.12.2022. Mimo dołożenia wszelkich starań w celu zrealizowania jak najszybszej dostawy mogą wystąpić problemy z dostępnością urządzeń u producenta, będące wynikiem długofalowych opóźnień w dostawach surowców.

Odpowiedź: Dopuszcza się termin realizacji do 07-12-2022r.

Pytanie 19 - dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ Projekt umowy § 6 ust 1c)

Zwracamy się z prośbą o zmianę poziomu kary umownej za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy do 0,2% ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego pisemnie) na dostarczenie przedmiotu umowy, którego zwłoka dotyczy.

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 20 - dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ Projekt umowy § 6 ust 1d)

Zwracamy się z prośbą o zmianę poziomu kary umownej za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji i rękojmi do wysokości 0,2% ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na reakcję serwisu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu:

„Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy.”

na następujący:

„Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku umożliwienia Zamawiającemu w czasie naprawy analizy na urządzeniu zastępczym.”

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytanie 21 - dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ Projekt umowy §7 ust 2 pkt 1

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

„gdy termin określony w § 2 zostanie przekroczony o 14 dni (przepisy z § 6 mają zastosowanie)”

na następujący:

„gdy termin określony w § 2 zostanie przekroczony o 14 dni roboczych (przepisy z § 6 mają

zastosowanie)”

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Upoważnia się wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SWZ wyłącznie w zakresie, który dotyczy dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD