

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**1. Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu: 0 (..) tel. kom.*

Numer faksu: 0 (....)

Numer REGON:

Numer NIP:

Nr rachunku rozliczeniowego

Godziny urzędowania

2. Dane dotyczące Zamawiającego**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie**

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn

NIP 739-29-54-843**Regon 000295580****3. Zobowiązania wykonawcy**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym **Materiały i narzędzia do wykonywania sterylizacji gazowej i parowej** Nr sprawy: SZP-332-17KO/2023, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

3.1 Cena oferty

Zadanie numer	Cena netto zł.	Podatek VAT w zł.	Stawka VAT %	Cena brutto zł
1				
2.				
3 itd				

/wpisać kwotę łączną za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/

4. Oświadczam, że:

- 4.1 Wykonam zamówienie publiczne w okresie wymaganym w SWZ .
 4.2 Dostawy przedmiotu zamówienia nie przekroczą terminów wymaganych w SWZ przez Zamawiającego.
 4.3 Akceptuję termin płatności faktur określony w SWZ.
 4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez Zamawiającego w SWZ.
 4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów i reklamacji pisemnie - nr faksu i adres

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym

- Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :
tel. kontaktowy..... mail:
 ► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
tel. kontaktowy.....mail, :

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej* /skreślić jeśli nie dotyczy/

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

SZP-332-17PN-2023

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

do zawarcia umowy

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia.

- 7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- 7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
- 7.3. Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.
- 7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty **nie**** będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr zadania i pozycje w zadaniu)
- 7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:

.....
.....itd.

9. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

.....
.....

10. Inne informacje wykonawcy:

.....
.....

11. Oferta zawiera, łącznie z załącznikamistron.

.....

Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

miejscowość i data

* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.

****Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązkowi podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:**

- potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),
- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2.

Do oferty załączyć tylko ofertowany zakres z załącznika nr 2.

Zadanie nr 1

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, zintegrowany test chemiczny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134°C/5 min. i 121°C/16 min., odpowiadający typ 5 wg PN EN ISO11140- 1 lub równoważne z przesuwalną substancją wskaźnikową, jednoznaczny odczyt. Wymaga się, aby oferowany test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych. – Testy mają umożliwiać dokumentowanie cyklu.	Szt.	3 000					
2	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny typ 4 wg PN EN ISO11140- 1 lub równoważne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną – Testy mają umożliwiać dokumentowanie cyklu.	Szt.	500					
3	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik skuteczności procesu – wskaźnik zintegrowany typ 5 wg PN EN ISO11140- 1 lub równoważne dla sterylizatorów na tlenek etylenu wszystkich rodzajów- typów – 100% EO, mieszaniny z hydroxyfreonem lub CO2. – Testy mają umożliwiać dokumentowanie cyklu.	Szt.	200					
4	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny typ 4 wg PN EN ISO11140- 1 lub równoważne /do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu. – Testy mają umożliwiać dokumentowanie cyklu.	Szt.	8 000					
5	Test typu Bowie & Dick'a o parametrach 3,5-4 min., 134° C, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, w postaci paska testowego z przesuwalną substancją wskaźnikową, kompatybilny z przyrządem testowym PCD. Zgodny z normą PN EN ISO 11140- 1, typ 2 lub równoważne. Testy mają	Szt.	500					

	umożliwić wychwycenie wad sterylizatora.							
6	Przyrząd testowy PCD kompatybilny z testami: typu Bowie & Dick'a, typ 5, typ 4 oraz ampułkowymi testami biologicznymi do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. Przyrząd zgodny z normami ISO 11140- 1 lub równoważne.. Wymaga się, aby oferowany przyrząd PCD był wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym.	Szt.	2					
RAZEM								

Zadanie nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w temperaturze procesu oraz z określeniem warunków zabicia w temperaturze 121°C i 134°C, o czasie inkubacji 24/48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138 lub równoważne., nazwa podana na każdej fiołce testu. <i>Odczyt skuteczność procesu sterylizacji ma być nie dłuższy niż 24 godz.</i>	Szt.	600					
2	Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu o czasie inkubacji 24/48 godz. w temperaturze 35°C – 40°C, zawierające spory B. atrophaeus - zgodnie z normą ISO 11138 lub równoważne., nazwa podana na każdej fiołce testu. <i>Odczyt skuteczność procesu sterylizacji ma być nie dłuższy niż 48 godz.</i>	Szt.	300					
RAZEM								

Zadanie nr 3

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Taśma przyklepna z indykatorem parowym - dług. 50-	Szt.	49					

	55mb szer. 19mm (+/- 1mm) – wyrób medyczny.							
2	Taśma przylepna bez indykatora - dług. 50-55 mb szer. 19mm (+/- 1mm) – wyrób niemedyczny.	Szt.	336					
Razem								

Zadanie nr 4

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Etykiety bez wskaźnika procesu sterylizacji, podwójnie przylepne – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania, wym. 29 x 28mm, posiadające minimum 5 miejsc informacyjnych, taśmy po minimum 500 etykiet w rolce, kompatybilne z metkownicą 3-rzędową- alfa- numeryczną Printex – wyrób niemedyczny	rolka	300					
2	Metkownica 3-rzędowa - alfa-numeryczna Printex kompatybilna z etykietami (ww poz. 1) wyrób niemedyczny	Szt.	1					
3	Walek barwiący do metkownicy trzyrzędowej kompatybilny z poz. 2. wyrób niemedyczny	Szt.	10					
Razem								

Zadanie nr 5

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Test kontroli procesów mycia w myjni- dezynfektorze zawierający syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 lub równoważne.	Szt.	2 400					
2	Test kontroli dezynfekcji termicznej- 90°C /5 min.	Szt.	800					
3	Uchwyt do testów kontroli mycia w myjni- dezynfektorze, kompatybilny z testami poz. 1 ww.	Szt.	2					
Razem								

Zadanie nr 6

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość	Nazwa producenta
------	----------------------------	-------	-------	------------	---------------	-------------	---------	------------------

		miary					brutto	i nr katalogowy
1	Papier do sterylizacji 1200mm/1200mm (kolor biały)	Szt.	500					
2	Papier do sterylizacji 1000mm/1000mm (kolor biały)	Szt.	500					
3	Papier do sterylizacji 900mm/900mm (kolor biały)	Szt.	500					
4	Papier do sterylizacji 750mm/750mm (kolor biały)	Szt.	500					
5	Papier do sterylizacji 600mm/600mm (kolor biały)	Szt.	2 500					
6	Włóknina do sterylizacji 1200mm/1200mm (kolor niebieski 1000szt. i zielonym1000szt.)	Szt.	2 000					
7	Włóknina do sterylizacji 1000mm/1000mm (kolor niebieski 1000szt. i zielonym 1000szt.)	Szt.	2 000					
8	Włóknina do sterylizacji 900mm/900mm (kolor niebieski 1000szt. i zielonym1000szt.)	Szt.	2 000					
9	Włóknina do sterylizacji 750mm/750mm (kolor niebieski 1000szt. i zielonym 1000szt.)	Szt.	2 000					
10	Włóknina do sterylizacji 600mm/600mm (kolor niebieski lub zielonym)	Szt.	2 500					
Razem								

Zadanie nr 7

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Rękaw foliowo –papierowy 50mm/200m (folia minimum pięciowarstwowa)	Szt.	3					
2	Rękaw foliowo –papierowy 75mm/200m (folia minimum pięciowarstwowa)	Szt.	50					
3	Rękaw foliowo –papierowy 100mm/200m (folia minimum pięciowarstwowa)	Szt.	40					

4	Rękaw foliowo –papierowy 120-125mm/200m (folia minimum pięciowarstwowa)	Szt.	10					
5	Rękaw foliowo –papierowy 150mm/200m (folia minimum pięciowarstwowa)	Szt.	24					
6	Rękaw foliowo –papierowy 200mm/200m (folia minimum pięciowarstwowa)	Szt.	34					
7	Rękaw foliowo –papierowy 250mm/200m (folia minimum pięciowarstwowa)	Szt.	20					
8	Rękaw foliowo –papierowy 300mm/200m (folia minimum pięciowarstwowa)	Szt.	30					
9	Rękaw foliowo –papierowy 350mm/200m (folia minimum pięciowarstwowa)	Szt.	2					
Razem								

Uwaga. Dot. zadania nr 7 Wykonawca zapewni, bezpłatnie użyczenie, na czas trwania umowy, zgrzewarkę rotacyjną do rękawów papierowo- foliowych.

Zadanie nr 8

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Papierowe wkładki absorpcyjne 250mm/300mm (+/- 50mm) – wyrób medyczny lub niemedyczny	Szt.	6 000					
2	Papierowe wkładki absorpcyjne 300mm/550mm (+/- 50mm) – wyrób medyczny lub niemedyczny	Szt.	2 000					
Razem								

Zadanie nr 9

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Torebki posterylizacyjne samoprzylepne 200mm/300mm (+/- 50mm) – wyrób medyczny	Szt.	1 000					
2	Torebki posterylizacyjne samoprzylepne 300mm/500mm (+/- 50mm) – wyrób medyczny	Szt.	500					
Razem								

Zadanie nr 10

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji 134°C/5 min. i 121°C/16 min. - wyrób niemedyczny	Szt.	500					
Razem								

Zadanie 11

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Druciana taca/kosz narzędziowy o wymiarach 480x250x50 mm (tolerancja +/- 10 mm), przeznaczona do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi chirurgicznych (temperatury 90° i 134° C) – wyrób medyczny lub niemedyczny	Szt.	2					
2	Druciana taca/kosz narzędziowy o wymiarach 240x250x50 mm (tolerancja +/- 15 mm), przeznaczona do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi chirurgicznych (temperatury 90° i 134° C) – wyrób medyczny lub niemedyczny	Szt.	2					
Razem								

Zadanie 12

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Koszyk z drobnej siatki z pokrywą ze stali nierdzewnej (oczka 1x1 mm) o wymiarach -230 x150-50 x 40 (tolerancja +/- 10mm), przeznaczony do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi chirurgicznych (temp. 90° i 134° C) – wyrób niemedyczny.	Szt.	2					
2	Koszyk z drobnej siatki z pokrywą ze stali nierdzewnej (oczka 1x1 mm) o wymiarach 80x 40x30mm (tolerancja +/- 10mm), przeznaczony do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi chirurgicznych (temp. 90° i 134° C) – wyrób niemedyczny.	Szt.	2					
Razem								

Zadanie 13

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Szczotki do czyszczenia narzędzi fi 1.0 x 13.0mm szczotka, długość całkowita 450mm- wyrób medyczny (2 szt. w opakowaniu)	Szt.	12					
2	Szczotki do czyszczenia narzędzi fi 2.0 x 50mm szczotka, długość całkowita 350mm- wyrób medyczny (5 szt. w opakowaniu)	Szt.	10					
3	Szczotki do czyszczenia narzędzi fi 2.5 x 80mm szczotka, długość całkowita 400mm- wyrób medyczny (5 szt. w opakowaniu)	Szt.	10					
Razem								

Zadanie 14

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Oślonka plastikowa do zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych Ø 1,6 mm x 19 mm	Szt.	400					
2	Oślonka plastikowa z otworami do zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych Ø 2 mm x 19 mm	Szt.	400					
Razem								

Zadanie 15

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy
1	Plomby plastikowe uniwersalne do kontenerów bez wskaźnika dł. zapinki 45-50mm	Szt.	2 000					
Razem								

Zadanie 16

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy

1	Mata silikonowa rozmiar 520-230mm	Szt.	2					
Razem								

Do oferty załączyć tylko ofertowany zakres z załącznika nr 2.

„WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. W celu dokonania oceny użytkowej oferowanych produktów wymagane jest złożenie wraz z ofertą „próbek” oferowanego asortymentu odn. zad. nr 1 poz. 1, 2, 3, 5, w ilości niezbędnej do wykonania 4 kompletnych wsadów reprezentatywnych.

- Oferowane przedmioty zamówienia w zad. nr 1 mają spełniać - poz. 1-5 normę PN EN ISO 11140- 1 lub równoważą.

2. Odn. zadania nr 2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą „próbek” w celu przeprowadzenia oceny użytkowej -poz. 1-2 po 4 szt. do każdej pozycji. Oferowane wskaźniki muszą być kompatybilne z inkubatorami prod. „3M”: ATTEST para 56°C i ATTEST EO 37°C.

3. Odn. zadania nr 3 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą „próbek” -poz. 1-2 po minimum 6 mb taśmy do każdej pozycji.

5. Odn. zad. nr 4 wymagane jest złożenie wraz z ofertą „próbek” w ilości-minimum 0,5 rolki (w nawoju na bębnie). Poz. 1 ma być kompatybilna z metkownicami PRINTEX.

6. Zadanie nr 5. Oferowane przedmioty zamówienia poz. 1 mają spełnić normę PN EN ISO 15883-5 lub równoważne. Wymagane jest złożenie wraz z ofertą po 2 szt. próbek odn. poz 1 i 2.

7. Zadanie nr 6 - wymagane jest złożenie wraz z ofertą „próbek” do pozycji 1-10 po 4 szt. papieru i włókniny. Oferowane przedmioty zamówienia mają spełniać normy PN- EN 868-2, PN- EN ISO 11607-1.

- Papier krepowy miękki (biały) ma być wykonany z 100% włókna celulozowego. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho **nie mniej niż 1,8 kN/m** (w kierunku walcowania) i **nie mniej niż 1,3 kN/m** w kierunku poprzecznym (na mokro odpowiednio **0,7 kN/m** i **0,4 kN/m**). Zawartość chlorków **nie większa niż 0,02%** a siarczków **0,05%**. Gramatura nominalna papieru minimum **60g/m²**.

- Włóknina do sterylizacji w arkuszach. W składzie minimum **50% włókna celulozowego**. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho **nie mniej niż 2,1 kN/m** (w kierunku walcowania) i **nie mniej niż 0,9 kN/m** w kierunku poprzecznym (na mokro odpowiednio **1,7 kN/m** i **0,7 kN/m**). Gramatura nominalna minimum **60g/m²**. Kolor niebieski lub zielony.

W celu sprawdzenia parametrów wytrzymałościowych należy dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty wydane przez producenta potwierdzające poszczególne ww. parametry.

8. Zadanie nr 7 wymagane jest złożenie wraz z ofertą „próbek” do każdej pozycji po minimum 2 mb rękawa w celu przeprowadzenia oceny użytkowej,

Odn. poz. 1-8 wyrób ma mieć zgodność z obowiązującymi normami PN EN 868- 3 i 5 oraz PN EN ISO 11607. Ponadto ma posiadać nw. właściwości i cechy:

- gramatura papieru minimum **70g/m²**

- naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, które po sterylizacji mają zmienić na wyraźny, kontrastowy kolor różniący się od koloru wskaźnika przed sterylizacją, umieszczone na papierze pod folią poza obszarem roboczym, informacja o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji dla poszczególnych metod sterylizacji

- jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania,
- wymagana charakterystyka wytrzymałości wydana przez producenta w celu oceny jakościowej wg normy PN EN 868- 3 i 5
- folia minimum 5- warstwowa
- zgrzew fabryczny wielorowkowy,
- *każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierającą m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiającą archiwizację opakowania medycznego; oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-3 i EN 868-5; znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim*
- wysoka bariera bakteriologiczna oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym- minimum 6 miesięcy (wymagane przez cały okres trwania zamówienia)
- grubość laminatu nie mniejsza niż 51 um
- dostarczone w oryginalnych firmowych opakowaniach z długim terminem ważności minimum 12 miesięcy (wymagane przez cały okres trwania zamówienia)
- minimalne parametry papieru: wytrzymałość na rozciąganie na sucho **CD- 3,8 kN/m, MD- 7,2 kN/m**, wytrzymałość na rozciąganie na mokro **CD- 1,3 kN/m, MD- 2,4 kN/m**, wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach minimalnie **700 mN**

Uwaga. Dot. zadania nr 8. Wykonawca bezwarunkowo zapewni, bezpłatnie na czas trwania umowy, na zasadzie bezpłatnego użyczenia zgrzewarkę rotacyjną do rękawów papierowo- foliowych. Termin dostarczenia zgrzewarki – przy pierwszej dostawie asortymentu z zadania nr 8.

OCENA.

9. Zadanie nr 8, 9 i 10– w celu przeprowadzenia oceny przedmiotu zamówienia wymagane jest złożenie wraz z ofertą „próbek” w ilości po 4 szt. do każdej pozycji

10. Dotyczy wszystkich zadań. Dostarczane produkty (po zawarciu umowy w sprawie zamówienia) mają posiadać opisy na opakowaniach zbiorczych w j. polskim lub oznaczenia wg kodów europejskich.

11. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości żądanych ww „próbek” oferowanego ww asortymentu

12. Kryteria oceny:

Zad. nr 11, 12, 13, 14, 15, 16 – 100% cena.

Zadanie nr 1 – Ocena użytkowa 60% i 40% cena. Ocena użyt. Poz. 1-4 – stopień zabarwienia się testów po procesie sterylizacji (intensywność zabarwienia). Poz. 5 - jednoznaczność w interpretacji odczytu przebarwienia – ocena przesunięcia substancji wskaźnikowej - od 0 – do 60 pkt.

Zad. nr 2. Ocena użytkowa 60% i 40% cena.

Stopień przyczepności etykiety po procesie sterylizacji podczas odklejania jej z ampułki w celu przeniesienia etykiety na dokumentację procesu sterylizacji – jednoznaczność w interpretacji odczytu przebarwienia na etykiecie - wytrzymałość taśmy i mocującej warstwy kleju – możliwość dokumentacji cyklu od 0 do 60 pkt

Zad. nr 3 poz. 1-2. Ocena użytkowa 60% i 40% cena.

Wytrzymałość taśmy i mocującej warstwy kleju – od 0 do 30 pkt. - możliwość dokumentacji cyklu od 0 do 30 pkt.

Zad. nr 4. Ocena użytkowa 60% i 40% cena.

- przylepność etykiety do opakowania – czytelność nadruku z metkownicy kompatybilnej z oferowanymi etykietami – od 0 do 60 pkt.

Zad. nr 5 poz. 1. Ocena użytkowa 60% i 40% cena.

- stopień zaniku substancji wskaźnikowej testu po procesie mycia od 0 do 60 pkt.

Zad. nr 6 poz. 1-10. Ocena użytkowa 60% i 40% cena

- Wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych na podstawie załączonych charakterystyk producenta. Ogólna ocena opakowania przed i po sterylizacji: wygląd opakowania, sztywność, kruchość przed i po sterylizacji, ostrość i sztywność krawędzi, pyłowość- od 0 do 60 pkt.

Zad. nr 7 poz. 1-8. Ocena użytkowa 60% i 40% cena

- Wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych na podstawie załączonych charakterystyk producenta: wytrzymałość na rozciągani papieru, wytrzymałość na rozerwanie folii, wytrzymałość połączenia zgrzewem. Ogólna ocena opakowania przed i po sterylizacji: wygląd, sztywność, kruchość wskaźnika, łatwość otwierania opakowania (bezpylowe), przejrzystość folii- od 0 do 30 pkt.
 - stopień przebarwienia nadruku wskaźnika procesu sterylizacji (para, tlenek etylenu)- od 0 do 15 pkt.
 - informacja na rękawie foliowo- papierowym dotycząca rozmiaru, kierunku otwierania , nr LOT, dacie ważności- od 0 do 15 pkt.

Zad. nr 8 poz. 1-2. Ocena użytkowa 60% i 40% cena.

- stopień pochłaniania wilgoci z zestawu - od 0 do 60 pkt.

Zad. nr 9 - Ocena użytkowa 60% i 40% cena.

- jakość i wytrzymałość zamknięcia torebki od 0 do 60 pkt.

Zad. nr 10. Ocena użytkowa 60% i 40% cena.

czytelność nadruków opisu procesów sterylizacji i jakość, pewność utrzymania się zamknięcia koperty od 0 do 60 pkt.

Zad. nr 11, 100% cena.

Zad. nr 12. 100% cena.

Zad. nr 13 100% cena.

Zad. nr 14. 100% cena.

Zad. nr 15. 100% cena.

Zad. nr 16. 100% cena.

Dotyczy zadania od nr 1 do nr 16. Dopuszcza się podanie w ofercie ceny (za 1 szt.) z dokładnością tysięcznych częściach zł lub zmianę jednostki miary lub na opakowania z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości przedmiotu zamówienia. Cena łączna brutto za zadanie ma być podana w formularzu ofertowym do dwóch miejsc po przecinku, i taka będzie przyjęta do oceny oferty w kryterium - CENA.

Uwaga. Ocena techniczno- użytkowa najniższej ocenianej pozycji w zdaniu, w którym jest kryterium „ocena użytkowa” wg ww kryteriów oceny ofert jest automatycznie oceną dla całego zadania.

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

.....
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn., **Materiały i narzędzia do wykonywania sterylizacji gazowej i parowej** prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (nr spr SZP-332-17KO-2023), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
..

.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

UMOWA -projekt NR SZP/17/.../2023/PW Zał. nr 4

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia2023r. pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

adres siedziby: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a
NIP 739-29-54-843

Regon 000295580

reprezentowanym przez:

- 1. Dyrektora Szpitala dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek**
- 2. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego**

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....

NIP

Regon.....

reprezentowanym przez:

- 1.**
- zwanym dalej „Wykonawcą”.**

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu konkursu ofertowego **o wartości poniżej 130 000 zł (art. 2 ust. Pkt 1 UPZP)** na dostawę **Materiałów i narzędzi do wykonywania sterylizacji gazowej i parowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie**, z dnia 09-03-2023r. (znak sprawy: SZP-332-17KO/2023), opartego na wybranych przepisach ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1717, 1812 i 1933), w ramach zadania nr została wybrana oferta w/w Firmy.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia2023r., która jest integralną częścią umowy (bez załączania jej do umowy)
- 2. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto dozł.**
- 3. Do wymienionej w ust. 2 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości zł.**
- 4. Razem brutto ust. 2 i 3zł.**

§ 2

1. Ustalona ilość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o 10%, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. (nie dotyczy zadania nr 11, 12)
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia cen jednostkowych, określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, nie będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych zapotrzebowania objętych niniejszą umową w ramach zadań lub poszczególnych pozycjach w danym zadaniu, w zależności od aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany te nie wymagać będą formy pisemnej i nie.
5. Realizacja każdego z zadań ma charakter samodzielnego zobowiązania stron, ze wszystkimi płynącymi z tego tytułu konsekwencjami prawnymi.

§ 3

1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez Zamawiającego pisemnie email.
2. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w terminie (zadanie nr) do dni roboczych (za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania zamówienia do Wykonawcy
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia, pisemnie, faksem lub emailem Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają mu dostawę przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2.
4. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego - loco Magazyn Ogólny Szpitala/Sterylizacja, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów dostaw określonych w ust 2, z zastrzeżeniem, iż będzie to co najmniej czwarta zwłoka w okresie jednego miesiąca.

§ 4

1. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.: w przypadku wyrobów medycznych - spełniają wymogi określone w Ustawie z 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 974.). Wykonawca zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm – wymóg dotyczy wyłącznie wyrobów zarejestrowanych jak medyczne.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki, normy jakościowe i terminy ważności dostarczanego towaru, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę pisemnie, faksem lub emailem. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w następującym terminie:
 - braki ilościowe w ciągu 3 dni roboczych ,
 - wady jakościowe w ciągu 8 dni od daty zgłoszenia reklamacji wraz z dostarczonym wadliwym towarem.
4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający otrzyma towar wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, na okres rozpatrywania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 2 dni roboczych) zamienną partię towaru zgodną z zamówieniem.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy, który nie został zamówiony przez Zamawiającego, niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użytkowania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go pisemnie, telefonicznie, faksem, emailem przez Zamawiającego.
6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 lub naruszenia postanowień § 4 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia nie dostarczonego przedmiotu umowy u osób trzecich, a ewentualną różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca na podstawie stosownego dokumentu.

§ 5

1. Strony ustalają, że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy należność wynikającą z uzgodnionych cen jednostkowych określonych w ofercie, w terminie do 60 dni, licząc od daty otrzymania faktury/rachunku.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania należności na nrrachunku Wykonawcy.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.
5. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie handlowej ujętej w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy.
6. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia przedmiotu sprzedaży oraz odpowiedniego transportu do miejsca, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przetargowej przez okres trwania umowy.
8. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
9. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy z zachowaniem formy pisemnej.
10. Aneks o korekcie cenowej powinien być złożony najpóźniej z następną dostawą przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego zamówienia.

§ 6

1. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
 - 1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
 - 1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
 - 1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia
 - 1.4 zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 454 UPZP niezależnie od ich wartości,
 - 1.5 zmian razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy tj.: zakończenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu
 - 1.6 łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
 - 1.7 zmian, jeśli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
2. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1.1.5 Wykonawca przedstawi pisemne zawiadomienie producenta. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 1.1.5 w porozumieniu z Zamawiającym proponuje produkt równoważny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Cena jednostkowa proponowanego produktu nie może być wyższa niż produktu oferowanego w ofercie, na podstawie której udzielono zamówienia.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Nie stanowi zmiany umowy:
 - a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
 - b) zmiany danych teleadresowych,;
5. **Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony.**

§ 7

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku których, doszłoby do zmiany Stron umowy.

§ 8

I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania albo wypowiedzenia, strony mogą żądać zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 1,00 % wartości brutto brakującej ilości - za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru (dotyczy zamówionej partii towaru) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.
2. Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1 wykazując, że zwłoka w dostawie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę.
3. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, może być podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 9,99% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy, o czym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających z realizacji niniejszej umowy na podstawie sporządzonej noty księgowej, która zostanie niezwłocznie przesłana do Wykonawcy.

§ 9

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ...2023r. do2024r. przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za zrealizowaną i rozwiązaną z chwilą upływu wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1 ust. 4.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyn z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku zgłoszenia przez niego, co najmniej czterech reklamacji, o których mowa w § 3 ust. 5.

§ 10

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, właściwym sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wybrane przepisy *Prawo zamówień publicznych Kodeks cywilny*

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY