



# WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

[www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl), [sekretariat@wssd.olsztyn.pl](mailto:sekretariat@wssd.olsztyn.pl)

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-40KO-2023

Olsztyn, dnia 11-06-2023r.

**Dotyczy postępowania; osłony radiologiczne RTG i wieszaki – 1 zestaw**

**Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/, która dotyczy opisu przedmiotu zamówienia i umowy.

Ponawiam prośbę o informację jaka ilość fartuchów ma być zaoferowana w poz. 4. W załączniku nr 2 brak tej informacji.

Brakuje również informacji jaki ma być współczynnik Pb w pozycji 9.

Jeżeli nie otrzymamy dzisiaj tych informacji zaoferujemy jedną sztukę fartucha w poz. 4, a w poz. 9 taki sam współczynnik jak w pozostałych pozycjach czyli 0,5mmPb.

**Odpowiedź: Tak, jest wymagane jest w pozycji 4 zaoferowanie 1 sztuki fartucha o ochronie najmniej 0.5 mm Pb.**

Piotr Wichowski

*Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD*

*(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*

Publikacja na str [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)

