



# WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

DZPZ-332-52PN-2023

Olsztyn, dnia 11-09-2023

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  
im. prof. dr Stanisława Popowskiego  
adres: ul. Żołnierska 18a  
10 – 561 Olsztyn

do wiadomości uczestników postępowania

## ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Wyroby medyczne różne /układy oddechowe, kaniule, elektrody, kołderki grzewcze i inne/ (Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 2023/BZP 00363610/01 z dnia 2023-08-23) *do realizacji zamówienia wybrano niżej wymienionych Wykonawców:*

**Nazwa: 3 M Poland sp z o o**  
**Siedziba: ul. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn**  
**w zakresie zadania nr 9 z ofertą o wartości brutto – 64 044,00 zł**

**Nazwa: BioMaxima sa**  
**Siedziba: ul. Lublin**  
**w zakresie zadania nr 6 z ofertą o wartości brutto – 4 104,00 zł**

**Nazwa: ChM sp z o o**  
**Siedziba: ul. Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny**  
**w zakresie zadania nr 10 z ofertą o wartości brutto – 153 252,00 zł**

**Nazwa: Dutchmed PL sp z o o**  
**Siedziba: ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz**  
**w zakresie zadania nr 1 z ofertą o wartości brutto – 73 062,00 zł**  
**w zakresie zadania nr 2 z ofertą o wartości brutto – 17 496,00 zł**  
**w zakresie zadania nr 3 z ofertą o wartości brutto – 39 960,00 zł**

**Nazwa: Inmedical sp z o o sp k**  
**Siedziba: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa**  
**w zakresie zadania nr 4 z ofertą o wartości brutto – 41 990,40 zł**

**W postępowaniu udział wzięli:**



Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość zadania brutto wyrażona w zł
01	Nazwa: 3M Poland Sp. z o.o. Siedziba: al. Katowicka 117 Kajetany, 05-830 Nadarzyn Województwo mazowieckie Adres poczty elektronicznej: przetargi@mmm.com Strona internetowa: www.3mpolska.pl Numer telefonu: 0 ( 48 ) 728 997 123 Numer faksu: 0 ( .. ) ..... godziny urzędowania: 8:00-16.00 Numer REGON: 012086877 Numer NIP: 5270204212 KRS: 0000014836, inne	Zadanie nr 9 – 64 044,00
02	Nazwa: BioMaxima S.A. Siedziba: ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin Województwo lubelskie Adres poczty elektronicznej: przetargi@biomaxima.com Strona internetowa: www.biomaxima.com Numer telefonu: 0 ( 81 ) 745 44 23 Numer faksu: 0 ( 81 ) 745 44 24 godziny urzędowania: 8:00 – 16:00 Numer REGON: 432519331 Numer NIP: 946-23-60-625 KRS: 0000313349, średnie	Zadanie nr 6 – 4 104,00
03	Nazwa: „ChM” sp. z o.o. Siedziba: Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny Województwo: podlaskie Adres poczty elektronicznej: przetargi@chm.eu Strona internetowa: www.chm.eu Numer telefonu: 0 (85) 86-86-290 Numer faksu: 0 (85) 86-86-101 godziny urzędowania: 7.10-15.10 Numer REGON: 050561656 Numer NIP: 966-11-76-019 KRS: 0000187570, inne	Zadanie nr 10 – 153 252,00
04	Nazwa: Dutchmed PL Sp. z o.o. Siedziba: ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz Województwo: kujawsko-pomorskie Adres poczty elektronicznej: magda@dutchmed.pl Strona internetowa: www.dutchmed.pl Numer telefonu: 52 345 31 15, 605 567 239 Numer faksu: 52 345 31 15 godziny urzędowania: 8.30 – 16.30 Numer REGON: 006937759 Numer NIP: 554-023-08-29 KRS: 0000088016, małe	Zadanie nr 1 - 73 062,00 Zadanie nr 2 – 17 496,00 Zadanie nr 3 – 39 960,00 Zadanie nr 5 – 114 102,00
05	Inmedical sp z o o sp k ul. Złota 59 00-120 Warszawa NIP: 52527550068 KRS: 7311454, mikro	Zadanie nr 4 – 41 990,40
06	Nazwa: MedLeader Łukasz Kruck Siedziba: Nowe Dąbie nr 306, 89-210 Łabiszyn, Województwo: Kujawsko - Pomorskie Adres poczty elektronicznej: medleader@medleader.pl Strona internetowa: www.medleader.pl Numer telefonu: 0 ( 48 ) 667 987 771 Numer faksu: 0 ( 52 ) 561 08 88 godziny urzędowania: 7 - 14 Numer REGON: 093192100 Numer NIP: 5591829275 KRS: nie dotyczy, mikro	Zadanie nr 5 – 104 004,00
07	Nazwa: NZ TECHNO SP. Z O.O. Siedziba: UL.BERNEŃSKA 5A ,03-976 WARSZAWA Województwo MAZOWIECKIE Adres poczty elektronicznej: office.pl@nztechno.com Strona internetowa: www.nztechno.com Numer telefonu: 0 ( 22 ) 616-32-45 Numer faksu: 0 ( 22 ) 617-07-85 godziny urzędowania: 8-16 Numer REGON: 011862144 Numer NIP: 113-02-34-889 KRS: 0000081888, mikro	Zadanie nr 5 – 138 445,20

## Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

### Zadanie nr 1

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Wartość oferty brutto, wyrażona w zł	Punkty przyznane na podstawie ceny	Punkty razem	Lokata
04	Nazwa: Dutchmed PL Sp. z o.o. Siedziba: ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz	73 062,00	1,00	1,00	1

### Zadanie nr 2

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Wartość oferty brutto, wyrażona w zł	Punkty przyznane na podstawie ceny	Punkty razem	Lokata
04	Nazwa: Dutchmed PL Sp. z o.o. Siedziba: ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz	17 496,00	1,00	1,00	1

### Zadanie nr 3

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Wartość oferty brutto, wyrażona w zł	Punkty przyznane na podstawie ceny	Punkty razem	Lokata
04	Nazwa: Dutchmed PL Sp. z o.o. Siedziba: ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz	39 960,00	1,00	1,00	1

### Zadanie nr 4

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Wartość oferty brutto, wyrażona w zł	Punkty przyznane na podstawie ceny	Punkty razem	Lokata
05	Inmedical sp z o o sp k ul. Złota 59 00-120 Warszawa	41 990,40	1,00	1,00	1

### Zadanie nr 6

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Wartość oferty brutto, wyrażona w zł	Punkty przyznane na podstawie ceny	Punkty razem	Lokata
02	Nazwa: BioMaxima S.A. Siedziba: ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin	4 104,00	1,00	1,00	1

### Zadanie nr 9

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Wartość oferty brutto, wyrażona w zł	Punkty przyznane na podstawie ceny	Punkty razem	Lokata
01	Nazwa: 3M Poland Sp. z o.o. Siedziba: al. Katowicka 117 Kajetany, 05-830 Nadarzyn	64 044,00	1,00	1,00	1

**Zadanie nr 10**

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Wartość oferty brutto, wyrażona w zł	Punkty przyznane na podstawie ceny	Punkty razem	Lokata
10	Nazwa: „ChM” sp. z o.o. Siedziba: Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny	153 252,00	1,00	1,00	1

Wybrane oferty w najwyższym stopniu wypełniły wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia obliczone w oparciu o kryterium – cena o wadze 100% . Najwyższą ocenę uzyskały oferty, które w powyższych tabelach zajęły pierwszą lokatę.

**Informacja o poprawie omyłek:**

Zamawiający , Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie działając na podstawie art. 223 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym informuje o poprawie w treści oferty firmy Inmedical sp z o o sp k z siedzibą w Warszawie omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w zakresie zadania nr 4.

W zakresie zadania nr 4 poz. 1 Zamawiający przy zachowaniu wymaganych ilości oraz zaoferowanej cenie netto dokonał poprawy w sposób następujący:

Wartość netto poz. nr 1 – 38 880,00 zł

Cena jednostkowa brutto – 1 399,68 zł

Wartość vat poz. nr 1 – 3 140,40 zł

Wartość brutto poz. nr 1 – 41 990,40 zł

Dokonaną poprawę jako oczywistą omyłkę psarską Zamawiający konsekwentnie naniósł na Formularz ofertowy Wykonawcy oraz Formularz ofertowy wygenerowany z platformy eZamowienia.

**Unieważnienie postępowania:**

1. Na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadań nr 7,8,11. W ramach powyższych zadań nie złożono żadnej oferty.

2. Na podstawie art. 255 pkt 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 5. Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

**Oferty odrzucone:**

Na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 ppkt c Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy Med. Leader Łukasz Kruck z siedzibą w Łabiszynie w zakresie zadania nr 5. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych. W zakresie zadania nr 5 poz. 6 w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Zamawiający żądał złożenia próbek w ilości 2 szt – zgodnie z jednostką miary wynikającą z formularza cenowego. Zamawiający poinformował w treści Specyfikacji Warunków

Zamówienia, że nie wezwie do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Próbkę winny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego do dnia 01-09-2023 do godziny 10,00. Zamawiający otrzymał przedmiotowe próbki w dniu 01-09-2023 o godz. 11,30 – zatem po upływie terminu na ich złożenie. Mając na względzie powyższe oferta została odrzucona, ponieważ została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 ppkt c Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy NZ Techno sp z o o z siedzibą w Warszawie w zakresie zadania nr 5. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych. W zakresie zadania nr 5 poz. 6 w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Zamawiający żądał złożenia próbek w ilości 2 szt – zgodnie z jednostką miary wynikająca z formularza cenowego. Zamawiający poinformował w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, że nie wezwie do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Próbkę winny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego do dnia 01-09-2023 do godziny 10,00. Zamawiający otrzymał przedmiotowe próbki w dniu 01-09-2023 o godz. 11,50 – zatem po upływie terminu na ich złożenie. Mając na względzie powyższe oferta została odrzucona, ponieważ została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Dutchmed PL sp z o o z siedzibą w Bydgoszczy w zakresie zadania nr 5. Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. W toku badania przedmiotowego środka dowodowego Zamawiający stwierdził, że zaoferowane układy oddechowe są niezgodne z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał, aby odcinek wdechowy układu był podgrzewany i posiadał spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej. W toku badania próbki Zamawiający stwierdził, że grzałka w zaoferowanym układzie oddechowym nie jest spiralna a prosta. Mając na względzie powyższe - oferta została odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

**Podpisanie umowy:**

Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte z zachowaniem terminu 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z dyspozycją art. 308 ust. 2 ustawy pzp.

Dwa egzemplarze umowy zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy.

*Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – Dział IX „ Środki ochrony prawnej”.*

Piotr Wichowski  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
*/podpis nieczytelny/*