



# WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, www.wssd.olsztyn.pl  
kancelaria@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 59  
sekretariat@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01,  
nr rachunku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304  
NIP: 739 29 54 843, REGON: 000295580

Nr postępowania DZPZ-332-29PN-2024

Olsztyn, dnia 08-04-2024r.

## Materiały i narzędzia do wykonywania sterylizacji gazowej i parowej

**Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

### Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Dopuszcza się, ale nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Dopuszcza się, ale nie wymaga.**

3. Dotyczy Załącznika nr 2 – wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek po 3 szt. z dwóch dowolnych rozmiarów papieru i włókniny?

**Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.**

### Dotyczy Umowy:

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar:

#### § 8

I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania albo wypowiedzenia, strony mogą żądać zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 0,5 % wartości brutto brakującej ilości - za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru (dotyczy zamówionej partii towaru) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 3 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.
2. Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1 wykazując, że zwłoka w dostawie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę.
3. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, może być podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.**



### Dotyczy Parametry Techniczne:

5. Dotyczy Pakietu nr 1 poz.1. Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?  
**Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.**
6. Dotyczy Pakietu nr 1 poz.1 . Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1? Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?  
**Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.**
7. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobów niemedyceńskich w zadaniu nr 3 poz. 1 – taśmy z indykatorem? Wskazane produkty nie zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne przez ich producentów.  
**Odpowiedź: Dopuszcza się zaoferowanie wyrobu niemedyceńskiego.**
8. Dotyczy Pakietu nr 5 poz.2  
Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)? Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?  
**Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.**
9. Dotyczy Pakietu nr 6 poz.1-5  
Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barielowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru do sterylizacji, w którym wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania wynosi 0,53 kN/m, a zawartość chlorków 0,028%, spełniając jednocześnie wszystkie pozostałe parametry Zamawiającego? Wskazane parametry nieznacznie różnią się od podanych przez Zamawiającego.  
**Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.**
10. Dotyczy Pakietu nr 6 poz.6-10  
  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o następujących parametrach:  
c) wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania nie mniej niż 92,1 N, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 44,2 N  
d) wytrzymałość na wydłużenie w kierunku walcowania nie mniej niż 117,8 % w kierunku poprzecznym nie mniej niż 93,0 %  
e) wodoszczelność nie mniej niż 4129 Pa  
f) przesiąkliwość nie mniej niż 590 mm  
g) gramatura nominalna 55 g/m<sup>2</sup>?  
**Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.**
11. Dotyczy Pakietu nr 7  
Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.  
Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?  
Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?  
Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

12. Dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o gramaturze 60g i folii 8-warstwowej oraz o parametrach papieru: wytrzymałość na rozciąganie na sucho CD – 3,26 kN/m, MD – 6,92 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD – 0,91 kN/m, oraz MD – 2,03 kN/m, spełniając jednocześnie pozostałe parametry?

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**

**Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SWZ wyłącznie w zakresie dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji.**

*(na oryginale podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*

Piotr Wichowski  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia WSSD