



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, www.wssd.olsztyn.pl
kancelaria@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 59
sekretariat@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01,
nr rachunku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304
NIP: 739 29 54 843, REGON: 000295580

Nr postępowania DZPZ-332-31KO-2024

Olsztyn, dnia 05-04-2024r.

Dotyczy postępowania: **Materiały i narzędzia do wykonywania sterylizacji gazowej i parowej**

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Pytanie nr 1 dot. Opis przedmiotu zamówienia – zadanie 16

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w kolumnie Jednostka miary? Proszę o określenie czy Zamawiający wymaga 10 opakowań szczotek czy 10 sztuk szczotek.

Odpowiedź: Ulega modyfikacji opis przedmiotu zamówienia w zakresie zad. nr 16, które otrzymuje brzmienie:

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość
1	Szczotki BW-400B Single- Use Brush (1op. zaw. a 10szt.) Producent Olympus	opakowanie	2

Pytanie nr 2. Zadanie 6, poz. 6-10

Czy Zamawiający dopuści włókninę w kolorze zielonym o gramaturze 57g/m²? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Ulega modyfikacji opis przedmiotu zamówienia w zakresie zad. nr 6 poz. 6-10, która polega na dopuszczeniu gramatury 57g/m² włókniny w kolorze zielonym. W pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SWZ wyłącznie w zakresie dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego.

(na oryginale podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl

