



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, www.wssd.olsztyn.pl
kancelaria@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 59
sekretariat@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01,
nr rachunku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304
NIP: 739 29 54 843, REGON: 000295580

Nr postępowania DZPZ-332-37KO-2025

Olsztyn, dnia 20-05-2025r.

Nazwa zamówieniu publicznego: **Dostawa aparatu do monitorowania zawartości wodoru i metanu w wydychanym powietrzu - 1 szt.**

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2024r. poz. nr 1320) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

1. Dotyczy Załącznika nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia.”

Tabela II poz. 2.

„... 2. Pełna min. 30 miesięczna gwarancja producenta na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.

Mając na względzie fakt, że Producent urządzenia, które zamierzamy zaoferować, udziela gwarancji na to urządzenie 24 miesięcznej gwarancji oraz dla sensorów H2, O2 i CH4 12 miesięcy, wnosimy o zrewidowanie stanowiska i zmianę opisu przedmiotu zamówienia na: „24-miesięczna gwarancja producenta na urządzenie, 12-miesięczna gwarancja producenta na sensory H2, O2 i CH4”.

W chwili obecnej zaoferowanie urządzenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi objętych 30 miesięczną pełną gwarancją nie jest możliwe, gdyż Producent nie dysponuje możliwością dodania czasu gwarancji a w przypadku przejęcia przez Wnioskodawcę przedłużonej gwarancji wymaga to znacznego zwiększenia ceny oferty.

Odpowiedź ad. pytanie nr 1– Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na podziale zakresu przedmiotu zamówienia odn. gwarancji. Na urządzenie wymagane jest zapewnienie gwarancji produkcyjnej przez okres minimum 30 miesięcy, a na sensory minimum 24 miesięcy.

2. Dotyczy Załącznika nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia.”

Tabela II poz. 3.

„... 3. Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmują naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.”

Mając na względzie fakt, że Producent urządzenia gwarantuje przez 5 lat od dnia dostawy dostępność części zamiennych wnosimy o zrewidowanie przez Państwa wymagań w zakresie powołanym i zmianę opisu przedmiotu zamówienia na: „Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty dostawy”

Odpowiedź ad. pyt. nr 2 : Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na obniżeniu wymogu dot. dostępności części z 6 na 5 lat od daty dostawy.



3. Dotyczy Specyfikacji – Ogłoszenia pkt. 3 ust. 2:

„... 2) Termin wykonania zamówienia: dostawa przedmiotu zamówienia:

– sukcesywnie w okresie do 30 dni od daty umowy zawartej w sprawie przedmiotowego zamówienia.”

Mając na względzie fakt, że Producent gwarantuje termin dostawy 8 – 10 tygodni od dnia zamówienia, wnosimy o rozważenie zmiany powołanego zapisu na „8 – 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy.”

Odpowiedź ad/ pytanie nr 3: Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega zmianie terminu dostawy z 30 na 56 dni od daty umowy.

4. Dotyczy Załącznika nr 4 § 6 Umowy nr SZP/37/2025/PW o treści:

„... 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w formie kar umownych.

a) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie przez Wykonawcę umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;

b) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;

c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 w wysokości 1 % ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego pisemnie) na dostarczenie przedmiotu umowy, liczonej od wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy.

d) za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na reakcję serwisu – przybycie do siedziby Zamawiającego, przy czym max. czas reakcji nie może przekroczyć terminu określanego w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SWZ) od przesłania zgłoszenia do placówki serwisu wskazanego w ofercie.

Mając na względzie powyższy zapis Umowy oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równości podmiotów stron przyszłej Umowy wnosimy o zmianę powołanego na:

„... 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w formie kar umownych.

a) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie przez Wykonawcę umowy w wysokości 5% ceny określonej w § 3 ust. 3;

b) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 5% ceny określonej w § 3 ust. 3;

c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 w wysokości 0,5% ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego pisemnie) na dostarczenie przedmiotu umowy, liczonej od wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy.

d) za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na reakcję serwisu – przybycie do siedziby Zamawiającego, przy czym max. czas reakcji nie może przekroczyć terminu określanego w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SWZ) od przesłania zgłoszenia do placówki serwisu wskazanego w ofercie. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego na czas naprawy Zamawiający nie będzie naliczał kar jak w zdaniu poprzednim.

Odpowiedź ad. pytanie nr 4: W zakresie ppkt. a), b), c), d) – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

5. Dotyczy Załącznika nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia.”

Tabela II poz. 8.

„... 8. Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii”

Mając na względzie fakt, że Zamawiający określił, że reakcja serwisu stanowi „... przybycie do siedziby Zamawiającego” (czytaj: § 6 ust. 1 lit. d Umowy), wnosimy o określenie tego terminu na co najmniej 3 dni robocze.

Odpowiedź ad. pytanie nr 5: Czas reakcji – przyjęcie zgłoszenia od Zamawiającego przesłanego do Wykonawcy w uzgodniony sposób (zostanie ustalony z wykonawcą po zawarciu umowy) do 24 godzin

w dni robocze. Przystąpienie do naprawy usterki, awarii itp. urządzenia przez serwis – do 4 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

6. Dotyczy Załącznika nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia.”

Tabela II poz. 12.

„.... 12. Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (aktualna i ważna na okres minimum 5 lat).”

Mając na względzie fakt, że Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z

dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 i 93/42/EWG, nie określa dla Deklaracji Zgodności czasu jej obowiązywania a jednocześnie dla Certyfikatu Zgodności okres 5 lat, wnosimy o wykreślenie wymagania odnośnie okresu obowiązywania dokumentu „na okres minimum 5lat.” i zastąpienie zdaniem: (aktualne i ważne). Pragniemy również dodać, że w aktualnym staniefaktycznym i prawnym zakreślony został okres przejściowy dla przedmiotu zamówienia (Klasy wyrobulla, IIb i klasy Is i Im), do dnia 31 grudnia 2028 r., lub do wygaśnięcia Certyfikatu, powodujący że okres ważności może być dłuższy pod warunkiem nadzoru przez Jednostkę Notyfikowaną procesów produkcyjnych o czym stanowi odpowiedni dokument tej Jednostki lub Producenta. Tym samym niemożliwym jest spełnienie Państwa żądania, chociażby z prostego powodu, że Certyfikat Zgodności wydawany przez Jednostkę Notyfikowaną wydawany jest na okres do 5 lat, i już w dacie następniej od dnia wystawienia nie będzie obowiązywał przez minimum 5 lat.

Odpowiedź ad. pytanie nr 6: Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na wykreśleniu zapisu dotyczącego wskazanej ilości 5 lat i pozostawieniu zapisu: (aktualna i ważna).

Upoważnia się wykonawców do wprowadzenia zmian w treści SWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym wprowadzonych przez Zamawiającego ww modyfikacji.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

*(na oryginale podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*
Piotr Wichowski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia WSSD