



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, www.wssd.olsztyn.pl
kancelaria@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 59
sekretariat@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01,
nr rachunku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304
NIP: 739 29 54 843, REGON: 000295580

Nr postępowania DZPZ-332-29KO-2026

Olsztyn, dnia 24-04-2026r.

Dotyczy postępowania: **Materiały i narzędzia do wykonywania sterylizacji gazowej i parowej**

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Ze względu na wymóg dotyczący dostarczenia próbek oraz krótki termin na przygotowanie oferty (w tym również uwzględniając dni wolne od pracy) zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert do dnia 30.04.2026 r.

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Dotyczy Parametry Techniczne:

1. Zadanie 4 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) testy kontroli były wyrobami medycznymi?

Czy Zamawiający wymaga, załączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego nowe wytyczne?

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

2. Zadanie 4 poz. 1 i 2

Czy zamawiający wymaga, aby testy kontroli pakowane były w opakowania strunowe zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie, nieprzepuszczające światła, chroniące przed zabrudzeniem, ułatwiające przechowywanie?

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

3. Zadanie 4 poz.2

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

4. Zadanie nr 10 poz. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na koszyk z drobnej siatki z pokrywą o wym. 150x50x35 mm?

Odpowiedź: Dopuszcza się zaoferowanie koszyka o opisanych w pytaniu wymiarach.

5. Zadanie nr 10 poz. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na pojemnik na druty Kirschnera o śr. 2,2 mm dł. 330 mm?

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ.

(na oryginale podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl

