



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, www.wssd.olsztyn.pl
kancelaria@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 59
sekretariat@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01,
nr rachunku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304
NIP: 739 29 54 843, REGON: 000295580

Nr postępowania DZPZ-332-58KO-2026

Olsztyn, dnia 04-08-2026r.

Dotyczy postępowania: Dostawa laktatorów elektrycznych 10 szt. oraz lodówki do przechowywania pokarmu mlecznego – 1 szt.

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

1. Czy zamawiający zgodzi się aby szybkość pracy laktatorów była w zakresie od 34 do 120 zassań na minutę ? Szybkość ta wg badań naukowych jest odwzorowaniem najmniejszej i największej szybkości ssania noworodka.
Odpowiedź: Dotyczy zadania nr 1. Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu parametru urządzenia opisanego w pytaniu.
2. Czy zamawiający zgodzi się aby aby regulacja siły ssania była w zakresie od min. 50 do 250 mmHg ?
Odpowiedź: Dotyczy zadania nr 1. Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu parametru urządzenia opisanego w pytaniu.
3. Czy zamawiający zgodzi się na możliwość zastosowania wymiennych lejków przy zestawach jednorazowych i wielorazowych od min. 18 mm do max 36 mm ?
Odpowiedź: Dotyczy zadania nr 1. Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu możliwości zastosowania lejków opisanych w pytaniu.

(na oryginale podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl

